



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego**

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22



**DOLNY
ŚLĄSK**



Rzeczpospolita
Polska



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Wrocław, dnia 07.08.2023r.

Uczestnicy postępowania

dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa 1 szt. defibrylatora – powtórka w ramach realizacji projektu pn. „Doposażenie poradni w ramach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych na terenie województwa dolnośląskiego”. Postępowanie nr: PN 55/23**

Zawiadomienie o wyborze i odrzuceniu oferty

I. Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami, zwana w dalszej części ustawą PZP), Zamawiający informuje, że w postępowaniu nr PN 55/23, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:


CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO “CEZAL” S.A. – WROCŁAW z ceną oferty brutto 43 043,35 zł i terminem gwarancji 36 miesięcy.

Oferta tego Wykonawcy uzyskała:

- **ilość 60 pkt.** w kryterium oceny ofert: Cena ofertowa brutto[CN] – 60 pkt.
- **ilość 0 pkt.** w kryterium oceny ofert: Parametr techniczny [PT] – 20 pkt.
- **ilość 5 pkt.** w kryterium oceny ofert: Gwarancja [G] – 20 pkt.

Łącznie oferta otrzymała 65 pkt.

Na podstawie art. 264 ust. 2 pkt 1 lit.a) ustawy PZP Zamawiający informuje, że umowa w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.



www.szpital.wroc.pl
sekretariat@szpital.wroc.pl

W niniejszym postępowaniu złożono 2 oferty. Jedna oferta odrzucona.

II. Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami, zwana w dalszej części ustawą PZP), Zamawiający zawiadamia, że oferta złożona przez Wykonawcę STRYKER POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa z ceną oferty brutto 45 505,15 zł i terminem gwarancji 24 miesiące została odrzucona. Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP, z powodu niezgodności treści oferty z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zgodnie z art. 7 pkt 29 ustawy PZP – przez warunki zamówienia – należy rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna swoim zakresem obejmować taki sposób wykonania zamówienia, który będzie uwzględniał wszystkie wymagania określone w SWZ. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) przedmiotowego postępowania wymagała od Wykonawców złożenia wraz z ofertą w charakterze treści oferty wypełnionego załącznika nr 1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – dokument w szczególności zawiera oświadczenie Wykonawcy odnoszące się do identyfikacji zaoferowanego urządzenia i jest podstawą do dokonania oceny spełnienia wszystkich wymaganych parametrów.

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta Wykonawcy STRYKER POLSKA Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, podlega odrzuceniu na z powodu niezgodności treści oferty z warunkami zamówienia w zakresie:

- 1) W „Formularzu Oferty” w pkt. IV. Kryterium nr 2 - Parametr techniczny w oferowanym urządzeniu Wykonawca zaznaczył brak spełnienia parametru: Autoamtyczne przesyłanie danych o pacjencie i urządzeniu, natomiast w w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, w pkt. 9 dla parametru: Autoamtyczne przesyłanie danych o pacjencie i urządzeniu, w Kolumnie o nazwie „Parametr w oferowanym urządzeniu” Wykonawca zaoferował --> „Możliwość rozbudowy o moduł kapnografii i przesyłania danych o pacjencie i urządzeniu. Zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia 21.07.2023r. (pytanie nr 8).”.

W treści pytania nr 8 z dnia 21.07.2023 r. oraz udzielonej odpowiedzi nr 8, na które powołuje się Wykonawca, nie było zapytania odnoszącego się do Parametru technicznego: automatyczne przesyłanie danych o pacjencie i urządzeniu.

- 2) W Załączniku nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, w pkt. 20 dla parametru Ciężar defibrylatora z monitorem i z pełnym wyposażeniem, w Kolumnie o nazwie Parametr w oferowanym urządzeniu Wykonawca zaoferował --> „Ciężar defibrylatora z monitorem i pełnym wyposażeniem do 7 kg. Zgodnie z odpowiedziami z dnia 21.07.2023 r. (pytanie nr 8).”.

W treści pytania nr 8 z dnia 21.07.2023 r. oraz udzielonej odpowiedzi nr 8, na które powołuje się Wykonawca, nie było zapytania dotyczącego wagi defibrylatora.

Na etapie pytań i odpowiedzi Zamawiający dopuścił defibrylator z wyposażeniem o masie nie większej niż 6,5 kg (pytanie nr 2 i odpowiedź nr 2 z dnia 24.07.2023r.), przy wymaganej wartości granicznej max 6 kg.

Wobec powyższego oferta złożona przez Wykonawcę STRYKER POLSKA Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP z powodu niezgodności treści oferty z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.