

Włoszczowa, dnia 18.01.2022 r.

Znak DOAT: 11/01/2022

Dotyczy: Modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia - opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 13 na „ na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Znak sprawy: 16/12/2021.

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zamienić treść SWZ.

Z uwagi na okoliczność, iż w opisie przedmiotu zamówienia podano nieprawidłowe wartości środków jednorazowego i wielorazowego użytku, jakie Zamawiający zamierza kupić w ramach tego postępowania, zachodzi konieczność dokonania modyfikacji SWZ w opisany poniżej sposób:

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zakres modyfikacji SWZ jest następujący:

1. **w SWZ jest:**

Pakiet nr 13												
Lp	Kod CPV	Nazwa	Jm	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Wartość ogółem u VAT	Stawka podatku u VAT	Wartość ogółem brutto	Numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	25211000-3	Serwety jednorazowego użytku z włókniny typu TMS/SMS o gramaturze min. 35g/m ² , sterylne, pakowane pojedynczo,	Szt	90 x 75 lub 90 x 80	3 000							
2	25211000-3	Prześcieradło j. uż. z z włókniny typu TMS/SMS o gramaturze min. 35g/m ² niesterylne	Szt	210 x 160 cm	7 000							
3	25211000-3	Prześcieradło j. uż. z z włókniny typu TMS/SMS o gramaturze min. 35g/m ² niesterylne (podkład)	Szt	150 – 160 x 75 – 90 cm	15 000							
4	33162200-5	Ochroniacze na obuwie, profilowane (dopasowany krójprowa-lewa stopa), wykonane z wytrzymałej włókniny polipropylenowej 35g/m ² , wykończone elastyczną gumką, spód wyposażony w antypoślizgową taśmę, kolor zielony, pakowane po 100sztuk.	Szt	-	5 000							

10	25211000 -3	Spodnie do kolonoskopii , uniwersalne	Szt	M, L, uniwersalne	800															
11	25211000 -3	Komplet pościeli z włókniny typu TMS niejałowe o gramaturze 35 g/m2	Kpl	Powłoka: 200cm x 150cm Powłoczka: 90cm x 75cm Prześcieradło : 210cmx150c m	2000															
12	33162200 -5	Czepek chirurgiczny j. uż. pielęgniarski typu beret z włókniny, z wszytą gumką dokładnie opinającą głowę, nie sterylny.	szt	-	5000															
13	33141000	Maska chirurgiczna posiadająca wkładkę modelującą do konturu nosa oraz wyposażona w elastyczne elementy w postaci tasiemki do zamocowania na uszy/ wiązana na troki jednorazowa, tójwarstwowa, odporna na przesiąkanie, hypoalergiczna. Pakowana w kartonik w formie podajnika. typu IIR wykonana z trzech warstw wysokiej jakości włóknin, warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłósk, w wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy,	szt	-	15000															

Serwety muszą być wykonane z włókny odpornej na przenikanie cieczy zgodnie z normą PN- EN 13795 (lub równoważne) Do potwierdzenia zgodności zaferowanego asortymentu wymagane jest dostarczenie kart danych technologicznych wystawionych przez producenta wyrobu gotowego.

Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów jałowych, stanowiących przedmiot oferty zgodnie z normą PE- EN ISO 11135- 1(EO (lub równoważne) w formie końcowego raportu z walidacji lub raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (operacyjny i procesowy) Wymagane dostarczenie zaświadczenia o biozgodności zgodnie z normą PN – EN ISO 10993-5 oraz PN- EN ISO 10993-10 (lub równoważne)

4 . Na opakowaniach sterylnych wyrobów wymagana jest etykieta z dwoma naklejkami , które służą do wklejenia do dokumentacji pacjenta Naklejki muszą zawierać: datę ważności, numer serii, nazwę producenta

Zamawiający wymaga dostarczenia raportu z badań niezależnego laboratorium potwierdzającego poziom filtracji bakteryjnej.

w SWZ powinno być:

Pakiet nr 13												
Lp	Kod CPV	Nazwa	Jm	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Wartość podatk u VAT	Stawka podatku VAT	Wartość ogółem brutto	Numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	25211000-3	Serwety jednorazowego użytku z włókny typu TMS/SMS o gramaturze min. 35g/m2, sterylne, pakowane pojedynczo,	Szt	90 x 75 lub 90 x 80	3 000							

2	25211000 -3	Prześcieradło j. uż. z z włókniny typu TMS/SMS o gramaturze min. 35g/m2 niesterylne	Szt	210 x 160 cm	7 000					
3	25211000 -3	Prześcieradło j. uż. z z włókniny typu TMS/SMS o gramaturze min. 35g/m2 niesterylne (podkład)	Szt	150 – 160 x 75 – 90 cm	15 000					
4	33162200 -5	Ochroniacze na obuwie, profilowane (dopasowany kрійprawa-lewa stopa), wykonane z wytrzymałej włókniny polipropylenowej 35g/m2, wykończone elastyczną gumką, spód wyposażony w antypoślizgową taśmę, kolor zielony, pakowane po 100sztuk.	Szt	-	5 000					
5	33162200 -5	Czepek chirurgiczny męski j. uż. – lekarski z włókniny, z gumką wszytą w tylnej części czepka, nie sterylne.	Szt	-	3000					
6		Czepek chirurgiczny j. uż. – lekarski z włókniny z częścią wchłaniającą pot	Szt	-	5000					
7	33162200 -5	Fartuch chirurgiczny z włókniny foliowany przedni, nie sterylne, nie przepuszczalny dla płynów, rozmiar 87 x 120 cm	Szt	-	1000					
8	25211000 -3	Fartuch chirurgiczny niejałowy , z włókniny typu sms min. 35 g/m2, rękaw prosty nie ograniczający ruchów chirurga, zakończony niepylacym, poliestrowym i bezszwowym mankietem , szwy w fartuchu wykonane	Szt	XL	1000					

33141000	Maska chirurgiczna posiadająca wkładkę modelującą do konturu nosa oraz wyposażona w elastyczne elementy w postaci tasiemki do zamocowania na uszy/ wiązana na troki jednorazowa, tójwarstwowa, odporna na przeziąkanie, hypoalergiczna. Pakowana w kartonik w formie podajnika. typu IIR wykonana z trzech warstw wysokiej jakości włókien, warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosek, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, barierowość bakteryjna maski min.98% , typ 2,odporna na przeziąkanie ,zgodna z PN-EN 14683:2019	15000	-	szt																
13	Maska chirurgiczna posiadająca wkładkę modelującą do konturu nosa oraz wyposażona w elastyczne elementy w postaci tasiemki do zamocowania na uszy/ wiązana na troki jednorazowa, tójwarstwowa, odporna na przeziąkanie, hypoalergiczna. Pakowana w kartonik w formie podajnika. typu IIR wykonana z trzech warstw wysokiej jakości włókien, warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosek, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, barierowość bakteryjna maski min.98% , typ 2,odporna na przeziąkanie ,zgodna z PN-EN 14683:2019	15000	-	szt																
14	Wymiary długość175mm+/-2, szerokość 95mm +/-2mm. Pakowana w kartoniki po 50 szt. Jałowa mobilna łąta chłonna z przylepcami,roz.60x50cm.Wykona na z włókny. Chłonność 488%,masa powierzchniowa 74g	150	-	Szt																
15	Opaska elastyczna jałowa tkana z niestrzępiącymi się brzegami ,2 zapinki,o dużej rozciągliwości - 120%. 4m x 15cm z 65,2% bawełna, 30,8% poliamidu i 4,0% przędzy elastomerowej. Pakowane	400	-	Szt																

	w torebkę papierowo - foliową z wycięciami na kciuk po obu stronach torebki. Jeden zgrzew w kształcie litery V, ufatwiający aseptyczne otwieranie. Na zewnątrz opakowania etykieta centralna z kodem kreskowym, z 4 naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr LOT lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Termin ważności 5 lat od daty produkcji.						
Razem							

Serwety muszą być wykonane z włókniny odpornej na przenikanie cieczy zgodnie z normą PN- EN 13795 (lub równoważne) Do potwierdzenia zgodności zaferowanego asortymentu wymagane jest dostarczenie kart danych technologicznych wystawionych przez producenta wyrobu gotowego.

Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów jałowych, stanowiących przedmiot oferty zgodnie z normą PE- EN ISO 11135- 1(E0 (lub równoważne) w formie końcowego raportu z walidacji lub raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (operacyjny i procesowy) Wymagane dostarczenie zaświadczenia o biozgodności zgodnie z normą PN – EN ISO 10993-5 oraz PN- EN ISO 10993-10 (lub równoważne)

4 . Na opakowaniach sterylnych wyrobów wymagana jest etykieta z dwoma naklejkami , które służą do wklejenia do dokumentacji pacjenta Naklejki muszą zawierać: datę ważności, numer serii, nazwę producenta

Zamawiający wymaga dostarczenia raportu z badań niezależnego laboratorium potwierdzającego poziom filtracji bakteryjnej.

ZATWIERDZIŁ:

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie
Rafał Krupa

Kierownik Apteki
Maria Nowak
mgr farmacji
specjalista
ds. farmacji aptecznej

INSPEKTOR
Działu Obsługi Adm.-Tec.

Joanna Szwarec
Joanna Szwarec