



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71  
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 09.08.2023 r.

DZP – 20/2023

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Dostawa wyrobów medycznych (implanty, jednorazowy sprzęt medyczny, środek dezynfekcyjny, obłożenia i inne)**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

### **Pytanie nr 1 – dot. Pakiet nr 13, poz. 1**

Czy w Pakiecie nr 13 poz. 1 Zamawiający dopuści taśmę silikonową o szer. 2mm, grubości 0,75mm i długości 125mm?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 2 – dot. Pakiet nr 10, poz. 3**

Czy w Pakiecie nr 10 poz. 3 Zamawiający dopuści asymetryczny profil w kształcie opony szer. Zewn. 9mm i wewn. 7 z rowkiem 2,5mm LUB wykreśli tę pozycję – ponieważ opisany model został wycofany z produkcji?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 3 – dot. Pakiet nr 6 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści równoważnie: Rurka intubacyjna – nosowa z mankietem niskociśnieniowym wyprofilowanym w kształcie walca, z przezroczystym łącznikiem, wyposażona w znaczniki głębokości w postaci dwóch półpierścieni. Linia RTG na całej długości rurki, oczko Murphy’ego. Skalowana co 1 cm, oznaczenie cyfrą co 2 cm. Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, objętością mankieta i numerem LOTU. Balonik kontrolny i dren do wypełnienia mankieta w kolorze kontrastującym, sterylna, jednorazowego użytku, opakowanie papier – folia w kształcie półksiężyca zapewniającym utrzymanie anatomicznego kształtu rurki. Rozmiar 3,0 – 10,0 co 0,5 mm.?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 4 – dot. Pakiet nr 8 poz. 1**

Czy Zamawiający w miejscu Zestaw do monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego typu Nurovent miał na myśli Zestaw do monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego typu Neurovent?

**Odp.:** Tak.

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

#### **Pytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 4**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1.1. zwłoki w wykonaniu dostawy częściowej w terminie określonym w § 3 ust. 2 karę umowną w wysokości 0,5 % wartości netto niedostarczonej partii dostawy licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 2 niniejszej umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej partii dostawy.**

1.2. zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 9 ust. 2 karę w wysokości 0,5 % wartości netto niedostarczonej partii dostawy, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 3 niniejszej umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej partii dostawy.**

1.3. za każde stwierdzone naruszenie postanowień § 3 ust. 12 – 15 umowy, karę umowną w wysokości **0,5 %** wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy,

1.4. zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 3 ust. 16 w wysokości 0,5 % wartości netto **niezrealizowanej części umowy** dla danego pakietu, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 16, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy.**

1.7. naruszenia obowiązku opisanego w treści § 3 ust. 8 oraz § 6 ust. 2 w wysokości **125 złotych** za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,

1.8. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, o której mowa w § 11 ust. 19) w wysokości 0,01% należnej kwoty za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% nieuregulowanego w zapłacie części wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy.** (...)

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 4**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 9 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie nr 7 – dot. Pakietu nr 17**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150cm x 240cm?

**Odp.:** Zamawiający nie dopuszcza.

#### **Pytanie nr 8 – dot. Pakietu nr 17**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 170cm x 300cm?

**Odp.:** Zamawiający nie dopuszcza.

#### **Pytanie nr 9 – dot. Pakietu nr 17**

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu kompatybilnego z dozownikami Tork S1 , przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, na bazie etanolu (zaw. 80g/100g), skuteczny wobec:

Bakterie EN 13727, EN 1276 - 15 s :

Staphylococcus Aureus, Enterococcus Hirae, Escherichia Coli, Pseudomonas Aaeruginosa,

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

Bakterie MRSA, VRE EN 13727 - 30 s  
Grzyby i drożdże:  
EN 13624 C.Albicans - 30 s  
A.Niger - 60 s;  
EN 1650 C. Albicans - 30 s,  
A.Niger - 120 s;  
Mycobakterie EN 14348 M. Avium - 60 s,  
M. Terrae - 15 s;  
Wirusy EN 14476  
Murine Norovirus - 30 s; Adenowirus - 60 s; Poliowirus 120s; Rota Virus 30s;  
Wiruse osłonione (HIV, HBV, HCV, Influenza, SARS, Corona, H1N1, H5N1) - 30 s;

Preparat spełnia najwyższy poziom higieny w miejscach gdzie wymagany jest najwyższy reżim sanitarny, zarejestrowany jako produkt biobójczy. Preparat o pojemności 1000 ml , dostosowany do systemu Tork S1.

**Odp.:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 10 – dot. Pakietu nr 17, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa PP i folia polietylenowa PE) o gramaturze 55g/m<sup>2</sup>?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że posiada taśmę lepną.

**Pytanie nr 11 – dot. Pakietu nr 17, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety z taśmą lepną w rozmiarze 170x300 cm lub 170x200cm?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza serwety z taśmą lepną w rozmiarze 170x200 cm, natomiast nie dopuszcza serwety z taśmą lepną w rozmiarze 170x300 cm.

DYREKTOR  
Wojciech Michalik

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie