

NZ/.....825...../2022

Jelenia Góra, dnia 08.08.2022 r.

## DO WYKONAWCÓW

**Dot. ZP/PN/10/04/2022 Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych specjalistycznych dla potrzeb Pracowni Elektrofizjologii wraz z Dzierżawą Systemu Elektrofizjologicznego. Ogłoszenie opublikowane w DUUE: 2022/S 146-417285 z dnia 01.08.2022 r.**

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

### ZESTAW 1:

1. Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3b do SWZ poprzez dodanie ust. 1a do § 3 o następującej treści: „Własność wyrobów przechodzi na Zamawiającego z chwilą ich pobrania z mini banku”

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

2. Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3b do SWZ poprzez dodanie § 3 ust. 2a o następującej treści: „Wyroby medyczne, którym upłynął termin ważności nie mogą zostać pobrane z mini banku przez Zamawiającego. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w mini banku więcej niż jeden towar danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności wyrobu z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.”

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### ZESTAW 2:

1. Dotyczy pakietu nr 1 i 4.  
Rozumiemy, że w zakresie Pakietu nr 1 poz. 2.0 i Pakietu nr 4 poz. 2.3 Zamawiający omyłkowo wprowadził wymaganie dotyczące szczelności zastawki.

**Odpowiedź: Tak,**

**Pakiet nr 1 poz. 2.0 winno być -Balon do krioablacji (dostawa)**

**Pakiet nr 4 poz. 2.3 winno być- wyrób medyczny jednorazowy**

**Dodatkowo Zamawiający informuje że zmianie ulega :**

**Pakiet nr 2 poz. 1.3.5 winno być: Zapis danych bezpośrednio na twardym dysku platformy systemowej**

**Pakiet nr 3 poz. 2.4 winno być: dostępne koszulki stabilizujące do prawego przedśionka SR0, SR1, SR2, SR3, SR4**



Wojewódzkie  
Centrum  
Szpitalne  
Kotliny  
Jeleniogórskiej

**WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE**

**KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ**

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY  
ŚLĄSK**

**Pakiet nr 5 poz. 1.9 winno być: Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT**

**Zmieniony załącznik nr 1 w załączeniu.**

### **Termin składania ofert i otwarcia ofert:**

#### **Było:**

15.1 Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/644559> w terminie do dnia **12.08.2022 r. do godziny. 11:00.**

15.2 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **12.08.2022 r. o godz. 12.00** w siedzibie Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt 15.1.

15.3 Termin związania ofertą do dnia 9.11.2022 r.

#### **Jest:**

15.1 Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/644559> w terminie do dnia **16.08.2022 r. do godziny. 11:00.**

15.2 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **16.08.2022 r. o godz. 12.00** w siedzibie Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt 15.1.

15.3 Termin związania ofertą do dnia 13.11.2022 r.

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie przy uwzględnieniu wcześniejszych odpowiedzi. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu.

z up. Dyrektora WCSKJ