



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Inowrocław, 02.04.2019 r.

EZP 144/2019

Wszyscy Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

dot. przetargu nieograniczonego nr D-7/2019 na dostawę zestawów do operacji zaćmy i jaskry, witrektomii, zestawów do iniekcji doszklistkowych oraz soczewek wewnątrzgałkowych

Zamawiający w odpowiedzi na pytania działając na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:

Pytanie 1

Zadanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym serweta do owinięcia posiada rozmiar 90 x 75cm? Nieznacznie większy rozmiar niż wymagany poprawia komfort użytkowania, dokładniej okrywając stolik.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe..

Pytanie 2

Pytania do projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Kupujący pisemnie wezwie Sprzedawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 2A

Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 12 umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2) i 3) ustawy Prawo zamówień publicznych?

Odpowiedź:





Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.


Pytanie 3

dot. zadania 4, poz. 5:

Czy Zamawiający zgodzi się na rezygnację z utworzenia depozytu soczewek torycznych? Ze względu na mnogość mocy cylindrycznych do każdej mocy sferycznej soczewki jest to warunek bardzo trudny do spełnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.



Pytanie 4

dot. zapisów w rozdziale VI. a., pkt. a) SIWZ oraz Formularza Oferty:

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie, jakie dokumenty są wymagane w przypadku oferowania wyrobów medycznych z klasą IIb?

Odpowiedź:

Wykaz dokumentów jakich Zamawiający wymaga w przypadku zaoferowania wyrobów medycznych dla klasy IIb

- dla klasy IIb dokument zgłoszenia lub powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; dalej: „Prezes URPL” (jeżeli dotyczy – art. 58 ustawy o wyrobach medycznych), Certyfikatu Zgodności, Certyfikat Badania Projektu oraz Deklaracji Zgodności;

Pytanie 5

dot. zapisów w rozdziale XIII, pkt. 2.2 SIWZ:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy maksymalna ilość punktów do zdobycia w zadaniu nr 4 to 80 pkt?

Odpowiedź:

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w Zad.4 to 100 pkt. Co daje po przeliczeniu algorytm 40 pkt. wg. wagi kryterium.

Pytanie 6

dot. zapisów rozdz. XA SIWZ – termin składania ofert:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jaki jest dokładnie termin i godzina składania ofert.

Odpowiedź:

Termin składania ofert: 12.04.2019 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 12.04.2019 godz. 10:05

Pytanie 7

Pytanie do projektu umowy- załącznik nr 4 do siwz

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §7 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Kupujący ma prawo odmówić odebrania zestawu dostarczonego z winy Sprzedającego po uzgodnionym terminie dostawy.”?

Uzasadnienie:

Odmowa przyjęcia towarów powinna być dopuszczalna tylko wtedy, gdy dostawa została zrealizowana nieterminowo wyłącznie z powodów zawinionych przez Sprzedającego.

4



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 8

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §7 ust. 4 zdanie pierwsze projektu umowy w następującym brzmieniu: „W przypadku niedostarczenia przez Sprzedawcę towaru określonego w zamówieniu, o którym mowa w § 3 ust. 1, w terminie określonym w § 3 ust. 2, jeżeli zwłoka będzie dłuższa niż dni, Kupujący ma prawo dokonać zakupu zastępczego niedostarczonego towaru.”?

Uzasadnienie:

Uprzejmie odsyłam do wcześniejszych wyjaśnień – zakup zastępczy powinien być dopuszczalny tylko wówczas, gdy brak dostawy wynika z okoliczności, za które odpowiada Sprzedający, czyli w przypadku zwłoki.

Odpowiedź:

Zdanie pierwsze w §7 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„ W przypadku niedostarczenia przez Sprzedawcę towaru określonego w zamówieniu, o którym mowa w § 3 ust. 1 w terminie określonym w § 3 ust. 2, z przyczyn innych niż zawinione przez Kupującego, jeżeli zwłoka będzie dłuższa niż 7 dni, Kupujący ma prawo dokonać zakupu zastępczego nie dostarczonego towaru.

Pytanie 9

Pytanie do projektu umowy- załącznik nr 4 A do siwz

Zwracamy się z prośbą o zmianę ilości zestawów implantacyjnych w ramach zadania nr 4 przekazanych w nieodpłatne użyczenie z 12 zestawów do 3 zestawów (zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga 3 zestawów implantacyjnych

Pytanie 10

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §2 projektu umowy ustępu nr 3 w następującym brzmieniu: „Kupujący nie może użyczyć, wynająć lub wdzierżawić przedmiotu użyczenia opisanego w ust. 1 powyżej innym podmiotom bez wcześniejszej pisemnej zgody Sprzedawcy pod rygorem możliwości natychmiastowego odbioru przedmiotu użyczenia.”?

Uzasadnienie:

Umowa jest zawierana konkretnie z Kupującym i przedmiot użyczenia jest udostępniany wyłącznie jemu. Sprzedający nie wyraża zgody na czerpanie korzyści z przedmiotu użyczenia przez inne podmioty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 11

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §4 ust. 13 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Ewentualne braki lub uszkodzenia stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Sprzedawcę do wystawienia Kupującemu faktury na brakujący lub uszkodzony asortyment.”?

Uzasadnienie:

Kupujący prosi o doprecyzowanie, że otrzyma wynagrodzenie również za wyroby uszkodzone.

Odpowiedź:



Handwritten signature or mark.



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 12

Pytania odnośnie do treści projektu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartego w SIWZ

Czy Zamawiający dopuści dodanie ust. 9 do § 3 umowy powierzenia o następującej treści: *„Podmiot przetwarzający zobowiązany jest przetwarzać dane osobowe na podstawie udokumentowanego polecenia Administratora danych.”?*

Uzasadnienie:

Wymóg powyższego postanowienia umownego wynika z art. 28 ust. 3 lit. a RODO.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści zmianę § 4 ust. 3 projektu umowy powierzenia poprzez przyjęcie następującej treści: *„Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni, za wyjątkiem sytuacji gdy usunięcie uchybień będzie wymagało dłuższego terminu – wówczas Podmiot przetwarzający będzie zobowiązany usunąć uchybienia w terminie niezwłocznym, potrzebnym do usunięcia uchybień.”?*

Uzasadnienie:

Usunięcie niektórych uchybień może wymagać znacznie większego i pracochłonnego nakładu pracy, w tym wiązać się także z okolicznościami niezależnymi od Przetwarzającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zapis o następującej treści:

„Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni, za wyjątkiem sytuacji gdy usunięcie uchybień będzie wymagało dłuższego terminu – wówczas Podmiot przetwarzający będzie zobowiązany usunąć uchybienia w terminie niezwłocznym, potrzebnym do usunięcia uchybień, nie dłuższym niż 14 dni.

Pytanie 14:

Czy Zamawiający dopuści zmianę § 8 lit. a projektu umowy powierzenia poprzez przyjęcie następującej treści: *„pomimo pisemnego zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;”*

Uzasadnienie:

Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym jest daleko idącym skutkiem, zatem skorzystanie z takiej możliwości powinno opierać się na uzasadnionych podstawach. Zasadne jest zatem uzależnienie możliwości rozwiązania umowy w takim trybie, jeżeli Wykonawca będzie posiadał pisemną informację, z której będzie wynikało jakich uchybień się dopuścił. Taka zmiana leży także w interesie obu stron umowy z uwagi na cele dowodowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.



G



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Ponadto Zamawiający uzupełnia treść zadania nr 4 w punkcie 1 „Soczewki wewnątrzgałkowe”
Jest:

Soczewki wewnątrzgałkowe



1 .Jednoczęściowa soczewka zwijalna z asferyczną optyką, akrylowa o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% oraz filtrami UV i światła niebieskiego z jednorazowym kardridżem do implantacji.

Średnica części optycznej – 6 mm

Długość całkowita – 13 mm

Angulacja części haptycznych – 0 stopni

Współczynnik refrakcji – 1,55 lub więcej

Wymagany zakres dostępnych mocy; + 6D do + 30 D

Ocena jakościowa – współczynnik refrakcji soczewki 1,55 lub wyżej – 10 pkt
współczynnik refrakcji poniżej 1,55 – 0 pkt

Winno być:



1 .Jednoczęściowa soczewka zwijalna z asferyczną optyką, akrylowa o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% oraz filtrami UV i światła niebieskiego z jednorazowym kardridżem do implantacji.

Średnica części optycznej – 6 mm

Długość całkowita – 13 mm

Angulacja części haptycznych – 0 stopni

Współczynnik refrakcji – 1,55 lub więcej

Wymagany zakres dostępnych mocy; + 6D do + 30 D

Ocena jakościowa stopnia uwodnienia: poniżej 0,5% - 10 pkt

powyżej 0,5% - 0 pkt

Ocena jakościowa – współczynnik refrakcji soczewki 1,55 lub wyżej – 10 pkt
współczynnik refrakcji poniżej 1,55 – 0 pkt



KIEROWNICZKA DZIAŁU
Zamówień Publicznych

Ewa Sempowicz

4

