

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, zawiadamia, iż w postępowaniu na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń Biblioteki Uczelnianej przy ul. Opalińskich 1 na pomieszczenia dydaktyczne Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisów SIWZ.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1846) Zamawiający udziela odpowiedzi na przesłane zapytania.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIE 1

Proszę o potwierdzenie, czy należy zastosować wykładzinę PCV odprowadzającą ładunek?

Zgodnie z zapisami ujętymi w projekcie wykonawczym – Architektura powinna być to wykładzina odprowadzająca ładunek.

PYTANIE 2

Czy dostawa i montaż zabudowy meblowej/wyposażenia wrysowanej na projekcie, a nie ujętej w przedmiarze i karcie pomieszczeń jest po stronie Wykonawcy? (np zabudowa meblowa z umywalką, brodzik, lustro, siedzisko dla niepełnosprawnych).

Zamawiający informuje, że wszelkie ujęte wyposażenie pomieszczeń jest po stronie Wykonawcy. Wyposażenie meblowe zostało ujęte w przedmiarze dotyczącym trwałego umeblowania.

PYTANIE 3

W kosztorysie brak ścianki mobilnej. Czy wykonanie ścianki jest po stronie Wykonawcy? Uprzejmie zwracam się Prośbą o podanie szczegółów/wymagań dotyczących ścianki.

Zamawiający informuje, że ścianka mobilna jest po stronie Wykonawcy. Parametr, który należy spełnić dla ścianek mobilnych w salach wykładowych, pom. edukacyjnych to $RA,1 \geq 50[dB]$