

Włoszczowa, dnia 19.09.2022 r.

Znak DOAT: 98/09/2022

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert na dostawę aparatu do kriochirurgii z wyposażeniem dla Poradni Ginekologiczno-Położniczej i Oddziału Ginekologii Jednego Dnia Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II, oznaczenie sprawy: 11/09/2022

Pytanie nr 1

Czy zamawiający przyjmie ofertę na aparat z poniższymi parametrami:

I. p.	PARAMETR
1.	Zasilanie: Aparat nieelektryczny
2.	Czynnik roboczy - Podtlenek azotu (N ₂ O).
3.	Ciśnienie pracy w zakresie - 3,5 ÷ 5 MPa
4.	Ciśnienie maksymalne – 5,5 MPa
5.	Wymiary aparatu - 135 x 120 x 125 mm
6.	Ciężar aparatu - 1,5 kg
7.	Ciężar wózka butli - 5,5 kg
8.	Aparat wyposażony w wózek, umożliwiający stabilne zainstalowanie na nim aparatu (mocowanie przy pomocy dwóch śrub), przystosowany do butli o pojemności 10 litrów
9.	Miernik ciśnienia gazu w sondzie
1 0.	Pokrętko regulacji ciśnienia gazu zasilającego sondę
1 1.	Pedał sterujący jednoprzyciskowy

1 2.	Okres gwarancji na oferowane urządzenie 24 m-ce
1 3.	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
1 4.	Przeeglądy okresowe: - pierwszy przegląd aparatu i sond kontaktowych wymagany jest po trzech latach od momentu zakupu urządzenia, - kolejne przeglądy wykonywane są co roku. Przeeglądy sondy natryskowej – co roku.
1 5.	Szkolenie personelu (certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) przez Oferenta
1 6.	Certyfikat CE, deklaracja zgodności
1 7.	Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat
1 8.	Instrukcja obsługi w języku polskim
1 9.	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta
2 0.	Wyposażenie przykładowe do wyboru : Sonda natryskowa (wersja ginekologiczna) -1 szt. Sonda kontaktowa do tarczy szyjki $\Phi 20$ – 1 szt. Sonda kontaktowa do tarczy szyjki $\Phi 24$ – 1 szt. Sonda kontaktowa stożkowa $\Phi 15$ – 1 szt. Sonda kontaktowa tarczowo-kanałowa $\Phi 15/ \Phi 3,5$ – 1 szt. UWAGA! Butla z gazem nie stanowi wyposażenia aparatu. Butle są dzierżawione bezpośrednio od dostawców gazu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza aparatu o wymienionych parametrach. Zamawiający wymaga, aby czynnikiem chłodniczym (roboczym) był ciekły azot (LN₂) oraz aby urządzenie było kompletne i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, w tym było wyposażone w butlę na czynnik chłodniczy.

Treść powyższej odpowiedzi zamieszczona jest na stronie internetowej

https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa

i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

ZATWIERDZIŁ:

Z upoważnienia

Starszy Specjalista
ds. prawnych

Rutkowski
Krzysztof Rutkowski

STARSZY SPECJALISTA

Marta Piwońska

JUSTYNA STUDZIŃSKA

Justyna Studzińska
mgr położnictwa
specj. pielęgniarstwa rodzinnego
1401090A

