



Opole, 27.06.2023 r.

L.dz./DO/2023

Numer postępowania: **ZP 6/2023**

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa zestawów do pobierania składników krwi z aferezy.**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zmianami), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się dostosować ilości zamawianych zestawów do wielkości opakowania zbiorczego? Producent, w celu zapewnienia najwyższych standardów jakości wyrobów medycznych wymaga, aby zestawy były dostarczane w oryginalnych opakowaniach zbiorczych.

Zadanie 2 – opakowanie zbiorcze (karton): 8szt/ karton.

Proponowana, zmieniona zamawiana ilość 304szt (zamiast 300szt)

Zadanie 3 – opakowanie zbiorcze (karton): Zestaw drenów 100szt, Linia z workiem 102szt, Rotor 30szt/karton.

Proponowana, zmieniona zamawiana ilość: Zestaw drenów 400szt, Linia z workiem 408szt, Rotor bez zmian 360szt.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę ilości zestawów. Wskazane w OPZ ilości odpowiadają potrzebom Zamawiającego.

Pytanie nr 2 - dot. zadania nr 5, załącznik nr 1E do SWZ - Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia:



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W OPOLU

45 - 372 Opole, ul. Kośnego 55
tel. centrala 77 4410 600, 774410700
sekretariat 77 4410 820, fax 774410821

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Opolu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000009878 Regon: 000292103 NIP: 754-25-54-112

Zwracamy się z prośbą o określenie przez Zamawiającego w jaki łącznik ma być wyposażony zaoferowany pojemnik z roztworem ACD-A 500 ml?

ODP.: Worek z roztworem ACD-A 500ml musi posiadać port bezigłowy.

Powyzsza treść pisma stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i należy ją uwzględnić w dalszym przebiegu postępowania.

Sporządziła : Hanna Siuta
