

Zatwierdzam

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
podinsp. Andrzej BORYCKI

NACZELNIK
Laboratorium Kryminalistycznego KSP
podinsp. Marek LEWIŃSKI
Zastępca Naczelnika
Laboratorium Kryminalistycznego KSP

Opis przedmiotu zamówienia, zestawu chłodziarek laboratoryjnych

Dane techniczne:

Chłodziarka na odczynniki i próbki

Pojemność użytkowa: 580 l

Wymiary zewnętrzne:

Szerokość: max 740 mm

Wysokość: max 1995 mm

Głębokość: max 900 mm

ilość półek: 4

Wykonanie:

na zewnątrz – stal galwanizowana,
wewnątrz: stal nierdzewna kwasoodporna
pełne drzwi, termostat przeciwzamrozeniowy
ekologiczny czynnik chłodniczy R290

Parametry:

Utrzymanie temperatury roboczej w temperaturach co najmniej od +2 do +10°C

Możliwość eksploatacji w temperaturze otoczenia od +10 do +32°C

Zasilanie 230V/50 Hz

Poziom hałasu poniżej 60 dB

Chłodziarka na wzorce narkotykowe

Pojemność użytkowa: 194 l

Wymiary zewnętrzne:

Szerokość: max 580 mm

Wysokość: max 1530 mm

Głębokość: max 650 mm

ilość półek: 3

czynnik chłodniczy R290

Parametry:

Utrzymanie temperatury roboczej w temperaturach co najmniej od +2 do +8°C

Zasilanie 230V/50 Hz

Poziom hałasu poniżej 50 dB

KIEROWNIK
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
podinsp. Marek LEWIŃSKI

KIEROWNIK
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
podinsp. Marek LEWIŃSKI