

Piła 23.02.2021 roku

FZP.I-240/13/21/ZO

Uczestnicy postępowania

dotyczy: zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych pn. „POJEMNIKI NA PRÓBKI CHIRURGICZNE, SZKIEŁKA LABORATORYJNE”.

Szpital Specjalistyczny w Pile, w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku zapytania ofertowego, udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Zadanie I

Czy Zamawiający zaakceptuje pojemniki na próbki chirurgiczne zamykane szczelną pokrywą na wcisk, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie nr 2

Zadanie II

Poz. 1 a. Czy Zamawiający dopuści pojemniki na próbki chirurgiczne o pojemności 40 ml. Pozostałe parametry zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego. Prosimy o wyrażenie zgody ponieważ jeden z wiodących producentów tego typu pojemników wycofał z produkcji pojemniki o mniejszych pojemnościach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 3

Zadanie III

Poz.1 Czy Zamawiający dopuści szkiełka podstawowe o rozmiarach 75x25x1,1 mm? Pozostałe parametry zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści szkiełka podstawowe 75x26x1,1mm z ciętymi krawędziami?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie nr 4

zadanie 1, pozycja 1d

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne pojemnik o pojemności 2000 ml średnicy otworu 12,5 cm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie nr 5

Pytanie 2 – zadanie IV, pozycja 1a i 1b

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne pojemnik z pokrywą „na wcisk”?

Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.