

COZL/DZP/MBK/3412/TP- 98/21

Lublin, dnia 26.08.2021r

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na:

„Dostawa mebli na potrzeby COZL.”

- I. Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta potwierdzające spełnianie norm odnośnie wymaganych certyfikatów PN-EN 14073: 2006; 14074:2006?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 2

Dotyczy poz. 2-12, 14-17, 19-22 dla których Zamawiający wymaga Certyfikat EN ISO 13485: 2016, nadrzędny nad ISO 9001.

Czy Zamawiający dopuści zamiast certyfikatu EN ISO 13485: 2016 dołączenie certyfikatu ISO 9001: 2015 w zakresie projektowania, produkcji, montażu i serwisu mebli, mebli medycznych oraz mebli laboratoryjnych dla producenta mebli wraz z atestem higienicznym na meble jako gotowy wyrób (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach, placówkach medycznych i dydaktycznych?

Certyfikat PN-EN ISO 13485:2016 jest to podstawowa międzynarodowa norma, określająca wymagania dla Systemu Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych. Meble nie podlegają rejestracji jako wyrób medyczny i tym samym nie są klasyfikowane jako wyrób medyczny, przy którym można zastosować stawkę podatku VAT 8 % (co obowiązuje przy zarejestrowanych wyrobach medycznych). W związku z powyższym czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie certyfikatu ISO 9001:2015 wraz z atestem higienicznym na meble jako gotowy wyrób.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 3

Proszę o informacje czy jest możliwość złożenia Państwu oferty częściowej na podany asortyment ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ - nie dopuszcza składanie ofert częściowych.



- II. Działając w oparciu o zapisy art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający zmienia treść zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia:

➤ SWZ , Rozdz.X , Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Było:

- 1.Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale IX należy złożyć w terminie **do dnia 30.08.2021 r. do godziny 11:00** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.
- 2.Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 30.08.2021 r. o godzinie 11:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej**, w siedzibie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin, **pokój nr 32 – IV piętro, Budynek Nr 2 (Dział Zamówień Publicznych)**.

Jest:

- 1.Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale IX należy złożyć w terminie **do dnia 31.08.2021 r. do godziny 11:00** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.
- 2.Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 31.08.2021 r. o godzinie 11:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej**, w siedzibie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin, **pokój nr 32 – IV piętro, Budynek Nr 2 (Dział Zamówień Publicznych)**.

➤ SWZ , Rozdz.XI , Termin związania ofertą

Było:

- 1.Wykonawca jest związany ofertą przez **30 dni** od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **28.09.2021r**

Jest:

- 1.Wykonawca jest związany ofertą przez **30 dni** od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **29.09.2021r**