



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie  
20 - 708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6  
skr. poczt. 119  
tel. 81 743-42-72 lub 81 533-41-00  
email: [wsse.lublin@sanepid.gov.pl](mailto:wsse.lublin@sanepid.gov.pl) <https://www.gov.pl/web/wsse-lublin>

ADM-ZP.272.1.12.2024

Lublin, dnia 18.10.2024 r.

### ***Uczestnicy postępowania***

### **Pytania i odpowiedzi nr 9**

Zamawiający działając w oparciu o art. 135 ust. 2 oraz ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz.1320) zwanej dalej Pzp, w związku z zapytaniem skierowanym w postępowaniu pn. „**Zakup sprzętu laboratoryjnego i wyposażenia laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Lublinie**” przekazuje poniżej treść pytania i wyjaśnienia Zamawiającego.

**Treść wspomnianej prośby oraz odpowiedź są następujące:**

#### **Pakiet 10 - Dostawa Miernika poziomu dźwięku**

1. Dot. § 7 ust. 6.

Prosimy o zmianę zapisu o miejscu świadczenia serwisu z „siedziby Zamawiającego” na „siedzibę Wykonawcy”. Uzasadnienie: wszelkie naprawy oferowanych przez nas mierników poziomu dźwięku realizowane są wyłącznie przez autoryzowany serwis pod adresem siedziby Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany § 7 ust. 6 Załącznika nr 4 wzór umowy, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu w siedzibie Wykonawcy”.**

Dot. § 7 ust. 8.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminów usunięcia awarii z 10 na 15 dni roboczych oraz w przypadku braku części zamiennych na stanie – z 15 na 20 dni roboczych Prosimy również o zmianę niniejszego sformułowania: „...licząc od dnia zgłoszenia” na „...licząc od dnia dostarczenia urządzenia do siedziby Wykonawcy”. Mamy również prośbę o uszczegółowienie następującego zapisu: „Po każdym usunięciu awarii wymagane jest wzorcowanie sprzętu na koszt wykonawcy.” Sugerujemy niniejszy zapis: „Po każdym usunięciu awarii, wpływającej na zmianę toru pomiarowego, wymagane jest wzorcowanie sprzętu na koszt wykonawcy.”

**Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany § 7 ust. 8 Załącznika nr 4 wzór umowy, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w terminie do 15 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia urządzenia do siedziby Wykonawcy. Natomiast, gdy dla skutecznej naprawy, niezbędne jest użycie części zamiennych nie będących w posiadaniu/na stanie Wykonawcy, czas naprawy wydłuża się do 20 dni roboczych. Po każdym usunięciu awarii, wpływającej na zmianę toru pomiarowego, wymagane jest wzorcowanie sprzętu na koszt wykonawcy.”**

**W załączeniu do odpowiedzi zmodyfikowany Załącznik nr 4 wzór umowy dla Pakietu 10.**