



Grudziądz, dnia 14 stycznia 2022 roku

FE.042.3.7.2018

## DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą „Dostawa sprzętu, urządzeń i narzędzi warsztatowych wraz z montażem i uruchomieniem oraz dostawa sprzętu laboratoryjnego do pracowni zawodowych w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.*) w odpowiedzi na zapytanie, informuję:

### **Pytanie nr 25:**

Pytanie do części 2 postępowania, poz. 6:

„Czy Zamawiający dopuści destylarkę o napięciu zasilania 3x400V?”

### **Odpowiedź:**

W opisie zamówienia jest zapis dotyczący napięcia. Dopuszczono napięcie 400V/230V, co oznacza, że destylarka może być zasilana w układzie trójfazowym, a maksymalne napięcie międzyfazowe to 400V.

**/-/ Prezydent Grudziądz**