

BARIATRYCZNY PODNOŚNIK ELEKTRYCZNY szt. 3

Lp.	CECHY APARATU		Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego.
1	Nazwa aparatu, producent, kraj producenta, typ, model, rok produkcji	Wpisać	Nazwa aparatu..... Producent..... Typ..... Model..... Rok produkcji.....
2	PODSTAWOWE PARAMETRY	xxxxxx	xx
3	Podnośnik wykonany z metalu przeznaczony do transportu i przenoszenia pacjentów	TAK podać	
4	Rama - wieszak do nosideł	TAK	
5	Podstawa jezdna z funkcją elektrycznego rozsuwana za pomocą pilota przewodowego	TAK	
6	Elektryczna regulacja wysokości z pilota przewodowego.	TAK	
7	Pilot wyposażony w czytelne oznaczenia na przyciskach funkcyjnych oraz uchwyt do odwieszenia na podnośniku.	TAK podać	
8	Wbudowanyw urządzenie system ważenia pacjenta, III klasy dokładności wraz z wyświetlaczem LCD	TAK/NIE	TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt

9	Systemy awaryjnego opuszczania - obniżania	TAK podać	
10	Funkcja awaryjnego zatrzymania.	TAK	
11	Sygnal dźwiękowy informujący o konieczności naładowania akumulatora.	TAK	
12	Wyświetlacz LCD na panelu sterowania (informacja o stanie akumulatora, liczbie cykli – godzin)	TAK	
13	Min.4koła w tym dwa z funkcją blokady	TAK podać	
14	Długość zewnętrzna podstawy	TAK podać	
15	Wysokość podstawy jezdnej max 115 mm	TAK	
16	Maksymalny udźwig podnośnika	TAK Podać	od 270 kg do 300 kg – 0 pkt powyżej 300 kg – 5 pkt
17	Całkowita waga podnośnika	TAK Podać	do 40 kg – 5 pkt powyżej 40 kg – 0 pkt
18	Promień skrętu podnośnika	TAK podać	do 1500 mm – 5 pkt powyżej 1500 mm – 0 pkt
19	Elektryczna regulacja wysokości podnoszenia przy pomocy pilota przewodowego do min. 1800 mm	TAK podać	
20	Elektrycznie regulowana szerokość zewnętrzna podstawy jezdnej min. 750 – 1150 mm (+/- 20 mm)	TAK podać	
21	Zasilanie akumulatorowe z funkcją ładowania	TAK podać	
22	Instrukcja użytkowania na podnośniku	TAK	
23	W zestawie rękaw-mata ślizgowa do przesuwania pacjenta		

37	Czas naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym max 5	TAK	
38	Autoryzowany serwis na terenie Polski	TAK	
39	Zagwarantowanie dostępność serwisu, oprogramowania i części zamiennych, przez co najmniej 10 lat od daty dostawy	TAK	

UWAGA

Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez zamawiającego. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Pytania dotyczące powyższych parametrów i wymagań winny odnosić się precyzyjnie do poszczególnych punktów w tabeli i przedmiotu zamówienia.

Niespełnienie choćby jednego z wymogów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczących przedmiotu zamówienia stawianych przez Zamawiającego w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty (*nie dotyczy parametrów ocenianych*).

*Zamawiający informuje, iż ilekroć w SWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany:

- a) ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę co prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”
- b) poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, to przyjmuje się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a wskazane powyżej odniesienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji niniejszego postępowania.

Wykonawca winien udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Dokument należy podpisać podpisem: kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym.