

Konin, dnia 01.06.2022 r.

**WSZ-EP-13/634/2022**

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/  
strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Sprostowanie pisma nr WSZ-EP-13/590/2022 z dnia 24.05.2022 roku  
- wyjaśnienia do treści SWZ.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Dostawa drukarek laserowych do kasetek histopatologicznych i szkiełek laboratoryjnych oraz wirówki cytologicznej na potrzeby Zakładu Patomorfologii”, nr sprawy WSZ-EP-13/2022.

Zamawiający informuje, że udzielił błędnej odpowiedzi **na pytanie nr 7 - Załącznik nr 4 do SWZ – Poz. 21. dotyczące pakietu 2 – Wirówka cytologiczna sterowana mikroprocesorem – 1 szt.**

W związku z powyższym odpowiedź na:

**Pytanie nr 7 - Załącznik nr 4 do SWZ – Poz. 21**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaproponowania wirówki cytologicznej umożliwiającej odwirowanie płynnego materiału tkankowego oraz wykonywanie cytobloków w obrębie jednego urządzenia bez konieczności stosowania dodatkowej wirówki?

otrzymuje następujące brzmienie:

**Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SWZ (Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych).**

**Zamawiający wprowadza parametry opcjonalne o następującej treści:**

odwirowanie płynnego materiału tkankowego oraz wykonywanie cytobloków w obrębie jednego urządzenia bez konieczności stosowania dodatkowej wirówki

Nie – 0 pkt

Tak – 10 pkt

**W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy SWZ, Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty oraz Załącznik nr 2 do SWZ - Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych, które zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.