



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 42

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 1736 / 3148 /2023

Data: 25.08.2023r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. ” Znak: 2505/2023

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 – dotyczy Pakietu 34

Czy Zamawiający dopuści paski zawierające dwie fiołki po 50 szt. w każdym opakowaniu (w sumie 100 szt. w opakowaniu)? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o informację w jaki sposób prawidłowo przeliczyć liczbę opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ilość zaokrąglona w górę: 7 opakowań + 1 dodatkowe.

PYTANIE nr 2 – dotyczy Pakietu 34

Czy Zamawiający będzie wymagał pasków z polem aplikacji krwi na całej ich szerokości, dzięki czemu można nanosić kroplę krwi w dowolnym miejscu na końcówce paska testowego, co znacznie ułatwi pracę personelu w placówce?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pole aplikacji na całej szerokości.

PYTANIE nr 3 – dotyczy Pakietu 34

Czy Zamawiający będzie wymagał pasków z enzymem dehydrogenaza glukozy przebadanym pod kątem interferowania z ponad 200 substancjami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza paski z enzymem dehydrogenaza glukozy.

PYTANIE nr 4

Czy Zamawiający dopuści system z zakresem pomiaru od 10 do 600 mg/dl oraz zakres wartości hematokrytu 10-65%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 5 – dotyczy Pakietu 34

Czy Zamawiający wymaga systemu z czasem pomiaru próbki poniżej 4 sekund, co zapewni odpowiedni czas w sytuacji wymagającej szybkiego podjęcia decyzji terapeutycznej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 6 – dotyczy Pakietu 34

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby paski do glukometru bez względu na datę otwarcia fiołki zachowywały ważność do daty podanej na opakowaniu i tym samym nie wymagały banderolowania datą otwarcia fiołki ze względu na niespójność daty ważności na opakowaniu z rzeczywistą datą ważności liczoną od momentu otwarcia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Wymaganie dotyczy przydatności pasków po otwarciu opakowania – nie krócej niż 90 dni.



PYTANIE nr 7 – dotyczy Pakietu 34

Czy Zamawiający dopuści płyny kontrolne na dwóch różnych poziomach (wysoki i niski)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

