

Kraków, 16.09.2022 r.

DZ.271.59.881 .2022

Dział Zamówień Publicznych
tel. 0-12 614 34 84
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

dotyczy: postępowania DZ.271.59.2022 – Dostawa ubrań, serwet, ocieplaczy, podkładów, ręczników, fartuchów medycznych oraz zestawów obłożeń dla Kardiochirurgii, odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy foliowe o grubości 0,018 mm, pojedynczo składane, pakowane w woreczek foliowy a`100 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu nr 1

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się do Zamawiającego o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia i wyjaśnienia: Pakiet 1 Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym, o wymiarach: o mankiet 5 cm o długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm) o szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko o długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dotyczy pakietu nr 2

3a) Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3b) Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

3c) Czy zamawiający dopuści opakowanie foliowe, zbiorcze, z dyspenserem, po 100 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękaw zakończony gumką?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ocieplacz z włókniny SMS?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6

Dotyczy pakietu nr 5 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wykonany w całości z miękkiej polipropylenowej włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Dotyczy pakietu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w rozmiarze XL o długości 140 cm?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 3 wzoru umowy słowa „5% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 2” zostały zastąpione słowami „5% niezrealizowanej wartości brutto umowy”?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9

Dotyczy pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o szerokości w okolicy klatki piersiowej 68cm (obwód 136cm), spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Dotyczy pakietu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o długości w przedniej części 138,5cm oraz szerokości w okolicy klatki piersiowej 72,5cm (obwód 145cm), spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 11

Dotyczy pakietu nr 8 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z przyklepcem o długości 100 cm na dłuższym boku, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 12

Dotyczy pakietu nr 8 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 150x180cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

**Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie nr 13
Dotyczy pakietu nr 8 poz. 4**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem przylepnym owalnym o wymiarach 6x8 cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

**Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 14
Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartuchów chirurgicznych w rozmiarze L o wymiarach:

- Długość fartucha: 130 cm +/- 1 cm;
- Długość rękawa bez mankietu (mierzona od barku w miejscu wszycia): 72 cm +/- 1 cm; ponadto długość mankietu 7,5 cm +/- 0,5 cm;
- Obwód w okolicy klatki piersiowej (szerokość): 167 cm +/- 2 cm.

Materiał fartucha - włóknina polipropylenowa typu SMMMS o gramaturze min. 35 g/m² - potwierdzone kartą techniczną od producenta wyrobu w języku angielskim oraz polskim tłumaczeniem wykonanym przez importera fartuchów. Fartuch operacyjny spełniający wymagania EN ISO 13795-1: 2019 - potwierdzone kartą techniczną od producenta wyrobu w języku angielskim oraz polskim tłumaczeniem wykonanym przez importera fartuchów. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności potwierdzone folderem od importera fartuchów. Pozostałe wymagania Wykonawca również potwierdzi folderem od importera fartuchów. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie nr 15
Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartuchów chirurgicznych w rozmiarze XL o wymiarach:

- Długość fartucha: 140 cm +/- 1 cm;
- Długość rękawa bez mankietu (mierzona od barku w miejscu wszycia): 79 cm +/- 1 cm; ponadto długość mankietu 7,5 cm +/- 0,5 cm;
- Obwód w okolicy klatki piersiowej (szerokość): 171 cm +/- 2 cm.

Materiał fartucha - włóknina polipropylenowa typu SMMMS o gramaturze min. 35 g/m² - potwierdzone kartą techniczną od producenta wyrobu w języku angielskim oraz polskim tłumaczeniem wykonanym przez importera fartuchów. Fartuch operacyjny

spełniający wymagania EN ISO 13795-1: 2019 - potwierdzone kartą techniczną od producenta wyrobu w języku angielskim oraz polskim tłumaczeniem wykonanym przez importera fartuchów. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności potwierdzone folderem od importera fartuchów. Pozostałe wymagania Wykonawca również potwierdzi folderem od importera fartuchów. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 16

Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartuchów chirurgicznych w rozmiarze XXL o wymiarach:

- Długość fartucha: 150 cm +/- 1 cm;
- Długość rękawa bez mankietu (mierzona od barku w miejscu wszycia): 86 cm +/- 1 cm; ponadto długość mankietu 7,5 cm +/- 0,5 cm;
- Obwód w okolicy klatki piersiowej (szerokość): 175 cm +/- 2 cm.

Materiał fartucha - włóknina polipropylenowa typu SMMMS o gramaturze min. 35 g/m² - potwierdzone kartą techniczną od producenta wyrobu w języku angielskim oraz polskim tłumaczeniem wykonanym przez importera fartuchów. Fartuch operacyjny spełniający wymagania EN ISO 13795-1: 2019 - potwierdzone kartą techniczną od producenta wyrobu w języku angielskim oraz polskim tłumaczeniem wykonanym przez importera fartuchów. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności potwierdzone folderem od importera fartuchów. Pozostałe wymagania Wykonawca również potwierdzi folderem od importera fartuchów. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 17

Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji serwet posiadających rozmiar 75 x 90 cm oraz gramaturę 62 g/m². Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Wszystkie parametry i wymagania Wykonawca potwierdzi folderem od importera serwet. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18

Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji serwet posiadających rozmiar 100 x 150 cm oraz gramaturę 62 g/m². Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Wszystkie parametry i wymagania Wykonawca potwierdzi folderem od importera serwet. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19

Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji serwet posiadających rozmiar 150 x 240 cm oraz gramaturę 62 g/m². Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Wszystkie parametry i wymagania Wykonawca potwierdzi folderem od importera serwet. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20

Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji serwet posiadających rozmiar 75 x 90 cm, wyposażonych w przylepny otwór o rozmiarze 6 x 8 cm w środkowej części serwety oraz gramaturę 62 g/m². Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Wszystkie parametry i wymagania Wykonawca potwierdzi folderem od importera serwet. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21

Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji serwet posiadających rozmiar 75 x 90 cm oraz gramaturę 62 g/m². Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Wszystkie parametry i wymagania Wykonawca potwierdzi folderem od importera serwet. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 22
Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji serwet posiadających rozmiar 100 x 150 cm oraz gramaturę 62 g/m². Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Wszystkie parametry i wymagania Wykonawca potwierdzi folderem od importera serwet. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 23
Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 7 oraz Pakietu nr 8 poz. 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach kieszeni na narzędzia, posiadających na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Wszystkie parametry i wymagania Wykonawca potwierdzi folderem od importera kieszeni. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 24
Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji pokrowca w rozmiarze 80 x 145 cm, wzmocnionego obszarem chłonnym o minimalnym rozmiarze 60 x 145 cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Wszystkie parametry i wymagania Wykonawca potwierdzi folderem od importera pokrowca. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytania nr 25
Dotyczy wzoru umowy:

1. Wnosimy o modyfikację § 2 ust. 2 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: *„Ceny określone przez Wykonawcę obowiązują przez cały okres trwania umowy. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące*

przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”. W konsekwencji powyższego Wykonawca wnioskuje również o wykreślenie przesłanki wymienionej w § 6 ust. 3 pkt 1) projektu umowy. **UZASADNIENIE:** Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje, bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.”

2. Wnosimy o modyfikację § 2 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 8 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego, o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” **UZASADNIENIE:** Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytania nr 26

Dotyczy pakietu nr 5 poz. 1. oraz poz. 2

Czy zamawiający dopuści fartuch XXL w zamian XL o rozmiarach: Długość 140 cm Długość rękawa 64 cm Obwód w klatce 140 cm? Czy zamawiający dopuści fartuch XL o rozmiarach: Długość 135 cm Długość rękawa 60 cm Obwód w klatce 136 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 27

Dotyczy Pakiet 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą główną o poniższych parametrach:

1. całkowity rozmiar serwety (szerokość x długość): 264 x 193 x długość 363 cm

2. materiał serwety: Tkanina SMS (polipropylen), poddana obróbce miejscowej do odpychania alkoholu i rozpraszania ładunków elektrostatycznych. Wzmocnienie + Kieszenie: Control Plus SMF (polipropylen), Nie zawiera lateksu kauczuku naturalnego. Nie zawiera DEHP.
3. Całkowita gramatura serwety głównej: 146 g/m² w tym gramatura materiału podstawowego: 47 g/m² i gramatura wzmocnienia + kieszeni: 99 g/m².
4. serweta główna w kształcie litery „T” – stanowi zabezpieczenie pacjenta jak również zabezpieczenie przestrzeni anestezyjologicznej
5. serweta zawiera 6 kieszeni po obu stronach pola operacyjnego do organizacji przewodów perfuzyjnych krążenia pozaustrojowego
6. gramatura materiału warstwy chłonnej 99 [g/m²]
7. materiał folii: polietylen
8. rozmiar folii chirurgicznej dla klatki piersiowej (szerokość x długość): 35 [cm] x 43 [cm]
9. serweta zawiera w miejscu pola operacyjnego (klatka piersiowa pacjenta) folię chirurgiczną otoczoną warstwą chłonną
10. rozmiar warstwy chłonnej (szerokość x długość): 53 [cm] x 122 [cm]
11. serweta posiadająca 4 otwory o średnicy 2 [cm] +/- 0,5 [cm] od strony anestezyjologicznej do organizacji drenów, przewodów podczas zabiegów w krążeniu pozaustrojowym
12. Serweta główna do zabiegów kardiochirurgicznych spełniająca wszystkie parametry normy PN-EN 13795 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznej i mniej krytycznej - wymagane w Tabeli 2 normy PN-EN 13795 (parametry podlegające ocenie i wymagania dotyczące wydajności dla obciążeń chirurgicznych)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytania nr 28

Dotyczy Pakiet 11 pkt. 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę serwet chłonnych w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania nr 29

Dotyczy Pakiet 11 pkt. 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę serwet chłonnych wyposażonych w nitkę RTG i tasiemkę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania nr 30

Dotyczy Pakiet 11 pkt. 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę serwet chłonnych w kolorze białym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytania nr 31

Dotyczy Pakiet 11 pkt. 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę pokrowców na stół MAYO posiadających wzmocniony obszar chłonny w rozmiarze 60x142 (+/-2cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytania nr 32

Dotyczy Pakiet 11 pkt. 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę kieszeni na narzędzia w rozmiarze 30x40cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytania nr 33

Dotyczy Pakiet 11 pkt. 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę przyrządów do przetaczania krwi z drenem o długości min. 150cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytania nr 34

Dotyczy Pakiet 11 pkt. 47

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę serwet gazowych w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania nr 35

Dotyczy Pakiet 11 pkt. 48

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę serwet gazowych tylko w kolorze białym?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytania nr 36
Dotyczy Pakiet 11 pkt. 66

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę łączników „Y” o średnicy zewnętrznej 9mm lub 11mm?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytania nr 37
Dotyczy Pakiet 11 pkt. 68

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę miski o pojemności min. 1000ml?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytania nr 38
Dotyczy Pakiet 11 pkt. 69

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę miski w kolorze niebieskim lub transparentnym?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytania nr 39
Dotyczy Pakiet 11 pkt. 70

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę pojemników o pojemności min. 100ml?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytania nr 40
Dotyczy Pakiet 11 pkt. 74

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę opatrunku w rozmiarze 10x20cm?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytania nr 41
Dotyczy Pakiet 11 pkt. 74

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę opatrunku z warstwą chłonną w rozmiarze 6,5x15cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytania nr 42

Dotyczy Pakiet 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą główną o poniższych parametrach:

1. rozmiar serwety: 274 x 203 [cm] x 314 [cm]
2. materiał serwety: materiał bazowy: Tkanina SMS (polipropylen), miejscowo poddana obróbce w celu odpychania alkoholu i rozpraszania ładunków elektrostatycznych. Wzmocnienie: Control Plus SMF (polipropylen). 3M Incise: polietylen z wrażliwym na nacisk klejem akrylowym. Nie zawiera lateksu kauczuku naturalnego. Nie zawiera DEHP.
3. Całkowita gramatura serwety głównej: 156 g/m² w tym gramatura materiału podstawowego: 57 g/m² i gramatura wzmocnienia + kieszeni: 99 g/m²
4. serweta w kształcie litery „T” – stanowi zabezpieczenie pacjenta jak również zabezpieczenie przestrzeni anestezyjologicznej
5. serweta zawiera w miejscu pola operacyjnego (klatka piersiowa pacjenta) folię operacyjną otoczoną warstwą chłonną
6. rozmiar warstwy chłonnej: 101 [cm] x 215 [cm],
7. rozmiar folii: 30 [cm] x 38 [cm],
8. materiał folii – folia 3M, wykonana z polietylenu z wrażliwym na nacisk klejem akrylowym.
9. serweta posiadająca 4 otwory o średnicy 2 [cm] +/- 0,5 [cm] od strony anestezyjologicznej do organizacji drenów, przewodów podczas zabiegów w krążeniu pozaustrojowym
10. serweta główna posiadająca zintegrowane, odczepiane na rzepy, podłużne klapy służące do organizacji przewodów perfuzyjnych krążenia pozaustrojowego (wolne mankiety) umieszczone po obu stronach pola operacyjnego
11. serweta w dolnej części (nogi pacjenta) zawiera folie chirurgiczną pozwalającą na swobodne pobranie naczyń żylnych z obu kończyn dolnych o rozmiarze (szerokość x długość) 55 [cm] x 96 [cm]
12. serweta główna posiadająca zintegrowane, odczepiane na rzepy, podłużne klapy jak dla ww. pkt. 12 służące także do organizacji narzędzi chirurgicznych umieszczone z dwóch obu stronach pola operacyjnego (z lewej i prawej strony) wykonane z wzmocnionej włókniny Control Plus SMF (polipropylen) o wymiarach 21 cm +/- 2 [cm] x 156 cm +/- 5 [cm] (głębokość x szerokość)
13. gramatura materiału warstwy chłonnej - 99 [g/m²]
14. Serweta główna do zabiegów kardiochirurgicznych spełniająca wszystkie parametry normy PN-EN 13795 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznej i mniej krytycznej - wymagane w Tabeli 2 normy PN-EN 13795.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytania nr 43

Dotyczy Pakiet 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę serwet chłonnych w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania nr 44

Dotyczy Pakiet 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę serwet chłonnych wyposażonych w nitkę RTG i tasiemkę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania nr 45

Dotyczy Pakiet 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę serwet chłonnych w kolorze białym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytania nr 46

Dotyczy Pakiet 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę pokrowców na stół MAYO posiadających wzmocniony obszar chłonny w rozmiarze 60x142 (+/-2cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytania nr 47

Dotyczy Pakiet 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę przyrządów do przetaczania krwi z drenem o długości min. 150cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytania nr 48

Dotyczy Pakiet 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę serwet gazowych w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytania nr 49
Dotyczy Pakiet 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę łączników „Y” o średnicy zewnętrznej 9mm lub 11mm?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytania nr 50
Dotyczy Pakiet 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę miski o pojemności min. 1000ml?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytania nr 51
Dotyczy Pakiet 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę miski w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytania nr 52
Dotyczy Pakiet 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę pojemników o pojemności min. 100ml?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytania nr 53
Dotyczy Pakiet 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę opatrunku w rozmiarze 10x20cm?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytania nr 54

Dotyczy Pakiet 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę opatrunku z warstwą chłonną w rozmiarze 6,5x15cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytania nr 55

Dotyczy Pakiet 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę serwet do owinięcia zestawu w rozmiarze min. 150x300cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytania nr 56

Dotyczy Pakiet 11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w 11 serwety chłonnej, zielonej z RTG o wym. 45x60 cm, gramaturze 105g/m² (+-10%), chłonności 780%, wytrzymałości na rozrywanie na mokro >200 kPa.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytania nr 57

Dotyczy Pakiet 11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 11 serwety gazowej 6-warstwową z nitką RTG o wymiarach 45x45 cm zamiast 40x40 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania nr 58

Dotyczy Pakiet 11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 11 serwety przyklepne 100x100 cm wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59g/m² zamiast 60g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania nr 59

Dotyczy Pakiet 11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 11 serwety o wymiarach 150x190 cm wykonane z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 59 g/m² zamiast 60g/m².

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytania nr 60
Dotyczy Pakiet 11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 11 igły z kulką 18Gx80 zamiast 18Gx100 mm.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza

Pytania nr 61
Dotyczy Pakiet 11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 11 miski z rączką o pojemności 1200 ml transparentną zamiast czerwoną.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytania nr 62
Dotyczy Pakiet 12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 12 serwety przyklepne o wymiarach 100x100 cm wykonane z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 59g/m² zamiast 60g/m².

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytania nr 63
Dotyczy Pakiet 12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 12 serwety 150x200 cm wykonane z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 59g/m² zamiast 60g/m².

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytania nr 64
Dotyczy Pakiet 12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 12 serwety 150x200 cm wykonane z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 59g/m² zamiast 60g/m².

**Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.**

**Pytania nr 65
Dotyczy Pakiet 12**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 12 serwety chłonnej, zielonej z RTG o wym. 45x60 cm, gramaturze 105g/m² (+-10%), chłonności 780%, wytrzymałości na rozrywanie na mokro >200 kPa.

**Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytania nr 66
Dotyczy Pakiet 12**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 12 igłę z kulką 18Gx80 mm zamiast 18Gx100mm.

**Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza**

**Pytania nr 67
Dotyczy Pakiet 12**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 12 serwety gazowej 6-warstową z nitką RTG o wymiarach 45x45 cm zamiast 40x40 cm.

**Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.**

**Pytania nr 68
Dotyczy Pakiet 13**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 13 poz. 2 serwety 150x200 cm wykonaną z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min.59g/m² zamiast 60g/m².

**Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.**

**Pytania nr 69
Dotyczy Pakiet 13 poz. 2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 13 poz. 2 serwety przyklepne 90x75 cm wykonane z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 59g/m² zamiast 60g/m².

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza

Pytania nr 70
Dotyczy Pakiet 13 poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 13 poz.2 serwety gazowe 6 warstwowe o wymiarach 45x45 zamiast 40x40.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza

Pytania nr 71
Dotyczy Pakiet 13 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 13 poz.1 serwetę owinięcie zestawu wykonaną z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min.59 g/m² zamiast 60g/m².

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza

Pytania nr 72
Dotyczy Pakiet 13 poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 13 poz. 2 miskę nerkową o pojemności 700 ml w kolorze niebieskim.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza

Pytania nr 73
Dotyczy Pakietu 8 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrowca na stół Mayo posiadającego wzmocnienie w rozmiarze 60 x 145 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza

Pytania nr 74
Dotyczy wzoru umowy:

1. § 4 ust. 1- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

2. § 4 ust. 1 do kwoty 0,5% wartości niezrealizowanej części zamówienia;
3. § 4 ust. 2 do kwoty 0,5% wartości wadliwej części zamówienia;
4. § 8 ust. 3 do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy;
5. § 8 ust. do kwoty 20% kwoty, wymienionej w § 2 ust. 3 umowy;

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażącą o wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytania nr 75

Dotyczy Pakietu 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylne jednorazowe ubrania chirurgiczne, składające się z bluzy i spodni:

- Bluza: krótki rękaw, dekolt V wykończony białą lamówką, 3 kieszenie.

- Spodnie: wiązane w pasie na troki, kieszeń z tyłu

Komplet wykonany z oddychającej włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m², barierowości min. 49 mmH₂O. Materiał odporny na wypychanie na sucho min. 140 kPa. Zgodne z EN 13795; wyrób medyczny klasy I. Dostępne w 6 rozmiarach oznaczonych wszywką na każdym produkcie: XS-XXL, kolor niebieski. Pakowane indywidualnie w torebkę foliową, zbiorczo 50 kompletów w kartonie zbiorczym.

		XS	S	M	L	XL	XXL	Tolerancja
Koszulka	długość	67	70	72	75	76	77	± 2
	szerokość	50	54	58	62	66	70	± 2
Spodnie	długość	108	112	114	116	118	120	± 2
	szerokość	50	52	54	58	60	60	± 2

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytania nr 76

Dotyczy Pakietu 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bluzy/ocieplacza operacyjnej rozpinanej z długim rękawem, wykonanej z włókniny typu SMS (polipropylenowej) o gramaturze 40 g/m². Rękaw zakończony dzianinowym mankietem. Dostępny w rozmiarach S, M, L, XL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla producenta produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytania nr 77

Dotyczy Pakietu 5

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m², repelentnej dla alkoholi, z widocznym kodem kolorystycznym na fartuchu wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości co najmniej w 2 miejscach. Parametry fartucha (obszar krytyczny i niekrytyczny): penetracja wody min. 46 cmH₂O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I_B) - min. 2,8. W rozmiarze L. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m², repelentnej dla alkoholi, z widocznym kodem kolorystycznym na fartuchu wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości co najmniej w 2 miejscach. Parametry fartucha (obszar krytyczny i niekrytyczny): penetracja wody min. 46 cmH₂O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I_B) - min. 2,8. W rozmiarze XL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytania nr 78

Dotyczy Pakiet 5, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha w rozmiarze XL o długości w części przedniej 140cm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytania nr 79

Dotyczy Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza

Pytania nr 80

Dotyczy Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza

Pytania nr 81

Dotyczy Pakiet 5 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający odstąpi od owinięcia fartucha w papier krepowy lub włókninę?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytania nr 82

Dotyczy Pakiet 5 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch owinięty w papier krepowy lub włókninę z 2 ręcznikami chłonnymi?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza

Pytania nr 83

Dotyczy Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L o obwodzie w okolicy klatki piersiowej 150 cm?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytania nr 84

Dotyczy Pakiet 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długości w części przedniej 138 cm?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytania nr 85

Dotyczy Pakiet 5 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMS?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytania nr 86

Dotyczy Pakiet 5 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch w opakowaniu foliowo-papierowym – część przednia z papieru, część tylna z folii?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SWZ podtrzymuje.

Pytania nr 87

Dotyczy Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści fartuch w opakowaniu papier-folia, zawierającym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji (zamiast pakowania próżniowego)?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i wyjaśnia, iż parametr określony w pakiecie nr 6 pozycja 5 jest parametrem punktowanym. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełnienia.

Pytania nr 88

Dotyczy Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarach:

M – długość rękawa 60 cm, obwód w klatce piersiowej 150 cm, długość całego fartucha 124 cm, długość wzmocnienia rękawa 32 cm, długość wzmocnienia przedniej części fartucha 92 cm

L – długość rękawa 61 cm, obwód w klatce piersiowej 150 cm, długość całego fartucha 128 cm, długość wzmocnienia rękawa 34 cm, długość wzmocnienia przedniej części fartucha 102 cm

XL - długość rękawa 62 cm, obwód w klatce piersiowej 160 cm, długość całego fartucha 138 cm, długość wzmocnienia rękawa 34, długość wzmocnienia przedniej części fartucha 113 cm

XXL - długość rękawa 61 cm, obwód w klatce piersiowej 160 cm, długość całego fartucha 157 cm, długość wzmocnienia rękawa 34, długość wzmocnienia przedniej części fartucha 132 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytania nr 89

Dotyczy Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarach:

M - długość rękawa 60 cm, długość całego fartucha 124 cm,

L - długość rękawa 61 cm, długość całego fartucha 128 cm,

XL - długość rękawa 62 cm, długość całego fartucha 138 cm,

XXL - długość rękawa 61 cm, długość całego fartucha 157 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytania nr 90

Dotyczy Pakiet 8 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na stół narzędziowy Mayo o wymiarach 80 x 140 cm, ze wzmocnieniem o wymiarach 60 x 140 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 91

Dotyczy Pakietu 11

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zapisów treści SWZ oraz dopuszczenie w Pakiecie 11 zestawu zawierającego wszystkie wymagane w SWZ komponenty z uwzględnieniem określonych przez Zamawiającego ilości sztuk dla poszczególnego komponentu i odpowiadający wymaganiom użytkowym dla określonych warunków zabiegów kardiochirurgicznych tj. STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW WSZCZEPIENIA ZASTAWEK Z DODATKOWYMI WYROBAMI MEDYCZNYMI o składzie i cechach opisanymi poniżej:

Serweta główna - 1 sztuka	
1.	całkowity rozmiar serwety (szerokość x długość): 264 x 193 x długość 363 cm

2.	materiał serwety: Tkanina SMS (polipropylen), poddana obróbce miejscowej do odpychania alkoholu i rozpraszania ładunków elektrostatycznych. Wzmocnienie + Kieszenie: Control Plus SMF (polipropylen), Nie zawiera lateksu kauczuku naturalnego. Nie zawiera DEHP.
3.	Całkowita gramatura serwety głównej: 146 g/m ² w tym gramatura materiału podstawowego: 47 g/m ² i gramatura wzmocnienia + kieszeni: 99 g/m ² .
4.	serweta główna w kształcie litery „T” – stanowi zabezpieczenie pacjenta jak również zabezpieczenie przestrzeni anestezyjologicznej
5.	serweta zawiera 6 kieszeni po obu stronach pola operacyjnego do organizacji przewodów perfuzyjnych krążenia pozaustrojowego
6.	gramatura materiału warstwy chłonnej 99 [g/m ²]
7.	materiał folii: polietylen
8.	rozmiar folii chirurgicznej dla klatki piersiowej (szerokość x długość) : 35 [cm] x 43 [cm]
9.	serweta zawiera w miejscu pola operacyjnego (klatka piersiowa pacjenta) folię chirurgiczną otoczoną warstwą chłonną
10.	rozmiar warstwy chłonnej (szerokość x długość): 53 [cm] x 122 [cm]
11.	serweta posiadająca 4 otwory o średnicy 2 [cm] +/- 0,5 [cm] od strony anestezyjologicznej do organizacji drenów, przewodów podczas zabiegów w krążeniu pozaustrojowym
12.	Serweta główna do zabiegów kardiochirurgicznych spełniająca wszystkie parametry normy PN-EN 13795 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznej i mniej krytycznej - wymagane w Tabeli 2 normy PN-EN 13795 (parametry podlegające ocenie i wymagania dotyczące wydajności dla obciążeń chirurgicznych)
Serweta z taśmą przylepną - 4 sztuka	
1.	materiał serwety: materiał chłonny dwuwarstwowy laminat (Spunbond/folia PE) z taśmą medyczną. Nie zawiera lateksu kauczuku naturalnego. Nie formułowany z DEHP
2.	rozmiar serwety: 90 [cm] x 90 [cm]
3.	gramatura laminatu 45 [g/m ²]
4.	serweta z taśmą przylepną wzdłuż dłuższego boku na długości 89 [cm]
5.	wytrzymałość serwety, odporność na przenikanie cieczy zgodne z normą EN 13795 dla Wymagań Standardowych, szerokość warstwy lepnej - 2,5[cm] x 89 [cm], lepność: akryl na nośniku z folii polietylenowej 76 μm
Serweta - 2 sztuka	
1.	materiał serwety: materiał chłonny dwuwarstwowy laminat (Spunbond/folia PE)
2.	rozmiar serwety: 159 [cm] x 193 [cm]
3.	gramatura laminatu 45 [g/m ²]
Serweta chłonna – 4 sztuki	
1.	rozmiar serwety: 40 [cm] x 40 [cm]

2.	gramatura minimum 20 [g/m ²]
3.	serweta z nitką kontrastującą w promieniach RTG
4.	serweta chłonna, niepyląca, nie odbijająca światła nawet po namoczeniu
5.	kolor serwety: zielony
Pokrowiec na stół narzędziowy MAYO - 2 sztuki	
1.	pokrowiec na stół narzędziowy Mayo o rozmiarze 80 x 145 [cm]
2.	pokrowiec wzmocniony obszarem chłonnym o rozmiarze 64 x 76 [cm]
3.	materiał bazowy: niebieska folia (polietylen), wzmocnienie: tkanina SMS (polipropylen), impregnowana miejscowo do odpychania alkoholu i rozpraszania ładunków elektrostatycznych. Nie zawiera lateksu kauczuku naturalnego. Nie zawiera DEHP.
Kieszonki na narzędzia (jedno i dwukomorowa) - 3 sztuki	
1.	materiał kieszeni: przezroczysta folia
2.	kieszonki na narzędzia przylepna, jednokomorowa 2 sztuki
3.	kieszonki na narzędzia przylepna, dwukomorowa 1 sztuka
4.	minimalny rozmiar kieszeni: 30 [cm] x 35 [cm]
Taśma - 2 sztuki	
1.	taśma przylepna, zapewniająca dobre umocowanie serwet i kabli na powierzchni serwety
2.	rozmiar taśmy: 10 x 55 [cm]
Organizator przewodów typu rzep - 2 sztuki	
1.	organizator przewodów typu rzep (jednostronnie przyklejany) o szerokości 2,5 [cm] i długości 30 [cm]
Przyrząd do podawania - Set IV Infusion – 1 sztuka	
1.	zestaw do infuzji płynów - Set IV Infusion
2.	długość: 180 [cm]
Serwetka do rąk - 4 sztuki	
1.	specjalny ręcznik przeznaczony do użytku w warunkach sali operacyjnej, materiał bazowy: chłonny (gramatura 67 g/m ²) - poliester (70 denierów) do osuszania, nie zawiera lateksu kauczuku naturalnego. Wolny od DEHP.
2.	rozmiar serwety: 38 [cm] x 56 [cm]
Kompresy gazowe z nitką RTG - 25 sztuk	
1.	gaziki 17sto nitkowe 16 warstwowe z nitką kontrastującą w promieniach RTG
2.	rozmiar gazików: 10 x 10 [cm]
3.	pakowane po 5 sztuk w papierowych torebkach lub w innych organizatorach
Serwety gazowe z nitką RTG - 4 sztuki	
1.	serweta gazowa 20sto nitkowa, 6 warstwowa z nitką widoczna w promieniach RTG i trokiem
2.	rozmiar gazików: 40 x 40 [cm] +/- 1 [cm]
3.	kolor: biały
Gaziki z nitką RTG - 5 sztuk	
1.	gaziki 17sto nitkowe, 8 do 12sto warstwowe z nitką kontrastującą w promieniach RTG
2.	gaziki zapakowane w papierową torebkę lub inny organizator
3.	Rozmiar gazików: 5 [cm] x 5 [cm] +/- 1 [cm]
Igła – 1 sztuka	

1.	rozmiar igły: 18G x 89 [mm]
2.	igła typu Needle Spinal bez kulki i zakończone: nie tępa
Ostrze – 1 sztuka	
1.	kształt ostrza Swann Morton
2.	rozmiar: 24 – wykonana ze stali nierdzewnej
Ostrze – 1 sztuka	
1.	kształt ostrza Swann Morton
2.	rozmiar: nr 11
Pojemnik na igły - 1 sztuka	
1.	Licznik igieł, 20, pianka i magnes, czerwony, z podkładką samoprzylepną
Strzykawka – 1 sztuka	
1.	strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer
2.	pojemność strzykawki: 20 [ml]
Cewnik do odsysania - 1 sztuka	
1.	cewnik do odsysania rozmiar: 10 [CH]
2.	długość : 50 [cm]
3.	materiał: PVC (bez dodatku lateksu)
Dren do ssaka - 2 sztuki	
1.	dren do ssaka o rozmiarze: 30CH i długości 300 [cm]
2.	materiał przedłużenia do ssaka: PVC (bez dodatku lateksu)
Łącznik typu Y - 1 sztuka	
1.	łącznik typu Y LARGE o rozmiarze: 0,635 cm x 1,27 cm
2.	materiał łącznika: polipropylen (bez dodatku lateksu)
Miska/Pojemnik - 1 sztuka	
1.	pojemnik plastikowy z rączką o pojemności 1200 ml posiadająca skalę
2.	kolor transparentny
Pojemnik z zakrętką – 2 sztuki	
1.	pojemnik okrągły z zakrętką o pojemności 120 [ml], skalowany
2.	kolor transparentny, zakrętka w kolorze zielonym
Przylepny, wodoodporny opatrunek - 1 sztuka	
1.	rozmiar opatrunku: 9 x 35 [cm]
2.	3M / Tegaderm Plus – wodoodporny
3.	warstwa środkowa – wkładka chłonna
Przylepny opatrunek - 2 sztuki	
1.	rozmiar opatrunku: 9 x 10 [cm]
2.	opatrunek z wkładką chłonną
Serweta owinięcie zestawu – 1 sztuka	
1.	materiał serwety: laminat Spunbond-film (polipropylen), antystatyczny, wiązanie diamentowe o wysokiej gęstości. Nie zawiera lateksu kauczuku naturalnego. Nie zawiera DEHP.
2.	rozmiar serwety: 152 [cm] x 229 [cm]

Opakowanie zestawu	
1.	zestaw zawierający tacę plastikową służącą do stabilizacji i opakowania zestawu
2.	zestaw zaopatrzony w min. 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT) lub numer katalogowy (REF)
3.	zestaw oznaczony widoczną etykietą zawierającą minimum: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, skład zestawu w języku polskim
4.	wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno opakowanie jednostkowe

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 92
Dotyczy Pakietu 12

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zapisów treści SWZ oraz dopuszczenie w Pakiecie 12 zestawu zawierającego wszystkie wymagane w SWZ komponenty z uwzględnieniem określonych przez Zamawiającego ilości sztuk dla poszczególnego komponentu i odpowiadający wymaganiom użytkowym dla określonych warunków zabiegów kardiochirurgicznych tj. STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW BY-PASS Z DODATKOWYMI WYROBAMI MEDYCZNYMI o składzie i cechach opisanymi poniżej:

STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW BY-PASS Z DODATKOWYMI WYROBAMI MEDYCZNYMI	
<i>Serweta główna - 1 sztuka</i>	
1.	rozmiar serwety: 274 x 203 [cm] x 314 [cm]
2.	materiał serwety: materiał bazowy: Tkanina SMS (polipropylen), miejscowo poddana obróbce w celu odpychania alkoholu i rozpraszania ładunków elektrostatycznych. Wzmocnienie: Control Plus SMF (polipropylen). 3M Incise: polietylen z wrażliwym na nacisk klejem akrylowym. Nie zawiera lateksu kauczuku naturalnego. Nie zawiera DEHP.
3.	Całkowita gramatura serwety głównej: 156 g/m ² w tym gramatura materiału podstawowego: 57 g/m ² i gramatura wzmocnienia + kieszeni: 99 g/m ²
4.	serweta w kształcie litery „T” – stanowi zabezpieczenie pacjenta jak również zabezpieczenie przestrzeni anestezjologicznej
5.	serweta zawiera w miejscu pola operacyjnego (klatka piersiowa pacjenta) folię operacyjną otoczoną warstwą chłonną
6.	rozmiar warstwy chłonnej: 101 [cm] x 215 [cm],
7.	rozmiar folii: 30 [cm] x 38 [cm],
8.	materiał folii – folia 3M, wykonana z polietylenu z wrażliwym na nacisk klejem akrylowym.
9.	serweta posiadająca 4 otwory o średnicy 2 [cm] +/- 0,5 [cm] od strony anestezjologicznej do organizacji drenów, przewodów podczas zabiegów w krążeniu pozaustrojowym
10.	serweta główna posiadająca zintegrowane, odcepiane na rzepy, podłużne klapy służące do organizacji przewodów perfuzyjnych krążenia pozaustrojowego (wolne mankiety) umieszczone po obu stronach pola operacyjnego

11.	serweta w dolnej części (nogi pacjenta) zawiera folie chirurgiczną pozwalającą na swobodne pobranie naczyń żylnych z obu kończyn dolnych o rozmiarze (szerokość x długość) 55 [cm] x 96 [cm]
12.	serweta główna posiadająca zintegrowane, odcepiane na rzepy, podłużne klapy jak dla ww pkt. 12 służące także do organizacji narzędzi chirurgicznych umieszczone z dwóch obu stronach pola operacyjnego (z lewej i prawej strony) wykonane z wzmocnionej włókniny Control Plus SMF (polipropylen) o wymiarach 21 cm +/- 2 [cm] x 156 cm +/- 5 [cm] (głębokość x szerokość)
13.	gramatura materiału warstwy chłonnej - 99 [g/m ²]
14.	Serweta główna do zabiegów kardiochirurgicznych spełniająca wszystkie parametry normy PN-EN 13795 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznej i mniej krytycznej - wymagane w Tabeli 2 normy PN-EN 13795 (parametry podlegające ocenie i wymagania dotyczące wydajności dla obciążeń chirurgicznych)
<i>Serweta z taśmą przyklepną - 5 sztuk</i>	
1.	materiał serwety: materiał chłonny dwuwarstwowy laminat (Spunbond/folia PE) z taśmą medyczną. Nie zawiera lateksu kauczuku naturalnego. Nie formułowany z DEHP
2.	rozmiar serwety: 90 [cm] x 90 [cm]
3.	gramatura laminatu 45 [g/m ²]
4.	serweta z taśmą przyklepną wzdłuż dłuższego boku na długości 89 [cm]
5.	wytrzymałość serwety, odporność na przenikanie cieczy zgodne z normą EN 13795 dla Wymagań Standardowych, szerokość warstwy lepnej - 2,5[cm] x 89 [cm], lepność: akryl na nośniku z folii polietylenowej 76 µm
<i>Serweta - 2 sztuki</i>	
1.	materiał serwety: materiał chłonny dwuwarstwowy laminat (Spunbond/folia PE)
2.	rozmiar serwety: 159 [cm] x 193 [cm]
3.	gramatura laminatu 45 [g/m ²]
<i>Serweta chłonna - 4 sztuki</i>	
1.	rozmiar serwety: 40 [cm] x 40 [cm] – tolerancja +/- 1 [cm]
2.	gramatura min. 20 [g/m ²]
3.	serweta z nitką kontrastującą w promieniach RTG
4.	serweta chłonna, nielepna, nie odbijająca światła nawet po namoczeniu
5.	kolor serwety: zielony
<i>Pokrowiec na stół narzędziowy MAYO - 2 sztuki</i>	
1.	pokrowiec na stół narzędziowy Mayo o rozmiarze 80 x 145 [cm]
2.	pokrowiec wzmocniony obszarem chłonnym o rozmiarze 64 x 76 [cm]
3.	materiał bazowy: niebieska folia (polietylen), wzmocnienie: tkanina SMS (polipropylen), impregnowana miejscowo do odpychania alkoholu i rozpraszania ładunków elektrostatycznych. Nie zawiera lateksu kauczuku naturalnego. Nie zawiera DEHP.
<i>Kieszka na narzędzia (jednokomorowa i dwukomorowa) - 3 sztuki</i>	
1.	materiał kieszeni: przezroczysta folia
2.	kieszka na narzędzia przyklepna, jednokomorowa 2 sztuki
3.	kieszka na narzędzia przyklepna, dwukomorowa 1 sztuka
4.	minimalny rozmiar kieszeni: 30 [cm] x 35 [cm]
<i>Taśma - 2 sztuki</i>	
1.	taśma przyklepna, zapewniająca dobre umocowanie serwet i kabli na powierzchni serwety

2.	rozmiar taśmy: 10 x 55 [cm]
<i>Organizator przewodów typu rzep - 2 sztuki</i>	
1.	organizator przewodów typu rzep (jednostronnie przyklejany) o szerokości 2,5 [cm] i długości 30 [cm]
<i>Pokrowiec na stopy – 2 sztuki</i>	
1.	pokrowiec na stopy pacjenta wykonany z włókniny z taśmą mocującą lub gumką
2.	pokrowiec na stopy o długości 36 [cm] i wysokości 28 [cm], zielone
<i>Pokrowiec na taboret – 1 sztuka</i>	
1.	pokrowiec na taboret z gumką
2.	wymiar przed rozciągnięciem 35 [cm] x 38 [cm], wymiar po rozciągnięciu 78 [cm] x 26 [cm] – tolerancja +/- 3 [cm]
<i>Przyrząd do podawania - Set IV Infusion – 2 sztuki</i>	
1.	zestaw do infuzji płynów - Set IV Infusion
2.	długość: 180 [cm]
<i>Serwetka do rąk - 4 sztuki</i>	
1.	specjalny ręcznik przeznaczony do użytku w warunkach sali operacyjnej, materiał bazowy: chłonny (gramatura 67 g/m ²) - poliester (70 denierów) do osuszania, nie zawiera lateksu kauczuku naturalnego. Wolny od DEHP.
2.	rozmiar serwety: 38 [cm] x 56 [cm]
<i>Kompresy gazowe z nitką RTG - 25 sztuk</i>	
1.	gaziki 17sto nitkowe 16 warstwowe z nitką kontrastującą w promieniach RTG
2.	rozmiar gazików: 10 x 10 [cm]
3.	pakowane po 5 sztuk w papierowych torebkach lub w innych organizatorach
<i>Serwety gazowe - 7 sztuk</i>	
1.	serweta gazowa 20sto nitkowa, 6 warstwowa z nitką widoczną w promieniach RTG i trokiem
2.	rozmiar gazików: 40 x 40 [cm]
3.	kolor serwety: biały
<i>Gazik z nitką RTG – 5 sztuk</i>	
1.	gaziki 17sto nitkowe, 8 do 12sto warstwowe z nitką kontrastującą w promieniach RTG
2.	gaziki zapakowane w papierową torebkę lub inny organizator
3.	rozmiar gazików: 5 x 5 [cm] +/- 1 [cm]
<i>Igła - 2 sztuki</i>	
1.	rozmiar igły: 18G x 89 [mm]
2.	igła typu Needle Spinal bez kulki i zakończone: nie tępa
<i>Ostrze – 1 sztuka</i>	
1.	kształt ostrza Swann Morton
2.	rozmiar: nr 24 – wykonane ze stali węglowej
<i>Ostrze – 2 sztuka</i>	
1.	kształt ostrza Swann Morton
2.	rozmiar: nr 11

<i>Ostrze – 1 sztuka</i>	
1.	kształt ostrza Swann Morton
2.	rozmiar: nr 15
<i>Pojemnik na igły – 1 sztuka</i>	
1.	Licznik igieł, 20, pianka i magnes, czerwony, z podkładką samoprzylepną
<i>Strzykawka - 1 sztuka</i>	
1.	strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer
2.	pojemność strzykawki: 20 [ml]
<i>Strzykawka - 1 sztuka</i>	
1.	strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer
2.	pojemność strzykawki: 10 [ml]
<i>Cewnik do odsysania – 1 sztuka</i>	
1.	cewnik do odsysania rozmiar: 10 [CH]
2.	długość : 50 [cm]
3.	materiał: PVC (bez dodatku latexu)
<i>Dren do ssaka – 1 sztuka</i>	
1.	dren do ssaka o rozmiarze: 18 CH o długości 300 [cm]
2.	materiał przedłużenia do ssaka: PVC (bez dodatku latexu)
<i>Łącznik typu Y - 1 sztuka</i>	
1.	łącznik typu Y LARGE o rozmiarze: 0,635 cm x 1,27 cm
2.	materiał łącznika: polipropylen (bez dodatku latexu)
<i>Miska/Pojemnik – 1 sztuka</i>	
1.	pojemnik plastikowy z rączką o pojemności 1200 ml posiadająca skalę
2.	kolor transparentny
<i>Miska – 1 sztuka</i>	
1.	miska plastikowa o pojemności 250 [ml]
2.	kolor transparentny
<i>Pojemnik z zakrętką – 2 sztuki</i>	
1.	pojemnik okrągły z zakrętką o pojemności 120 [ml], skalowany
2.	kolor transparentny, zakrętka w kolorze zielonym
<i>Przylepny, wodoodporny opatrunek - 1 sztuka</i>	
1.	rozmiar opatrunku: 9 x 35 [cm]
2.	3M / Tegaderm Plus – wodoodporny
3.	warstwa środkowa – wkładka chłonna
<i>Przylepny opatrunek - 2 sztuki</i>	
1.	rozmiar opatrunku: 9 x 10 [cm]
2.	opatrunek z wkładką chłonną
<i>Serweta owinięcie zestawu - 1 sztuka</i>	
1.	materiał bazowy: laminat Spunbond/Film (polipropylen/polietylen), powłoka antystatyczna,

2.	rozmiar serwety: 177 [cm] x 279 [cm] +/- 2 [cm]
<i>Opakowanie zestawu</i>	
1.	zestaw zawierający tacę plastikową służącą do stabilizacji i opakowania zestawu
2.	zestaw zaopatrzone w min. 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT) lub numer katalogowy (REF)
3.	zestaw oznaczony widoczną etykietą zawierającą minimum: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, skład zestawu w języku polskim
4.	wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno opakowanie jednostkowe

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 93
Dotyczy pakietu 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zapisów treści SWZ oraz dopuszczenie w Pakiecie 6 fartuchów barierowych odpowiadających wymaganiom użytkowym dla określonych warunków zabiegów chirurgii naczyniowej tj. FARTUCHÓW CHIRURGICZNYCH DO ZABIEGÓW NACZYNIOWYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU o cechach i parametrach jak poniżej:

FARTUCH CHIRURGICZNY DO ZABIEGÓW NACZYNIOWYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU	
Producent: HALYARD	
1.	fartuch chirurgiczny, barierowy, jałowy. Tylne części zachodzące na siebie. Troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora
2.	fartuch pakowany razem ze ściereczkami do osuszania rąk, (2 sztuki), dodatkowo fartuch owinięty jest w włókninę
3.	pakowany w opakowanie zew. folia-papier, wew. opakowanie z włókniny zapewniające zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zew. lub w przypadku utraty szczelności lub rozdarcia zew. opakowania
4.	fartuch zapinany pod szyją na rzep
5.	L (długość: 114 cm/125 cm, dł. rękawa: 55 cm, szerokość: 72)
	L x-long (1.: długość: 135 cm/145 cm, 2.: dł. rękawa: 55 cm, 3.: szerokość: 72)
	XL (1.: długość: 123 cm/131 cm, 2.: dł. rękawa: 63 cm, 3.: szerokość: 86)
	XL x-long (1.: długość: 142 cm/150 cm, 2.: dł. rękawa: 63 cm, 3.: szerokość: 86)
	długość wzmocnienia przedniej części fartucha (38 cm x 64 cm) oraz rękaw (dł. 38 cm)
	Uwaga: z tolerancją rozmiarów (+/- 3 cm):
6.	1.: długość fartucha: przód (szyja do dołu) / plecy (szyja do dołu)
	2.: długość rękawa (od pachy do mankietu)
	3.: szerokość ciała (klatka piersiowa)
6.	kolor włókniny SMS (niebieski), dodatkowa identyfikacja poziomego ochrony w formie zielonej obwódki przy szyi

7.	materiał bazowy fartucha wykonany z włókniny barierowej SMS (polipropylen) bez zawartości lateksu, wolny od DEHP
8.	wzmocniony w miejscach krytycznych (strefa krytyczna według normy EN-PN 13795) dodatkową warstwą barierową SMS (polipropylen) dla zapewnienia komfortu termo-fizjologicznego personelu
9.	gramatura materiału bazowego: 47 g/m ²
10.	gramatura wzmocnień: 34 g/m ²
11.	materiał mankietów – miękki, biały poliester
12.	odporność na przenikanie cieczy dla powierzchni krytycznej fartucha: 69,9 cm [cmH ₂ O]
13.	wytrzymałość na wypychanie na mokro dla powierzchni krytycznej fartucha: 321kPa
14.	opakowanie jednostkowe fartucha zawierające informację o dacie ważności i numerze serii w formie 1 naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej
15.	fartuch chirurgiczny spełniający wymagania wysokie określone w Tabelicy 1 w normie PN-EN 13795 dla odporności na przenikanie drobnoustrojów na sucho, czystości – cząsteczki stałe, pylenia, czystości mikrobiologicznej, wytrzymałości na wypychanie na sucho i na mokro, wytrzymałości na rozciąganie – na sucho i na mokro oraz wymagania standardowe dla odporności na przenikanie cieczy - ciśnienie hydrostatyczne i odporności na przenikanie drobnoustrojów na mokro - IB

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 94
Dotyczy pakietu 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zapisów treści SWZ oraz dopuszczenie w **Pakiecie 7** fartuchów barierowych odpowiadających wymaganiom użytkowym dla określonych warunków zabiegów kardiochirurgii tj. **FARTUCHÓW CHIRURGICZNYCH FARTUCH DO ZABIEGÓW KARDIOCHIRURGICZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU** o cechach i parametrach jak poniżej:

FARTUCH CHIRURGICZNY DO ZABIEGÓW KARDIOCHIRURGICZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU	
Producent: HALYARD	
1.	fartuch chirurgiczny, barierowy, jałowy. Tylne części zachodzące na siebie. Troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora
2.	fartuch pakowany razem ze ściereczkami do osuszania rąk, (2 sztuki), dodatkowo fartuch owinięty jest w włókninę
3.	pakowany w opakowanie zew. folia-papier, wew. opakowanie z włókniny zapewniające zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zew. lub w przypadku utraty szczelności lub rozdarcia zew. opakowania

4.	fartuch zapinany pod szyją na rzep
5.	L (długość: 114 cm/125 cm, dł. rękawa: 55 cm, szerokość: 72)
	L x-long (1.: długość: 135 cm/145 cm, 2.: dł. rękawa: 55 cm, 3.: szerokość: 72)
	XL (1.: długość: 123 cm/131 cm, 2.: dł. rękawa: 63 cm, 3.: szerokość: 86)
	XL x-long (1.: długość: 142 cm/150 cm, 2.: dł. rękawa: 63 cm, 3.: szerokość: 86)
	długość wzmocnienia przedniej części fartucha (38 cm x 64 cm) oraz rękaw (dł. 38 cm)
	Uwaga: z tolerancją rozmiarów (+/- 3 cm):
	1.: długość fartucha: przód (szyja do dołu) / plecy (szyja do dołu)
	2.: długość rękawa (od pachy do mankietu)
3.: szerokość ciała (klatka piersiowa)	
6.	kolor włókniny SMS (niebieski), dodatkowa identyfikacja poziomu ochrony w formie zielonej obwódki przy szyi
7.	materiał bazowy fartucha wykonany z włókniny barierowej SMS (polipropylen) bez zawartości lateksu, wolny od DEHP
8.	wzmocniony w miejscach krytycznych (strefa krytyczna według normy EN-PN 13795) dodatkową warstwą barierową SMS (polipropylen) dla zapewnienia komfortu termo-fizjologicznego personelu
9.	gramatura materiału bazowego: 47 g/m ²
10.	gramatura wzmocnień: 34 g/m ²
11.	materiał mankietów – miękki, biały poliester
12.	odporność na przenikanie cieczy dla powierzchni krytycznej fartucha (przód): 69,9 cm [cmH ₂ O]
	odporność na przenikanie cieczy dla powierzchni krytycznej fartucha (rękaw): 69,9 cm [cmH ₂ O]
13.	wytrzymałość na wypychanie na mokro dla powierzchni krytycznej fartucha: 321kPa
14.	opakowanie jednostkowe fartucha zawierające informację o dacie ważności i numerze serii w formie 1 naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej
15.	fartuch chirurgiczny spełniający wymagania wysokie określone w Tablicy 1 w normie PN-EN 13795 dla odporności na przenikanie drobnoustrojów na sucho, czystości – cząsteczki stałe, pylenia, czystości mikrobiologicznej, wytrzymałości na wypychanie na sucho i na mokro, wytrzymałości na rozciąganie – na sucho i na mokro oraz wymagania standardowe dla odporności na przenikanie cieczy - ciśnienie hydrostatyczne i odporności na przenikanie drobnoustrojów na mokro - IB

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ