



Poznań, dnia 21.09.2022r.

dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę urządzeń medycznych (ID 656593)

Zamawiający cofa oświadczenie woli o wyborze oferty firmy Paramedica w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający dokonał ponownej oceny złożonych ofert czego rezultatem jest to, że do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrał wykonawcę firmę DUTCHMED.

Oferta firmy Paramedica zostaje odrzucona z postępowania albowiem:

- Oferta firmy Paramedica nie spełnia warunków systemu regulacji temperatury i zaferowała zakres na który zamawiający nie wyraża zgody. Zaproponowany zakres to zakres od 28°C do 39°C.
- Zamawiający nie wyraża ponadto zgody na dostawę pulsoksymetru zintegrowanego z ramą inkubatora a takie rozwiązanie Paramedica oferuje.
- Zamawiający w toku postępowania oczekiwał oświadczenia w kwestii spełniania normy EN 13976-2:2018 od producenta inkubatora transportowego. Dostarczony przez oferenta dokument nie spełnia tego warunku

Kierownik  
Działu Aparatury Medycznej  
mgr inż. Rafał Zgondek

Z-ca Dyrektora  
ds. Eksploatacji i Technicznych  
mgr inż. Michał Będźmierowski

