

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 05.09.2023 r.

Wysokie Mazowieckie, 05.09.2023 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania: **Zakup materiału szewnego, siatek do przepuklin i nietrzymania moczu.**
Oznaczenie sprawy: **17/2023**

Zapytanie nr 1 - dot. pakietu 25:

Prosimy o dopuszczenie jednorazowych taśm wiodącego producenta marki **Boston Scientific** o następujących parametrach:

System z taśmą podcewkową do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Taśma zakładana przez otwory zasłonię, o porowatości 1180-1200 μm , grubości w zakresie 0,60 – 0,66 mm i szerokości 1,1 cm. Taśma wykonana w 100% z polipropylenu, monofilamentowa, koloru innego niż biały dla lepszej wizualizacji, posiadająca wygładzone krawędzie w części podcewkowej. Na pozostałej części taśmy brzegi niewygładzone dla lepszego kotwiczenia w tkance. Wypustka środkowa zapewniająca równy rozkład siatki po obu stronach cewki moczowej i pomagająca w jej prawidłowym naprężeniu. Końce taśmy w osłonie plastikowej ze zwięzonymi ramionami wprowadzającymi, umożliwiającymi płynne przeprowadzenie taśmy przez struktury anatomiczne. Brak osłony plastikowej w części podcewkowej. System aplikacji w postaci dwóch igieł (lewa, prawa), charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu oraz dwupłaszczyznowym wygięciem igieł lub zakrzywionym do wyboru przez zamawiającego. System całkowicie jednorazowy.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 2 - Pakiet 17

Czy Zamawiający dopuści w pak. 17 siatki chirurgiczne :

- gramatura siatki 50g/m²
- grubość siatki 0,41 mm
- wielkość porów 1x1,25 mm
- grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm?

Rozmiary 6x11cm , 7,5x15cm, 10x15cm, 15x15cm, 20x30cm, 22x35cm, 30x30cm?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 3 -Pakiet 18

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 18 siatek przepuklinowych częściowo wchłaniających zbudowanych w 50 % z włókien polipropylenowych (część niewchłaniająca) oraz w 50% z kopolimeru kwasu poliglikolowego i polikaprolaktonu PGA-PCL (część wchłaniająca), o czasie wchłaniania 90-120 dni , wielkości porów 2,5 mm i grubości włókna 0,5 mm , gramatura 28g/m² , rozmiary zgodnie z OPZ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 4 -Pakiet 27

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 27 kompresów neurochirurgicznych wykonanych ze sztucznego jedwabiu w rozmiarach :

25mmx25mm , 10mm x75mm, 12mmx25mm?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 5

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 2:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,07 % wartości brutto dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto dostawy**

b) w wysokości 0,07% wartości brutto dostawy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek zgodnie z terminami określonymi w niniejszej umowie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto dostawy**

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy –w wysokości **10%** wartości brutto **niezrealizowanej części** umowy,

d) z tytułu braku zapłaty lub nie terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust.2, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia brutto.**

Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy projektowane postanowienia umowy oraz zapisy SWZ.

Zapytanie nr 6

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy projektowane postanowienia umowy oraz zapisy SWZ.

Zapytanie nr 7 - Pakiet 17

Czy Zamawiający dopuści siatki o podanych parametrach i grubości 0,65mm?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 8 -Pakiet 17

Czy Zamawiający wymaga siatek przepuklinowych o powierzchni porów min. 3,3 mm²?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 9 - Pakiet 17

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podwójnej sterylizacji siatek?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ, siatka sterylizowana pojedynczo w podwójnym opakowaniu.

Zapytanie nr 10 - Pakiet 25

Czy Zamawiający dopuści taśmę o gramaturze 65 g ? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez Zamawiającego gramaturą wyrobu tj. do 62 g, a gramaturą oferowanego produktu tj. 65 g w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność użytkowania wyrobu.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 11 - Pakiet 25

Czy Zamawiający dopuści taśmę o grubości ok. 0,54 mm? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez Zamawiającego grubością wyrobu tj. do 0,40 mm a grubością oferowanego produktu tj. 0,54 mm w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność użytkowania wyrobu.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 12 - Pakiet 25

Czy Zamawiający wymaga minimalnej długości taśmy (nie licząc uchwytów) 45 cm ?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga.

Zapytanie nr 13 - Pakiet 25

Czy Zamawiający wymaga minimalnej długości taśmy (nie licząc uchwytów) 60 cm ?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga.

Zapytanie nr 14 Pytania dotyczące treści umowy:

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaofertowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy projektowane postanowienia umowy oraz zapisy SWZ.

Zapytanie nr 15 Pytania dotyczące treści umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy projektowane postanowienia umowy oraz zapisy SWZ.

Zapytanie nr 16 Pytania dotyczące treści umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. a) wzoru umowy słowa „0,07% wartości brutto zamówienia” zostały zastąpione słowami „0,07% wartości brutto zamówienia niezrealizowanego w terminie”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całej dostawy. W przeciwnym razie, w przypadku zwłoki w realizacji części dostawy, kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara mogłaby być uznana za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy projektowane postanowienia umowy oraz zapisy SWZ.

Zapytanie nr 17 Pytania dotyczące treści umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. d) wzoru umowy słowa „20% wynagrodzenia umownego” zostały zastąpione słowami „20% niezrealizowanej wartości umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana proporcjonalnie do wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać tę wartość. Taka kara mogłaby być uznana za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy projektowane postanowienia umowy oraz zapisy SWZ.

Zapytanie nr 18 Pytania dotyczące treści umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy projektowane postanowienia umowy oraz zapisy SWZ.

Zapytanie nr 19 Pakiet nr 3 – Czy Zamawiający dopuści zaofertowanie szwów poliamidowych?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 20 Pakiet nr 3 , pozycja 1-4 – Czy Zamawiający dopuści zaofertowanie szwów z igłą odwrótnie tnącą?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 21 Pakiet nr 3 , pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zaofertowanie szwów z nitką o grubości „1”?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 22 Pakiet nr 3 , pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaofertowanie szwów z nitką o grubości „1”?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 23 Pakiet nr 3 , pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaofertowanie szwów z igłą o

długości 40mm?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 24 Pakiet nr 6 – Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne wchłanialne, syntetyczne, sterylne, wykonane z kwasu poliglikolowego, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 42 dni, podtrzymywanie tkankowe ok. 50% po 7 dniach, 0% po 10-14 dniach?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 25 Pakiet nr 6 , pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o długości 24mm?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 26 Pakiet nr 16– Czy Zamawiający dopuści воск kostny złożony w 80% z mieszaniny wosków pszczelich oraz palmitynianu izopropylowego – 20 %?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 27 Pakiet nr 22, pozycja 1-5– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą odwrotnie tnącą?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 28 Pakiet nr 22, pozycja 5– Czy Zamawiający dopuści nić o długości 75cm?

Wyjaśnienie: TAK

Zapytanie nr 29 Pakiet nr 22, pozycja 5– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z nitką o grubości „0”?

Wyjaśnienie: TAK

Zapytanie nr 30 Pakiet nr 22, pozycja 5– Czy Zamawiający dopuści szwy w kolorze czarnym?

Wyjaśnienie: TAK

Zapytanie nr 31

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 25: taśmę do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet, jednorazową, monofilamentową, polipropylenową, w plastikowej osłonce, niewchłanialną, o długości 45 cm, szerokości 11 mm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m², wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatycznych brzegach ciętych laserowo zakończonych bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), implantacja przez otwory zasłonięte narzędziem wielorazowego użytku?

Uzasadnienie.

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 32

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 zamiast igieł tnących dopuści igły odwrotnie tnące ?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 33

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 w poz.8 dopuści nić o dł. 75cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 34

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 w poz.20 dopuści nić o dł. 90cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 35

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 w poz.2 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną ? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 36

Czy Zamawiający w pakiecie nr 24 w poz.2 dopuści igłę o dł. 36mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 37 Dot. pakietu 8

Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 8 szew antybakteryjny o okresie podtrzymywana ok. 40 - 50% początkowej siły podtrzymywania po 21 dniach?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 38 Dot. pakietu 8

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 3 długość nitki 70 cm? Pozostałe parametry pozycji zgodne z SWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 39 Dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z poli(glikolidu-co-L-Laktydu (90/10), powlekane w równych częściach mieszanką poli(glikolidu-co-L-Laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia, wchłaniające się w okresie 60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25%?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 40 Dotyczy Pakietu 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 6 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 41 Dotyczy Pakietu 1, poz. 23-24

Czy Zamawiający umożliwi złożenie oferty przetargowej na Pakiet 1 z pominięciem ww. pozycji?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 42 Dotyczy Pakietu 2, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści podwiązkę o długości 12x75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 43 Dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, niewchłaniaalny, monofilamentowy, poliamidowy?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 44 Dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający wszędzie tam, gdzie wymaga igły tnącej, dopuści również igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza igłę.

Zapytanie nr 45 Dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający wszędzie tam, gdzie wymaga igły tnącej, dopuści również igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza igłę.

Zapytanie nr 46 Dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści wszędzie tam, gdzie wymaga długości nici 70 cm, również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza długość 75 cm, pozostałe zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 47 Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 3, 4

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 48 Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez określenia „black”?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 49 Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 27

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 100 cm?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 50 Dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 51 Dotyczy Pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z poli(glikolidu-co-L-Laktydu (90/10), powlekane w równych częściach mieszanką poli(glikolidu-co-L-Laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia, wchłaniające się w okresie 60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe około 35 dni, (po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25%)?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 52 Dotyczy Pakietu nr 9, poz. 2-8

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca”?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 53 Dotyczy Pakietu nr 9, poz. 4-6

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 37 mm?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 54 Dotyczy Pakietu nr 9, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 30 mm?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 55 Dotyczy Pakietu nr 9, poz. 9, 10

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 56 Dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści nić bez udokumentowanego „kontrolowanego rozciągania i plastycznego odkształcania węzła”, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 57 Dotyczy Pakietu nr 10, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 58 Dotyczy Pakietu nr 10, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, bez określenia „dwuwklęśła”, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 59 Dotyczy Pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści monofilament syntetyczny, wchłaniający, o okresie podtrzymywania tkanki po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i czasie wchłaniania 180-210 dni?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 60 Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 1, 3

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 61 Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą bez wzmocnienia z nitką o długości 200 cm?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 62 Dotyczy Pakietu nr 17

Czy Zamawiający dopuści siatki przepuklinowe w rozmiarze 8x15 cm zamiast 8x13, 10x15 cm zamiast 10x16, 30x30 cm zamiast 26x36?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 63 Dotyczy Pakietu nr 17

Czy Zamawiający dopuści siatkę niewchłaniającą polipropylenową, monofilamentową, o gramaturze 85 g/m², grubości 0,55mm, wielkości porów 1,0mm-1,2mm, grubości nici 0,15 mm?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 64 Dotyczy Pakietu nr 18

Czy Zamawiający dopuści siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego powlekaną wchłaniającym związkiem kwasu poliglikolowego i Poly (glikolid-co-kaprolakton, 75/25) (PGA-PCL) o czasie absorpcji 90-110 dni, grubości siatki 0,50 ± 0,05 mm, wielkość oczek 1,5-3,5 mm, gramaturze po wchłonięciu (zawartość PP) 25- 30 g/m²?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 65 Dotyczy Pakietu nr 22

Czy Zamawiający wszędzie tam, gdzie wymaga igły tnącej, dopuści również igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 66 Dotyczy Pakietu nr 24

Czy Zamawiający dopuści nitkę powlekaną mieszaniną kwasu glikolowego i mlekowego oraz stearynianem wapnia, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

**Kierownik Zamawiającego
Bożena Grotowicz**