

Tarnów, 2022.06.24

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę cyfrowego aparatu RTG dla Szpitala Wojewódzkiego im. Sw. Łukasza SOP ZOZ w Tarnowie wraz z wykonaniem prac remontowych w pomieszczeniu przeznaczonym na jego instalację sprawy: 22/2022

### ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 22/2022

W oparciu o art. 90 ust. 1 Ustawy Pzp w związku z opublikowaniem się Sprostowania Ogłoszenia Zmian do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu na podstawie art. 137 ust.4 ustawy z dnia 11.09.2019 Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ) działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji warunków zamówienia następujące zmiany:

#### Rozdział 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 02 października 2022 r”

#### Rozdział 11 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Termin składania ofert Zamawiający wyznacza do dnia 05 lipca 2022 r do godziny 09:00.  
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 lipca 2022 r o godz. 9:30.”

Ponadto Zamawiający wprowadza:

I.

**Zamawiający zmienia zał nr 1A – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH I OCENIANYCH poprzez zmianę treści na następująca:**

#### III- Lampa RTA

3	Nominalna moc małego ogniska	$\geq 32$ [kW]	(*)	= 32 kW wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ
---	------------------------------	----------------	-----	---

#### III- Lampa RTA

5	Pojemność cieplna anody	$\geq 350$ [KHU]		= 350 KHU wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ
---	-------------------------	------------------	--	---

#### V- Statyw do zdjęć odległościowych

3	Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi	$\geq 178,5$ [cm]		Bez punktacji
---	--	-------------------	--	---------------

#### V- Statyw do zdjęć odległościowych

8	Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora	=< 4,2 [cm]		Bez punktacji
---	---	-------------	--	---------------

#### VI DETEKTOR W STATYWIE

7	Rozdzielczość detektora [pl/mm]	>= 3,57 [pl/mm]	(*)	= 3,57 pl/mm wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ
---	---------------------------------	--------------------	-----	--

#### VII STÓŁ RTG

6	Max. obciążenie stołu -dynamiczne z zachowaniem wszystkich ruchów stołu i blatu	≥ 270 [kg]	(*)	= 270 [kg] wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ
---	---	------------	-----	--

#### VII- Stół RTG

7	Odległość płyta stołu – detektor	=< 8 [cm]		Bez punktacji
---	----------------------------------	-----------	--	---------------

#### VII- Stół RTG

10	Pochłanianie blatu – ekwiwalent Al. dla 100 kV	=< 1,2 [mm Al.]	(*)	= 1,2 [mmAl] Wartość graniczna – 0 pkt. najmniejsza wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 1 SWZ
----	---	--------------------	-----	---

#### XI STACJA AKWIZYCYJNA TECHNIKA

1	Monitor LCD o przekątnej	>= 21,3", podać	(*)	= 21,3" wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ
---	--------------------------	--------------------	-----	---

#### XIV - Wymagania dodatkowe: dodanie pkt. 6

6	Dostarczenie aktywnych elementów sieci komputerowej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania aparatu.	TAK		Bez punktacji
---	--	-----	--	---------------

II.

**Zamawiający zmienia brzmienie zapisu w załączniku nr 1A pkt. XIII Gwarancja pkt. 2 na następujący:**

2	Czas przystąpienia do naprawy, licząc od zgłoszenia awarii do 48 godzin w dni robocze	TAK, podać		Bez punktacji
---	---	------------	--	---------------

III.

**Zamawiający zmienia brzmienie zapisu w załączniku nr 1B-Warunki gwarancji i Serwisu pkt. Gwarancja pkt. 2 na następujący:**


2	Czas reakcji/ rozpoczęcia naprawy w dniach roboczych: serwisu nie dłużej jak do 48 godz od otrzymania informacji o awarii, naprawa wykonana do 4 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia	TAK		Wymagane
---	---	-----	--	----------

**Ponadto Zamawiający wykreśla z zał nr 1B-Warunki gwarancji i Serwisu pkt. 12**


Zmodyfikowane załączniki zostanie umieszczona na Platformie – pod linkiem postępowania pod nazwą:


- załącznik nr 1A, 1B – modyfikacja
- zał nr 3 - Projekt Umowy – modyfikacja
- załącznik nr 1C- modyfikacja

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanymi załącznikami.

  
**KRISTYNA KRÓL**  
 DZIAŁ LOGISTYKI  
 Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnobrzegu

*Krystyna Król*

  
 KIEROWNIK  
 DZIAŁU LOGISTYKI  
 Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ  
 Tarnobrzeg  
 mgr Anna Hajnysz

  
 Z-CADENIA  
 P.S. LOGISTYKA  
 Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza  
 SP ZOZ w Tarnobrzegu  
 lek. med. Piotr Skrobisz

