

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 144 000,00 €uro**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.*) zwanej dalej „ustawą Pzp”, oraz aktów wykonawczych do ustawy.

**Nazwa nadana zamówieniu:**

**DOSTAWA APARATURY I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH**

**Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP-19-083BN**

**Nazwa i adres zamawiającego :**

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
40-027 KATOWICE ul. Francuska 20/24  
tel. 32/259-16-68 fax. 32/259-16-71  
e-mail: [duo@spskm.katowice.pl](mailto:duo@spskm.katowice.pl)  
Internet: <https://platformazakupowa.pl/pn/spskm.katowice>

**Tryb postępowania:** przetarg nieograniczony

Kody klasyfikacji CPV: 33.19.10.00-5 – Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne;  
33.16.70.00-8 – Lampy chirurgiczne

Treść SIWZ z załącznikami zatwierdzam:

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM  
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
mgr Ewa Motek*

02.08.2019 r. ....  
*data, podpis i pieczęć*

**I) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

- 1) Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury i urządzeń medycznych obejmująca: dostawę, instalację (jeśli dotyczy), konfigurację (jeśli dotyczy), uruchomienie (jeśli dotyczy) oraz szkolenie.
- 2) Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie (2) części – Pakiety, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części – Pakietów tj:
  - a. Pakiet nr 1 – Myjnia dezynfektor przelotowa narzędziowa w wraz z wózkami (1 szt.);
  - b. Pakiet nr 2 – Lampa bezcieniowa jezdna (1 szt.);Szczegółowe parametry w zakresie przedmiotu zamówienia (ilości, parametry) określone są w Załącznikach nr 4 ÷ 5 do SIWZ.
- 3) Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części (pakietów), co oznacza możliwość składania ofert częściowych na dowolną ilość części (pakietów). Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowy/ inny podział przedmiotu zamówienia.
- 4) Każdemu z wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na dowolną ilość wybranych przez siebie części (pakietów).
- 5) Brak jakiegokolwiek pozycji (parametru wymaganego) w oferowanym załączniku lub oferowanie asortymentu, który nie spełnia wymaganych parametrów określonych w SIWZ będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
- 1) Przedmiot zamówienia musi być zarejestrowany i dopuszczony do używania w służbie zdrowia na terenie kraju, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz.U. z 2019r. poz. 175 z późn. zm.).
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do nieodpłatnego zaprezentowania oferowanego przedmiotu zamówienia lub jego elementu w celu sprawdzenia zgodności oferowanych parametrów z wymaganiami Zamawiającego dot. pakietów nr 1-2.

**II) USTALENIA OGÓLNE**

- 1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
- 2) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
- 3) **Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp** zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyższej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia.
- 4) **Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:**
  - 4.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24;
  - 4.2 W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez adres mailowy: [iod@spskm.katowice.pl](mailto:iod@spskm.katowice.pl) oraz pod adresem korespondencyjnym: Inspektor Danych Osobowych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24
  - 4.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa aparatury i urządzeń medycznych ZP-19-083BN” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
  - 4.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
  - 4.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  - 4.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
  - 4.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  - 4.8 posiada Pani/Pan:

## ZP-19-083BN Dostawa aparatury i urządzeń medycznych

- 4.8.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- 4.8.2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych<sup>1</sup>;
- 4.8.3 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO<sup>2</sup>;
- 4.8.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 4.9 nie przysługuje Pani/Panu:
  - 4.9.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - 4.9.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - 4.9.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

### III) USTALENIA ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA.

- 1) Podstawą realizacji zamówienia będzie podpisana umowa.
- 2) Wykonawca po dostawie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego zobowiązany będzie do zainstalowania (jeśli dotyczy) urządzeń w miejscu docelowym i przeszkolenia wytypowanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi. Zamawiający wymaga dodatkowo przeszkolenia jednej osoby z obsługi technicznej w zakresie użytkowania urządzeń i wydania stosownego zaświadczenia.
- 3) Wybrany w wyniku niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (wraz z wniesieniem towaru) na swój koszt przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, podłączyć (jeśli dotyczy) i przeszkolić pracowników Zamawiającego.
- 4) Zamawiający zastrzega, że dostawa może się odbyć w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 8.00 do godz. 13.00 w dni robocze.
- 5) Wymaga się aby Wykonawca poinformował Zamawiającego o terminie dostawy **minimum 2 dni przed dostawą**. Osobą, z którą wykonawca zobowiązany jest uzgodnić datę dostawy jest Kierownik Działu Zaopatrzenia – tel. 32/ 259-16-67.
- 6) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko do siedziby Zamawiającego.
- 7) Wszelkie koszty związane z dostawą ponosi wykonawca.
- 8) Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia faktury, która może być wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

### IV) TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie:

**Pakietu nr 1 – max. do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy;**

**Pakietu nr 2 – max. do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy;**

### V) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA.

- 1) **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:**
  1. nie podlegają wykluczeniu;
  2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
- 2) **Podstawy wykluczenia z postępowania.**
  1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania z uwagi na okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy wykluczenia).
  2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16– 20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla

<sup>1</sup> **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

<sup>2</sup> **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu (instytucja samooczyszczenia).

**3) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.**

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa **w pkt 2)** powinno zostać wykazane przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Zamawiający na podstawie dokumentów i oświadczeń wymaganych w przedmiotowym postępowaniu oceni, czy brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa **w pkt 2)**. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych wymagań zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.

**VI) WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU**

**1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zamawiający żąda od Wykonawcy:**

**1.1 oświadczenia wykonawcy** w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – należy dołączyć do oferty **-Załącznik 3 do SIWZ.**

**1.2 Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.**

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w **terminie 3 dni** od zamieszczenia na platformie informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie i ceny, przekazuje zamawiającemu **oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.**

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi **załącznik nr 2 do SIWZ.**

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

**2) W celu dokonania oceny parametrów technicznych w kryterium JAKOŚĆ i przyznania punktów, Zamawiający żąda dołączenia do oferty:**

**2.1 oryginalnej karty katalogowej lub innych dokumentów technicznych producenta wraz z tłumaczeniem na język polski.** Treść dołączonego do oferty dokumentu powinien potwierdzać wszystkie dodatkowo oceniane parametry określone w SIWZ. Brak dokumentów w ofercie lub brak potwierdzenia w dostarczonych dokumentach dodatkowo ocenianego parametru będzie skutkowało nie przyznaniem dodatkowych punktów – (0 pkt). **Dopiski, uzupełnienia odręczne w dokumentach nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy przyznawaniu punktów.**

**3) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego na wezwanie należy złożyć:**

**3.1 oryginalne karty katalogowe lub inne dokumenty techniczne producenta wraz z tłumaczeniem na język polski.** Treść dokumentu powinna potwierdzać wszystkie

minimalne parametry określone w formularzu opis przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy w/w dokumentach brak potwierdzenia wszystkich minimalnych parametrów, Zamawiający dopuszcza złożenie w celu potwierdzenia minimalnych parametrów: oświadczenia producenta, zdjęcia oferowanego przedmiotu zamówienia, prezentację filmową lub fotograficzną oferowanego przedmiotu zamówienia, wydruku ze stron internetowych producenta. **Dopiski, uzupełnienia odręczne w dokumentach nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy ocenie ofert. Zaleca się, aby Wykonawca w w/w dokumentach zaznaczyć nr minimalnego parametru - dotyczy wszystkich pakietów;**

**3.2** zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 175 z późn. zm.) o wyrobach medycznych aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu na terenie RP oferowanych narzędzi tj: **zgłoszenie lub powiadomienie lub wpis do rejestru wyrobów medycznych – dotyczy wszystkich pakietów;**

**3.3** deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z normą EN 13076, EN13077 - **dotyczy pakietu nr 1.**

**4) Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które należy złożyć wraz z ofertą:**

**4.1 Pełnomocnictwo** - wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**5) Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.**

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w **Rozdziale VI pkt 1) ppkt 1.1 oraz pkt 1 ppkt 1.2** składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2019 poz. 700 z późn. zm.). W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
3. Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
4. Dokumenty inne niż oświadczenie, o którym mowa w pkt 1), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem ppkt 5.
5. Pełnomocnictwo składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
8. **Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.**
9. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5) ppkt 2, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
10. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 1), lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień

## ZP-19-083BN Dostawa aparatury i urządzeń medycznych

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W zakresie formy uzupełnianych dokumentów, postanowienia dotyczące formy dokumentów stosuje się odpowiednio.

11. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

### **VII) OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

- 1) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
- 2) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
- 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 4) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- 5) Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
- 6) Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
- 7) Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
- 8) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
- 9) Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
- 10) Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
- 11) Zaleca się, aby wykonawca zbroszował ofertę oraz ponumerował jej strony.
- 12) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
- 13) Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na  
**„DOSTAWA APARATURY I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH”**  
Oznaczenie sprawy: ZP-19-083BN  
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert

- 14) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
- 15) W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, które musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na  
**„DOSTAWA APARATURY I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH”**  
Oznaczenie sprawy: ZP-19-083BN  
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

- 16) Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

## ZP-19-083BN Dostawa aparatury i urządzeń medycznych

- 17) W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, które musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na  
**„DOSTAWA APARATURY I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH”**  
Oznaczenie sprawy: ZP-19-083BN  
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

- 18) Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.  
19) Nie ujawnia się **informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.

### VIII) INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

- 1) W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2188 ), osobiście, za pośrednictwem postańca, faksu – ten rodzaj komunikacji nie dotyczy wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 123 z późn. zm.).  
2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania - ten rodzaj komunikacji nie dotyczy wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.  
3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ za pośrednictwem platformy zakupowej umieszczonej pod adresem:  
<https://platformazakupowa.pl/pn/spskm.katowice>  
**Treść pytań (bez ujawnienia źródła) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu zmiany SIWZ, zamawiający przekazuje wykonawcom za pośrednictwem platformy zakupowej.**  
W TREŚCI PRZESŁANEJ WIADOMOŚCI NALEŻY WSKAZAĆ OZNACZENIE I NAZWĘ POSTĘPOWANIA, KTÓREGO DOTYCZY ORAZ NAZWĘ WYKONAWCY ALBO DOWOLNE OZNACZENIE POZWALAJĄCE NA IDENTYFIKACJĘ WYKONAWCY.

**4) Termin na zadawanie pytań upływa w dniu 12.08.2019 r.**

- 5) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem telefonu.

### IX) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

W postępowaniu wadium nie jest wymagane.

### X) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
3) Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

#### **XI) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

- 1) **Miejsce i termin składania ofert:**
  - a. miejsce składania ofert: SPSKM – Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 2
  - b. termin składania ofert: do dnia 20.08.2019 r. do godz. 11:00
- 2) **Miejsce i termin otwarcia ofert:**
  - a. miejsce otwarcia ofert: SPSKM – Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 2
  - b. termin otwarcia ofert: w dniu 20.08.2019 r. o godz. 11:30
- 3) Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegała rejestracji przez zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia, a wykonawca może otrzymać potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej złożenia. **Oferty należy składać w godzinach pracy zamawiającego, tj. od 07:00 do 14:35.**
- 4) Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
- 5) Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na platformie informacje dotyczące:
  - a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  - b. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  - c. cen zawartych w ofertach, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
- 6) Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz niezwłocznie zwraca ofertę.
- 7) Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w SIWZ lub opisane inaczej niż określił zamawiający w SIWZ.

#### **XII) OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY**

- 1) Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
- 2) Cena brutto realizacji zamówienia musi być wyliczona jako suma wartości: netto plus podatek VAT.
- 3) Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 2174 z późn. zm.).
- 4) Wszystkie kwoty podawane w ofercie tj. ceny jednostkowe jak i wartość oferty winne być wyrażona w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
- 5) Cena całkowita i ceny jednostkowe podane przez wykonawcę będą stałe i nie będą podlegały waloryzacji podczas wykonywania umowy.
- 6) Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
- 7) **Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłyby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego** zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku (**załącznik nr 1 do SIWZ**).

#### **XIII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w treści oferty wskazał długość okresu gwarancji w pełnych miesiącach. Nie dopuszcza się wskazywania okresu gwarancji np. w dniach, bądź częściach miesięcy, np. 24,5. W takim przypadku Zamawiający zaokrągli długość okresu gwarancji w dół, np. 24,5 miesiąca zostanie zaokrąglone do 24 miesięcy. W przypadku nie podania ilości oferowanych miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny ofert termin 24 miesięcy.

Podanie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. – dotyczy pakietu nr 2.



**PAKIET NR 1 – Myjnia dezynfektor przelotowa narzędziowa w wraz z wózkami**

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów za n/w kryteria obliczone wg wzoru:

$$P = P_c + P_d + P_j$$

kryterium	Waga kryterium w %	Sposób obliczania
<b>Cena</b> <b>P<sub>c</sub></b>	60	$P_c = (C_{min} / C_{bo}) \times 100 \times 60\%$ gdzie: C <sub>min</sub> - cena najniższa spośród ocenianych ofert C <sub>bo</sub> - cena badanej oferty 100 - stały współczynnik P <sub>c</sub> - liczba punktów za cenę  Maksymalna liczba punktów w niniejszym kryterium (P <sub>c</sub> ): 60 pkt.
<b>Jakość</b> <b>P<sub>j</sub></b>	40	1. <u>Wydajność pompy myjącej <math>\geq 1000</math> l/min.</u> - 1000 l/min. – 0 pkt. powyżej 1000 l/min.– 10 pkt. 2. <u>Możliwość doinstalowania 5-tej pompy dozującej</u> Posiada – 10 pkt. Nie posiada – 0 pkt. 3. <u>Wydajność tłoczenia powietrza suszącego powyżej 600m<sup>3</sup>/h</u> Posiada – 10 pkt. Nie posiada – 0 pkt. 4. <u>Czujnik zapchania systemu filtrującego powietrza używanego do suszenia</u> Posiada – 10 pkt. Nie posiada – 0 pkt. Maksymalna liczba punktów w niniejszym kryterium (P <sub>j</sub> ): 40 pkt.

**PAKIET NR 2 – Lampa bezcieniowa jezdna**

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów za n/w kryteria obliczone wg wzoru:

$$P = P_c + P_g + P_j$$

kryterium	Waga kryterium w %	Sposób obliczania
<b>Cena</b> <b>P<sub>c</sub></b>	60	$P_c = (C_{min} / C_{bo}) \times 100 \times 60\%$ gdzie: C <sub>min</sub> - cena najniższa spośród ocenianych ofert C <sub>bo</sub> - cena badanej oferty 100 - stały współczynnik P <sub>c</sub> - liczba punktów za cenę  Maksymalna liczba punktów w niniejszym kryterium (P <sub>c</sub> ): 60 pkt.
<b>Okres gwarancji</b> <b>P<sub>g</sub></b>	10	$P_d = (D_{bo} / D_{max}) \times 100 \times 20\%$ gdzie: D <sub>max</sub> - najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert D <sub>bo</sub> - okres gwarancji badanej oferty 100 - stały współczynnik P <sub>d</sub> - liczba punktów za okres gwarancji  Maksymalna liczba punktów w niniejszym kryterium (P <sub>d</sub> ): 10 pkt.
<b>Jakość</b> <b>P<sub>j</sub></b>	30	1. <u>Natężenie oświetlenia w odległości 1 m:</u> 60 000 lux – 0 pkt. powyżej 60 000 lux – 10 pkt. 2. <u>Żywotność źródła światła:</u> 50 000 godz. – 0 pkt. powyżej 50 000 godz. – 10 pkt. 3. <u>Rodzaj źródła światła, ilość diod LED:</u> 18 diod LED – 0 pkt. 19-28 diod – 10 pkt. Maksymalna liczba punktów w niniejszym kryterium (P <sub>j</sub> ): 30 pkt.

**XIV) INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

- 1) Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą – nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty faksem lub mailem – na warunkach będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi projekt umowy – **załącznik nr 6 do SIWZ**. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed terminem, o którym jest mowa wyżej w przypadku gdy w niniejszym postępowaniu zostanie złożona jedna oferta.

## ZP-19-083BN Dostawa aparatury i urządzeń medycznych

- 2) W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców – w przypadku jeżeli taka umowa nie jest dołączona do oferty.
- 3) Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia wynikające z charakteru konsorcjum:
  - a. określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum,
  - b. cel zawarcia umowy,
  - c. czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),
  - d. zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego za wykonanie umowy,
  - e. wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania przedmiotu zamówienia.
- 4) W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 2, będzie to uznane przez Zamawiającego za tożsame z uchylaniem się od zwarcia umowy.
- 5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyższej ocenioną spośród pozostałych ofert.
- 6) Miejsce podpisania umowy to siedziba Zamawiającego. Jeżeli przedstawiciel umocowany do podpisywania umowy nie może podpisać umowy w siedzibie Zamawiającego, to należy zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o przesłanie umowy na adres wykonawcy. **Wysłanie umowy do siedziby Wykonawcy nie wpływa na zmianę terminu jej realizacji.**
- 7) Brak zwrotu podpisanych umów w terminie do 10 dni od dnia ich otrzymania zostanie potraktowane jako uchylanie się od podpisania umowy, co upoważnia Zamawiającego do zastosowania art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

## XV) WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

## XVI) POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

- 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
  - 1.1. określenia warunków udziału w postępowaniu;
  - 1.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  - 1.3. odrzucenia oferty odwołującego;
  - 1.4. opisu przedmiotu zamówienia;
  - 1.5. wyboru najkorzystniejszej oferty.
- 2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
- 4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 5) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy

## ZP-19-083BN Dostawa aparatury i urządzeń medycznych

wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

- 6) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
- 7) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
- 8) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
- 9) Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
- 10) Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
- 11) **W sprawach nie uregulowanych w rozdz. XVI w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp.**

### Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść:

- 1) Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty;
- 2) Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp;;
- 3) Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia potwierdzającego, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu;
- 4) Załącznik nr 4-5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
- 5) Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy.

### WYKONAWCA DO OFERTY ZOBOWIĄZANY JEST DOŁĄCZYĆ WYPEŁNIONY I PODPISANY :

- 1) Załącznik nr 1;
- 2) Załącznik Nr 3;
- 3) Oferowany przedmiot zamówienia – załącznik nr 4-5.

W terminie **3 dni** od umieszczenia na platformie Zamawiającego protokołu z otwarcia ofert Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wypełniony i podpisany Załącznik Nr 2.

Miejscowość ..... dnia .....r.

.....  
Pieczęć firmowa wykonawcy

**OFERTA  
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO  
IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  
W KATOWICACH**

Nazwa wykonawcy .....
Siedziba .....
REGON ..... NIP .....
Tel. .... Fax ..... e-mail .....
Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ..... Tel .....
Osoba upoważniona do podpisania umowy : .....
Osoba/ osoby odpowiedzialna/e za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy z ramienia Wykonawcy .....

*Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej\*\**

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy aparatury i urządzeń medycznych na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

**PAKIET NR 1 – Myjnia dezynfektor przelotowa narzędziowa wraz z wózkami (1 szt.);**

bez podatku VAT.....zł

podatek VAT .....% .....zł

**z podatkiem VAT .....zł**

Słownie: .....zł

**PAKIET NR 2 – Lampa bezcieniowa jezdna (1 szt.);**

bez podatku VAT.....zł

podatek VAT .....% .....zł

**z podatkiem VAT .....zł**

Słownie: .....zł

**Okres gwarancji .....miesiące (min. 24 miesiące)**

- 1) Termin wykonania przedmiotu zamówienia: zgodnie z zapisami przedstawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 2) Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
- 3) Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji

## ZP-19-083BN Dostawa aparatury i urządzeń medycznych

Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- 4) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
- 5) Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od \_\_\_\_ do \_\_\_\_ **informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 6) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, **stanowiącym załącznik nr 6** do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 7) Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia\*: **Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę** ..... **Nazwa i adres podwykonawcy** .....\*\*
- 8) Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem  
 Tak  Nie\*;
- 9) Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w rozdziale XII pkt. 7) SIWZ  Tak powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył .....  Nie\*.
- 10) Ofertę niniejszą składam na \_\_\_\_\_ kolejno ponumerowanych stronach.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ roku

\_\_\_\_\_  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

\* - *niepotrzebne skreślić*

\*\* - *wypełnia wykonawca*

**Zamawiający:**  
SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

**Wykonawca:**

.....

.....  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

**reprezentowany przez:**

.....

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)

### Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

### DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa aparatury i urządzeń medycznych”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są „Dostawa aparatury i urządzeń medycznych”, prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

- a) nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych \*,
- b) należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych\*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_ r.

\_\_\_\_\_  
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

\* - niepotrzebne skreślić.

\* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź, wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 3 do SIWZ

**Zamawiający:**  
SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

**Wykonawca:**

.....

.....  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

**reprezentowany przez:**

.....

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)

**Oświadczenie wykonawcy**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW  
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa aparatury i urządzeń medycznych”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem ..... następujące ..... środki ..... naprawcze:

.....

.....

.....

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)



**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
**Pakiet nr 1 – Myjnia dezynfektor przelotowa narzędziowa w wraz z wózkami (1 szt.);**

MODEL, TYP .....

PRODUCENT .....

ROK PRODUKCJI (nie wcześniej niż 2019r.) .....

OKRES GWARANCJI (min. 36 miesięcy) .....

**I. MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE**

Lp	MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić*
1	Komora przelotowa, dwudrzwiowa. Komora wykonana ze stali kwasoodpornej zgodnie z normą PN EN 1.4404 o grubości min. 1,5 mm.	
2	Drzwi komory przesuwne otwierane automatycznie (otwieranie drzwi w dół), napęd drzwi komory elektryczny.	
3	Drzwi automatycznie blokowane w trakcie trwania procesu. Drzwi z logiką działania – brak możliwości otwierania drzwi wyładunkowych dla programów testowych oraz z błędem. Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowniczej i rozładowniczej.	
4	Ergonomiczna wysokość stolika do za/rozładunku myjni-dezynfektora, utworzonego po otwarciu drzwi - 700-900 mm.	
5	Szerokość myjni maksymalnie 90cm (-konstrukcja urządzenia wymagająca dostępu serwisowego bocznego; -konstrukcja urządzenia nie wymagająca wysuwania urządzenia na czas dokonywania napraw serwisowych.)	
6	Pojemność komory: -18 tac narzędziowych o wym. zgodnie ze standardem DIN 1/1.	
7	Objętość komory myjącej 350l +/- 10%	
8	Przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych i osprzętu anestezyjologicznego i innego.	
9	Komora myjąca ogrzewana elektrycznie o mocy grzewczej komory 22-25kW.	
10	Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe (za wyjątkiem przewodów elastycznych), elementy grzejne, obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej.	

ZP-19-083BN Dostawa aparatury i urządzeń medycznych

11	Wlot wody zimnej, ciepłej i uzdatnionej w górnej części komory. Urządzenie spełnia wymagania w zakresie zabezpieczenia przez wtórną kontaminacją wody wodociągowej (zgodnie z normą EN 13076, EN13077)	
12	Ilość wody dla jednej fazy procesu z pełnym załadunkiem nie przekraczająca 35 litrów.	
13	Wbudowany system automatycznego doboru ilości wody do mycia odpowiednio do wielkości załadunku (automatyczny zredukowany pobór wody dla mniejszych wsadów we wszystkich fazach procesu.)	
14	Czujnik kontroli obecności piany w komorze myjącej zainstalowany w sposób dokonujący pomiaru obecności piany ponad lustrem wody.	
15	Czujnik zapchania systemu filtrującego komory myjni zainstalowany w komorze (na komorze) myjącej.	
16	Monitorowanie i regulacja temperatury wody pobieranej dla poszczególnych faz procesu z alarmem w przypadku przekroczenia wartości bezpiecznej.	
17	System anty-pianowy realizujący funkcje mycia wstępnego brudnych narzędzi, zabezpieczający pracę urządzenia w przypadku pojawienia się piany w komorze myjącej poprzez automatyczne uruchomienie dodatkowych płukań (bez ingerencji użytkownika oraz zatrzymania programu) mających za zadanie skuteczne usunięcie środków pieniających lub pozostałości krwi na narzędziach.	
18	Końcowe płukanie wodą uzdatnioną dejonizowaną (demineralizowana).	
19	Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu zaworu spustowego o przekroju minimum 50mm (nie dopuszcza się pompy spustowej ze względu na zbyt długi czas opróżniania po każdej fazie mycia oraz konieczność serwisowania.)	
20	Jedna pompa myjąca w celu równego rozkładu ciśnienia w układzie mycia: -wydajność pompy min. 900 l/min. -monitoring ciśnienia za pompą myjącą; -wirnik pompy myjącej wykonany ze stali kwasoodpornej; -pompa oraz całość układu opróżnianie całkowicie po każdej fazie procesu po poprzez zawór spustowy.	
21	Wydajność pompy myjącej $\geq 1000$ l/min.	
22	Cztery pompy detergentu każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośredniego z panelu sterującego w ml/litr pobranej wody, dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. Pomiar ilości dozowanych środków za pomocą przepływomierzy dla wszystkich pomp dozujących. Myjnia winna utrzymywać stałe stężenie roztworów roboczych niezależnie od wielkości załadunku komory.	
23	Pomiar ilości dozowanych środków za pomocą przepływomierzy dla wszystkich pomp dozujących z możliwością ich kalibracji. Zadane stężenie	

ZP-19-083BN Dostawa aparatury i urządzeń medycznych

	oraz ilość zadozowanego preparatu podana na wydruku.	
24	Możliwość dozowania min. dwóch preparatów chemicznych w jednej fazie procesu (preparat oraz aktywator). Możliwość ustawienia różnej temperatury dozowania dla preparatu oraz aktywatora.	
25	Myjnia utrzymująca stałe stężenie roztworów roboczych we wszystkich fazach procesu niezależnie od wielkości załadunku komory i ilości pobranej wody.	
26	Urządzenie przystosowane do współpracy z systemem centralnego dozowania środków chemicznych.	
27	Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego.	
28	Sterownik wyposażony w złącze: RS485, RS232, RJ RJ45. Możliwość współpracy z systemem komputerowej ewidencji i rejestracji obiegu narzędzi.	
29	Wszystkie procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika.	
30	Dotykowy panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem graficznym o przekątnej powyżej 5,5 cali i rozdzielczości nie gorszej niż 480x640 pikseli, zlokalizowany po stronie załadowniczej (nie dopuszcza się przycisków membranowych). Wyświetlane informacje o aktualnym etapie procesu oraz informacji przyczynach błędów i awarii na monitorze sterownika w języku polskim w postaci tekstowej i graficznej. Wszystkie opisy na panelach operatora w języku polskim.	
31	Wyświetlacz po stronie załadowniczej zlokalizowany na ergonomicznej wysokości 1400-1500mm.	
32	Dotykowy panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem graficznym o przekątnej powyżej 7 cali.	
33	Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem min. 4 liniowym po stronie wyładowniczej informujący o: -stanie programu; -stanie alarmowym; Wyświetlacz informujący o stanie urządzenia przez cały czas pracy urządzenia.	
34	Wszystkie opisy na panelach operatora w języku polskim. Informacja po stronie załadowniczej i wyładowniczej o czasie pozostałym do końca procesu.	
35	Sterownik urządzenia wyposażony w dodatkowy wyświetlacz graficzny postępu procesu zlokalizowany poza wyświetlaczem.	
36	Sterownik urządzenia wyposażony w drukarkę parametrów procesu (drukarka po stronie rozładowniczej).	

ZP-19-083BN Dostawa aparatury i urządzeń medycznych

37	Panel sterowania urządzenia wykonany w wersji higienicznej tzn. na panelu sterującym nie ma żadnych wystających elementów obramowań drukarki, obramowań panelu sterowania utrudniających utrzymanie powierzchni czołowej w czystości (mycie, dezynfekcja). Powierzchnia czołowa panelu sterowania szklana po stronie załadowniczej i wyładowniczej.	
38	Programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego).	
39	Wszystkie komunikaty i alarmy wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej.	
40	Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu lub klucza serwisowego.	
41	Programy mycia i dezynfekcji termicznej w 93° C i termiczno-chemicznej w 55° C	
42	Całkowity czas programu mycia, dezynfekcji termicznej w 93° C A0=3000, suszenia nie przekraczający 50 min. Dla następujących parametrów programu i załadunku: 1. Minimalne wymagane fazy programu: -mycie wstępne (pobór zimna woda); -mycie zasadnicze w temperaturze 60° C (5 minut) (pobór zimna woda); -płukanie (pobór zimna lub ciepła woda); -dezynfekcja termiczna w 93° C A0=3000 (pobór woda demineralizowana); -suszenie 130 ° C 2. Załadunek komory myjącej na wózku narzędziowym min. 5-cio poziomowym wytrzymującym obciążenie co najmniej z narzędziami ze stali nierdzewnej o wadze 100kg	
43	Wyświetlanie współczynnika dezynfekcji termicznej A0 na wyświetlaczu po stronie załadowniczej (zgodnie z normą EN 15883) oraz możliwość sterowania procesem dezynfekcji wg zadanej w programie wartości A0 (zakończenie procesu dezynfekcji po osiągnięciu zadanej wartości A0). Wydruk osiągniętej rzeczywistej wartości A0 na wydruku.	
44	Liczba programów mycia – dezynfekcji min. 10 zwalidowanych procesów.	
45	Program samodezynfekcji myjni - dezynfektora (wszystkich zbiorników wody urządzenia i orurowania wewnętrznego) w temperaturze min. 93° C uruchamiany automatycznie na panelu sterowania w przypadku postoju urządzenia dłuższego niż 24 godziny, zabezpieczający przed kontaminacją wsadu.	
46	Zintegrowana suszarka z możliwością nastawy temperatury w zakresie od 55 do 130° C włącznie oraz czasem w zakresie do 30 min. indywidualnie dla każdego procesu. Wydajność tłoczenia powietrza suszącego min. 500m <sup>3</sup> /h. Suszenie wsadu poprzez przyłącza wózka wsadowego.	

ZP-19-083BN Dostawa aparatury i urządzeń medycznych

47	Suszarka ogrzewana elektrycznie, moc grzewcza elementów grzejnych min. 10 kW.	
48	Filtr wstępny oraz jałowy typu min. H13 powietrza suszącego.	
49	Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny.	
50	Kondensator oparów zabezpieczający instalację wentylacyjną przed zawilgoceniem: -chłodzony zimną wodą (nie dopuszcza się chłodzenia powietrzem ze względu na znikomą skuteczność kondensacji zawilgocenia układu wentylacyjnego; -odzysk ciepła suszenia i wody chłodzącej kondensator poprzez zastosowanie systemu kondensacyjnego; -separacja wywiewanego powietrza od wody chłodzącej; Odprowadzenie skroplin oparów po stronie maszyny.	
51	Bojler umieszczony poza obszarem komory myjącej do podgrzewania wody uzdatnionej (demi) w celu przyspieszenia procesu (tem. podgrzewu min. 93° C	
52	Bezcisnieniowy grawitacyjny spust wody z bojlera do komory myjącej za pomocą zaworu.	
53	Silnik suszarki bezszczotkowy.	
54	Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. Brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych (z wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione.	
55	Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, system wózka wsadowego do sprzętu anestezyjologicznego zapewniający przepływ wewnątrz węży oraz natrysk z zewnątrz. Suszenie wsadu realizowane za pomocą obwodu myjącego (dotyczy również wózków wsadowych).	
56	Oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia.	
57	Przeszkolone drzwi komory 100% powierzchni drzwi. Uszczelka drzwiowa doszczelniana do szklanej powierzchni drzwi	
58	Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883 oraz PN-EN 15883-2	
59	Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu-cokół, fundament, wanna cokołowa.	
60	Podłączenie odpływu z myjni, higienicznie, bezpośrednio do kanalizacji bez potrzeby stosowania studzienki ściekowej oraz wanny cokołowej (brak możliwości rozwijania się drobnoustrojów).	
61	Zasilanie elektryczne 400V, 3P+N+PE, 50 Hz, 24-25kW	

ZP-19-083BN Dostawa aparatury i urządzeń medycznych

62	<p>Urządzenie wyposażone w 3 zawory przyłączeniowe do poboru wody:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-wody ciepłej;</li> <li>-wody zimnej;</li> <li>-wody demineralizowanej,</li> </ul> <p>Prędkość poboru wody przez myjnie min. 40l/min. Nie wymaga podłączenia do instalacji sprężonego powietrza.</p>	
63	<p>Możliwość doinstalowania systemu automatycznego rozpoznawania wózków wsadowych podłączony z automatycznym wyborem programu bez udziału personelu (ograniczenie możliwości popełnienia błędu), informacja o zidentyfikowanym wózku zawarta na raporcie procesu z wbudowanej drukarki.</p>	
64	<p>Wózek załadowniczy na co najmniej 12 dużych tac narzędziowych DIN na 4 poziomach (minimalna wysokość użytkowa każdego z poziomów pomiędzy półką ramieniem myjącym 110 mm). Przyłączy myjąco suszące wózka umiejscowione centralnie w podstawie (brak błędów dokowania wózka przy obrocie o 180°). Jednolita spójna konstrukcja wózka (półki oraz ramiona zamontowane na stałe w celu zapobiegania przed przemieszczaniem). Wózek wyposażony w samozamykające podłączenie do tacy do mycia do mikro instrumentów (przeptywowe mycie i suszenie wewnętrznej powierzchni mikro instrumentów, kanałów) – min. 4 podłączenia zlokalizowane na 2 poziomach dla tac do mycia do mikro instrumentów kanałowych. Wózek przystosowany i zwalidowany do załadunku i mycia min. 20 kg/poziom mycia. Materiał stal kwasoodporna. <b>Ilość – 2 szt.</b></p>	
65	<p>Taca o rozmiarze min. 500x300mm, wysokość min. 50mm, z zestawem przyłączy do mycia mikro-instrumentów na min. 12 narzędzi kanałowych w tym też trokary. Taca wyposażona w min.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-2 mocowania pozycji narzędzi;</li> <li>-10 portów z samozamykaczem dla narzędzi kanałowych fi 5-6mm;</li> <li>-2 porty z samozamykaczem dla narzędzi kanałowych fi 4-8mm;</li> <li>-3 dysze natryskowe fi 4 mm i długości 120mm;</li> <li>-3 dysze natryskowe fi 6 mm i długości 180mm</li> </ul> <p><b>Ilość kompletnych tac z wyposażeniem – 1 szt.</b></p>	
66	<p>Wózek do mycia i dezynfekcji kontenerów o pojemności 4 kontenerów 1/1 STE z pokrywami. Wózek wyposażony w min. cztery sferyczne dysze natryskowe. Przyłączy myjąco suszące wózka umiejscowione centralnie w podstawie (brak błędów dokowania wózka przy obrocie o 180°). Wykonanie ze stali kwasoodpornej. <b>Ilość – szt. 1</b></p>	
67	<p>Wózek transportowy do wózków załadowniczych myjni z możliwością dokowania do myjni. <b>Ilość – szt. 2</b></p>	

\* wypełnia Wykonawca

**UWAGA!:**

Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia minimalnych parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego w rubryce parametry oferowane przez wykonawcę wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

**II. POZOSTAŁE WYMAGANIA**

Lp	Pozostałe wymagania	opisać, wypełnić*
1	Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji Zamawiającemu ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami oraz wypełniony paszport techniczny.	
2	Wykonawca przeszkoli personel z obsługi urządzenia na własny koszt. Harmonogram szkoleń uzgodniony będzie z Zamawiającym.	
3	Wykonawca dostarczy wraz z dostawą instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej.	
4	Wykonawca zainstaluje urządzenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (doprowadzenie instalacji oraz przygotowanie miejsca po stronie Zamawiającego).	
5	Urządzenie fabrycznie nowe	

\* wypełnia Wykonawca

**III. INFORMACJE DOTYCZĄCE SERWISU**

Lp	Informacje dotyczące serwisu	wypełnić*
1	Częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych wymagana przez producenta urządzenia – PODAĆ	Wykonawca oświadcza, iż producent oferowanego przedmiotu zamówienia wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji ..... oraz po jego upływie: .....
2	Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez:	Nazwa/Adres: ..... ..... Telefon: ..... Fax: ..... Email .....

2	Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii. PODAĆ – Zamawiający wymaga max. 48 godzin	Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii wyniesie maksymalnie ..... godziny.
---	---	--

## IV. PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ

Lp	PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	PUNKTACJA	PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ * (potwierdzić/ podać zakres lub opisać)
1	Wydajność pompy myjącej $\geq 1000$ l/min. -	powyżej 1000 l/min.– 10 pkt. 1000 l/min. – 0 pkt.	
2	Możliwość doinstalowania 5-tej pompy dozującej	Posiada – 10 pkt. Nie posiada – 0 pkt.	
3	Wydajność tłoczenia powietrza suszącego powyżej 600m <sup>3</sup> /h	Posiada – 10 pkt. Nie posiada – 0 pkt.	
4	Czujnik zapchania systemu filtrującego powietrza używanego do suszenia	Posiada – 10 pkt. Nie posiada – 0 pkt.	

\* wypełnia Wykonawca

**UWAGA!:**

W celu dokonania oceny parametrów technicznych w kryterium JAKOŚĆ i przyznania punktów, Zamawiający żąda dołączenia do oferty: oryginalnej karty katalogowej lub innych dokumentów technicznych producenta wraz z tłumaczeniem na język polski. Treść dołączonego do oferty dokumentu powinien potwierdzać wszystkie dodatkowo oceniane parametry określone w SIWZ. Brak dokumentów w ofercie lub brak potwierdzenia w dostarczonych dokumentach dodatkowo ocenianego parametru będzie skutkowało nie przyznaniem dodatkowych punktów – (0 pkt). Dopiski, uzupełnienia odręczne w dokumentach nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy przyznawaniu punktów.

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być fabrycznie nowe i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

.....  
Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych  
do reprezentowania wykonawcy



**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
**Pakiet nr 2 – Lampa bezcieniowa jezdna (1 szt.);**

MODEL, TYP .....

PRODUCENT .....

ROK PRODUKCJI (nie wcześniej niż 2019r.) .....

OKRES GWARANCJI (min. 24 miesiące) .....

**I. MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE**

Lp	MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić*
1	Kształt lampy – okrągły, zapewniający dokładne oświetlenie pola zabiegowego i bezcieniowość.	
2	Średnica kopuły do 30 cm.	
3	Lampa musi posiadać możliwość obrotu kopuły względem osi pionowej i poziomej.	
4	Lampa musi być wyposażona w co najmniej w statyw jezdny z czterema kółkami, w tym min. 2 kółka z hamulcem.	
5	Ilość źródeł światła min. 18.	
6	Zastosowanie techniki diodowej eliminującej nagrzewanie się lampy.	
7	Natężenie oświetlenia w odległości 1m min. 60.000 lux	
8	Wgłębność min. 120 cm	
9	Współczynnik odwzorowania barw Ra 96	
10	Temperatura barwowa: 4.400 K	
11	Lampa musi posiadać możliwość regulacji natężenia oświetlenia realizowana bezdotykowo min. w trzech krokach	
12	Pobór mocy poniżej 20W	
13	Waga max. 35 kg	
14	Żywotność źródła światła min. do 50 000 godzin.	

ZP-19-083BN Dostawa aparatury i urządzeń medycznych

15	Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I	
16	Lampa spełniająca wymogi normy PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 60601-2	
17	Lampa musi posiadać kopułę wyposażoną w uchwyt w celu regulacji jej położenia	

\* wypełnia Wykonawca

**UWAGA!:**

Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego w rubryce parametry oferowane przez wykonawcę wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

**II. POZOSTAŁE WYMAGANIA**

Lp	Pozostałe wymagania	opisać, wypełnić*
1	Bezpłatne szkolenie personelu	
2	Instrukcja pisemna w jęz. polskim	

\* wypełnia Wykonawca

**III. INFORMACJE DOTYCZĄCE SERWISU**

1	Częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych wymagana przez producenta urządzenia - PODAĆ	Wykonawca oświadcza, iż producent oferowanego przedmiotu zamówienia wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji ..... oraz po jego upływie: .....
2	Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez:	Nazwa/Adres: ..... ..... Telefon: ..... Fax: ..... Email .....
3	Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii. PODAĆ, Zamawiający wymaga max. 48 godzin	Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii wyniesie maksymalnie ..... godziny.

IV. PARAMETRY OCENANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ

Lp	PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	PUNKTACJA	PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ * (potwierdzić/ podać zakres lub opisać)
1	Natężenie oświetlenia w odległości 1 m	60 000 lux – 0 pkt. powyżej 60 000 lux – 10 pkt.	
2	Żywotność źródła światła:	50 000 godz. – 0 pkt. powyżej 50 000 godz. – 10 pkt.	
3	Rodzaj źródła światła, ilość diod LED:	18 diod LED – 0 pkt. 19-28 diod – 10 pkt.	

\* wypełnia Wykonawca

**UWAGA!:**

W celu dokonania oceny parametrów technicznych w kryterium JAKOŚĆ i przyznania punktów, Zamawiający żąda dołączenia do oferty: oryginalnej karty katalogowej lub innych dokumentów technicznych producenta wraz z tłumaczeniem na język polski. Treść dołączonego do oferty dokumentu powinien potwierdzać wszystkie dodatkowo oceniane parametry określone w SIWZ. Brak dokumentów w ofercie lub brak potwierdzenia w dostarczonych dokumentach dodatkowo ocenianego parametru będzie skutkowało nie przyznaniem dodatkowych punktów – (0 pkt). Dopiski, uzupełnienia odręczne w dokumentach nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy przyznawaniu punktów.

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być fabrycznie nowe i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

.....  
Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych  
do reprezentowania wykonawcy

UMOWA - PROJEKT

Zawarta w dniu ..... w Katowicach pomiędzy:  
**Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach**

z siedzibą: **40-027 Katowice ul. Francuska 20 – 24**

NIP: **954 22 70 611**

który reprezentuje:

Dyrektor - dr n. med. **Włodzimierz Dziubdziała**

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a

.....

z siedzibą:

NIP : ..... REGON : .....

który reprezentuje:

1 .....

2 .....

zwanym w treści umowy „ Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1986) przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści.

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa ..... – ..... szt, producent: ....., model/typ: ....., rok produkcji: ....., zwanej dalej *artykułem* lub *przedmiotem umowy*.
2. Oferta Wykonawcy jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia opracowaną dla postępowania poprzedzającego zawarcie przedmiotowej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, iż artykuł jest fabrycznie nowy, nieużywany, bez żadnych wad, kompletny, zdatny i dopuszczony do umówionego użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019r. poz. 175 z późn. zm) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
5. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy jest oznakowany znakiem CE.

**§ 2**

**Warunki dostawy i realizacji umowy**

1. Przedmiot umowy dostarczony będzie do siedziby Zamawiającego transportem Wykonawcy, na jego koszt i odpowiedzialność w nieprzekraczalnym terminie do ..... od daty zawarcia niniejszej umowy, nie później niż do ..... r.
2. Miejsce dostarczenia przedmiotu umowy: Siedziba Zamawiającego, ul. Francuska 20-24, Katowice, Oddział .....
3. O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego co najmniej na 2 dni robocze przed planowaną dostawą. Osobą, z którą wykonawca zobowiązany jest uzgodnić datę dostawy jest Kierownik Działu Zaopatrzenia – tel. 32/259-16-67.
4. Zamawiający zastrzega, że artykuł może być dostarczony w godzinach pracy zamawiającego tj. od godz. 8.00 do godz. 13.00 od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Dostarczony do Zamawiającego przedmiot umowy będzie gotowy do użytku bez potrzeby wykonywania dodatkowych czynności przez Zamawiającego, w tym w szczególności montażu dodatkowych elementów. Wszelkie niezbędne elementy i czynności niezbędne do prawidłowego działania przedmiotu umowy zobowiązany jest zapewnić Wykonawca w ramach złożonej przez siebie oferty.

## ZP-19-083BN Dostawa aparatury i urządzeń medycznych

6. Po dostarczeniu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania (jeśli dotyczy) przedmiotu umowy oraz do bezpłatnego przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi.
7. W czasie transportu artykuł powinien być przez Wykonawcę opakowany w sposób zapobiegający jego przypadkowemu uszkodzeniu, zabezpieczający przed utratą jego właściwości i parametrów a także oznakowany w sposób nie budzący wątpliwości co do tożsamości przedmiotu dostawy.
8. Informacje i dokumenty, o których mowa w art. 546 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j.:Dz. U. z 2019 r., poz. 1145), w szczególności karty gwarancyjne i instrukcje obsługi, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy. Wymienione dokumenty winny być sporządzone w języku polskim.
9. Strony ustalają, że odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany protokolarnie przez przedstawiciela Zamawiającego w jego siedzibie, po powiadomieniu Zamawiającego o dacie odbioru w sposób określony w pkt 3 niniejszego paragrafu. Podpisany protokół odbioru stanowi podstawę do przyjęcia przez Zamawiającego faktury.
10. Wykonawca zobowiązuje się - pod rygorem zapłaty kar umownych, o których mowa w § 4 pkt 1:
  - a. zrealizować przedmiot umowy w terminie określonym w § 2 pkt 1 niniejszej umowy,
  - b. wymienić wadliwy artykuł na artykuł nowy, wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego na swój koszt.
  - c. dostarczyć oryginał faktury wraz z dostawą przedmiotu umowy. Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 09 listopada 2018r o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Wykonawcy uprawnieni są do składania faktur za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania na stronie: <https://efaktura.gov.pl>.

### § 3

#### Warunki płatności

1. Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi netto ..... zł plus należny podatek VAT...%. Razem: ..... zł brutto (słownie: .....).
2. Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, w terminie do 60 dni od daty dostawy przedmiotu umowy i otrzymania oryginału faktury.
3. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

### § 4

#### Kary umowne i odsetki

1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego artykułu na wolny od wad w terminach określonych odpowiednio w § 2 pkt 1 i § 2 pkt 10 ppkt b niniejszej umowy lub niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w § 6 umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 pkt 1 za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 pkt 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
4. W przypadku zwłoki w terminie płatności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
6. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych w sposób, o którym mowa w pkt 5, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową.
7. Kary umowne naliczone zgodnie z punktem 1 niniejszego paragrafu nie mogą przekroczyć łącznie 20% wartości brutto przedmiotu umowy.

## § 5

### Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i naliczyć karę umowną określoną w § 4 pkt 2 niniejszej umowy w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy, w szczególności: niedostarczenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie podanym w § 2 pkt 1 niniejszej umowy bądź trzykrotnego niewykonania bądź nieterminowego wykonania obowiązków określonych w § 2 pkt 10 ppkt b lub w § 6.

## § 6

### Gwarancja, realizacja uprawnień gwarancyjnych

1. Wykonawca udziela ..... **miesięcznej gwarancji**, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego.
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy nie wynikające z winy Zamawiającego.
3. Warunki gwarancji i serwisu określa niniejsza umowa, Kodeks Cywilny, oferta Wykonawcy oraz karta gwarancyjna. W przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.
4. Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez autoryzowany serwis..... z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta, przez serwisantów postępujących się biegle językiem polskim.
5. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnie naprawy, przeglądy, konserwacje lub wymiany przedmiotu umowy lub jego poszczególnych części także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia artykułu lub jego części, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku.
6. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym dostarczenie uszkodzonego sprzętu do i z punktu serwisowego obciążają Wykonawcę.
7. Wykonawca oświadcza, iż producent oferowanego artykułu wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji ..... oraz po jego upływie: .....
8. Czas naprawy wyłączony będzie z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.
9. Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii wyniesie maksymalnie ..... godziny. Czas reakcji serwisu oznacza czas rozpoczęcia usuwania wady w miejscu, w którym artykuł jest używany, liczony od dnia przestania Wykonawcy zgłoszenia o wadzie e-mailem lub faksem. Zgłoszenie awarii po godzinie 16:00 będzie traktowane jak zgłoszenie o godz.: 8:00 następnego dnia roboczego.
10. Wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię, uszkodzenie lub wadę w pierwszej kolejności w siedzibie Zamawiającego a jeżeli nie jest to możliwe - w serwisie Wykonawcy.
11. Zgłoszenia dokonywane będą w formie elektronicznej na następujący adres e-mail serwisu: ..... lub faxem na następujący nr: .....
12. Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
13. W przypadku, jeżeli zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
14. W przypadku, gdy wymagany czas naprawy gwarancyjnej będzie dłuższy niż przewidziany w pkt 12, gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy.
15. W przypadku, gdy czas trwania naprawy przekracza będzie 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do zapewnienia artykułu zastępczego o nie gorszych parametrach od opisanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia dla postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy. W przypadku dostarczenia artykułu zastępczego nie zostaną naliczone kary umowne, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

## ZP-19-083BN Dostawa aparatury i urządzeń medycznych

16. W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych tego samego istotnego elementu/podzespołu przekroczy 3 naprawy lub uszkodzenie uniemożliwia wykorzystanie artykułu w pełnym zakresie Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do wymiany artykułu na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).
17. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie usunięcia wady oraz dostawy artykułu wolnego od wad.
18. W razie zniszczenia lub zagubienia dokumentu gwarancyjnego, Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże istnienie zobowiązania gwarancyjnego za pomocą innego dowodu.
19. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia części zamiennych do przedmiotu umowy przez okres minimum 5 lat od daty upływu terminu gwarancji.
20. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie wymaganym przez Zamawiającego lub w przypadku braku reakcji na zawiadomienie o awarii, usterce lub wadzie dostarczonego sprzętu, Zamawiający po ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia może zlecić usunięcie awarii, usterki lub wady osobie lub podmiotowi trzeciemu a kosztami usunięcia awarii, wady lub usterki obciąży Wykonawcę.

### § 7

#### Postanowienia końcowe

1. Jakakolwiek czynność prawna Wykonawcy, mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, z uwzględnieniem postanowień art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp.
3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.
5. Zamawiający zobowiązany jest do ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.
6. W sprawach niniejszą umową nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
7. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
8. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jednego egzemplarza dla Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego.

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY