

## WYJAŚNIENIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania na dostawę

### **Dostawa mikrotomu rotacyjnego z łaźnią wodną i płytą chłodzącą - 1 kpl. (ID 690476)**

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu informuje, że wpłynęły zapytania o udzielenie wyjaśnień w ww. postępowaniu:

#### **Pytanie 1.**

##### **- ZAŁĄCZNIK NR 2 – poz. 16**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie mikrotomu z cięciem nastawianym w zakresach:

- 0,5 do 5  $\mu\text{m}$  skok co 0,5  $\mu\text{m}$
- 5 do 20  $\mu\text{m}$  skok co 1  $\mu\text{m}$
- 20 do 50  $\mu\text{m}$  skok co 2  $\mu\text{m}$
- 50 do 100  $\mu\text{m}$  skok co 5  $\mu\text{m}$

**Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza**

#### **Pytanie 2**

##### **- ZAŁĄCZNIK NR 2 – poz. 17**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie mikrotomu z trymowaniem nastawianym w zakresach:

- 0.5 do 5 skok co 0.5  $\mu\text{m}$
- 5 do 20 skok co 1  $\mu\text{m}$
- 20 do 50 co 2  $\mu\text{m}$
- 50 do 150 co 5  $\mu\text{m}$
- 150 do 750 co 10  $\mu\text{m}$

**Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza**

#### **Pytanie 3**

##### **- ZAŁĄCZNIK NR 2 – poz. 59**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i czy Zamawiający wymaga płyty chłodzącej wyposażonej w wyświetlacz LCD

**Odpowiedź : Tak powinno być wyświetlacz LCD.**

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi i ewentualnie nr pytania)