

WYJAŚNIENIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania na dostawę

Dostawa aparatów EKG z wyposażeniem– 4 kpl. (ID 642274)

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu informuje, że wpłynęły zapytania o udzielenie wyjaśnień w ww. postępowaniu:

Pyt 1 - Pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w drukarkę termiczną obsługującą papier termiczny, dowolnego producenta, w formie składanki w trzech różnych rozmiarach oraz wyposażony w możliwość wydruku na drukarce laserowej za pomocą WIFI/LAN?

Odp. Zgodnie z IWZ.

Pyt 2 - Pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w pamięć 1000 badań oraz nieograniczoną pamięć zewnętrzną do zapisu badań?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt 3 - Pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w najbardziej użyteczne wartości filtra mięśniowego na poziomie 25, 35, 45 [Hz] oraz z możliwością jego wyłączenia?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt 4 - Pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w pamięć do 30 min zapisu dla jednego badania EKG?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt 5 - Pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w dużo większe poziomy próbkowania sygnału EKG zapewniając tym samym jego większą dokładność - 64 000 Hz na kanał dla sygnału EKG i 80 000 Hz na kanał dla próbkowania stymulatora?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt 6 - Pkt 24

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w szerszy zakres interfejsów - 3x USB, slot kart SD, złącze szeregowo, WIFI, LAN oraz możliwość rozbudowy o sieć 3G (slot SIM) zapewniając tym samym możliwość podłączenia szerszego spektrum urządzeń zewnętrznych niż aktualnie wymagane?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 7 Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat EKG o parametrach:

Elektrokardiograf

1.	Aparat EKG 12-kanałowy z analizą i interpretacją danych z badań.
2.	Tryby pracy: 1) automatyczny, 2) ręczny.
3.	Wykonywanie pomiarów HR, PR, QRS, QT, QTc oraz pomiarów osi P, R, T.
4.	CMRR >100dB
5.	Zakres HR 30-300
6.	Automatyczna interpretacja wyników badań z podaniem kryterium rozpoznania.
7.	Algorytm interpretacji 12-kanałowego zapisu EKG, uwzględniający wiek i płeć osoby badanej – dorosłych i dzieci.
8.	Kolorowy, wysokiej rozdzielczości, ekran LCD, min 7" 800x480
9.	Klawiatura mechaniczna alfanumeryczna wraz z klawiszami funkcyjnymi
10.	Wyświetlanie na ekranie LCD: 1) aktualnego czasu; 2) częstości rytmu; 3) czułości, prędkości zapisu i rodzaju filtru. 4) kontaktu elektrod
11.	Pamięć wewnętrzna do przechowywania minimum 100 zapisów EKG, wykonanych w trybie automatycznym
12.	Interfejs USB, umożliwiający zapis EKG na nośniku PenDrive.
13.	Pasma przenoszenia: 0,05 ÷ 300 Hz.
14.	Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą pacjenta. Wyświetlanie na ekranie LCD ostrzeżeń o braku kontaktu elektrody ze skórą pacjenta.

15.	Wyświetlanie na ekranie LCD komunikatu informującego o ostrym zawale serca pacjenta.
16.	Drukarka termiczna 8 pkt/mm, wbudowana w aparat, papier 210 x 295 mm, składanka
17.	Prędkość zapisu: 5, 10, 25 i 50 mm/s.
18.	Jednoczesna rejestracja sygnału EKG 3-ech, 6-ciu i 12-tu odprowadzeń.
19.	Formaty wydruku: 12 x 1, 6x2, 3x4, 3x4 +1, 3x4 + 3
20.	Wydruki w trybie ręcznym: 3, 6,12 kanałów z konfigurowaną grupą kanałów.
21.	Wydruk daty i godziny badania.
22.	Czułość: 5, 10 i 20 mm/mV.
23.	Filtr zakłóceń pochodzących od elektroenergetycznej sieci zasilającej 50/60 Hz
24.	Cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych (25/40/150 Hz) i pływania linii izoelektrycznej.
25.	Obwody wejściowe aparatu zabezpieczone przed impulsami defibrylatora.
26.	Wykrywanie impulsów stymulatora. Częstotliwość próbkowania dla detekcji impulsów stymulatora: 32 000 próbek /s / kanał.
27.	Częstotliwość próbkowania EKG: 32000 próbek / s / kanał.
28.	Rozdzielczość przetwarzania: 24 bity
29.	Komunikacja 2x USB, LAN
30.	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do analizy, archiwizacji badań EKG zainstalowanego na serwerze użytkownika lub na dysku wirtualnym
31.	Format danych SCP-PDF, XML
32.	Możliwość rozbudowy pamięci do 1000 badań
33.	Możliwość rozbudowy o moduł Wi-Fi
34.	Możliwość rozbudowy eksportu danych o formatach DICOM, HL7, XML-GDT
35.	Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych i kart magnetycznych
36.	Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim.
37.	Pełna alfanumeryczna klawiatura silikonowa
38.	Zasilanie aparatu z elektroenergetycznej sieci 230 V AC 50 Hz i z wewnętrznego bezobsługowego akumulatora.
39.	Możliwość wykonania minimum 500 badań w trybie automatycznym przy zasilaniu aparatu z wewnętrznego akumulatora.
40.	Aparat przenośny, zainstalowany na wózku z koszem na akcesoria
41.	Masa aparatu z akumulatorem, bez kabla pacjenta, papieru i wózka: poniżej 2,7 kg.
42.	Wymiary aparatu 396 x 290 x 80 mm

Odp. Zgodnie z IWZ.

8. Pkt 4. Czy Zamawiający dopuści wyświetlacz LED o przekątnej 8,9" i rozdzielczości 892x558 pikseli, pojemnościowy panel dotykowy? Zwracamy uwagę, że proponowana przekątna ekranu stanowi niewielkie odstępstwo od wymogu, a proponowana rozdzielczość ekranu umożliwia czytelne wyświetlanie danych na ekranie aparatu.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

9. Pkt 7. Czy Zamawiający dopuści papier termiczny, składanka w formacie A4, z możliwością wydruku na drukarce laserowej za pomocą WiFi/LAN?

Odp. Zgodnie z IWZ.

10. Pkt 9. Czy Zamawiający dopuści pamięć 300 badań, z możliwością eksportu badań na pamięć USB lub do folderu sieciowego? Zwracamy uwagę, że na jednym pacjencie nie przeprowadza się takiej ilości badań, a zapis ten spełniany jest tylko przez jednego producenta aparatów EKG i uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

11. Pkt 10 Czy Zamawiający dopuści prędkości zapisu EKG 5; 12,5; 25, 50 mm/s, co stanowi niewielkie odstępstwo od wymaganego parametru?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

12. Pkt 13. Czy Zamawiający dopuści filtry zakłóceń mięśniowych 20, 40, 100, 150 Hz?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

13. Pkt 14. Czy Zamawiający dopuści automatyczny filtr izolacji ADS? Jest to rozwiązanie bardziej nowoczesne i lepsze od wymaganego.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

14. Pkt 15. Czy Zamawiający dopuści 2 porty USB?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

15. Pkt 16. Czy Zamawiający dopuści długość zapisu do 5 minut?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

16. Pkt 19. Czy Zamawiający dopuści częstotliwość próbkowania 2000 Hz, z częstotliwością próbkowania cyfrowego 75000 Hz?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

17. Pkt 22. Czy Zamawiający dopuści eksport do formatów PDF i XML?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

18. Pkt 22. Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości importu badań, ale z możliwością importu zleceń oraz konfiguracji?

Odp. Zgodnie z IWZ.

19. Pkt 23. Czy Zamawiający dopuści brak interfejsu Bluetooth?

Odp. Zgodnie z IWZ.

20. Pkt 27. Czy Zamawiający dopuści papier składanka 210mm?

Odp. Zgodnie z IWZ.

21. Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację terminu płatności za dostarczony sprzęt na: 45 dni od daty doręczenia faktury?

Odp. Zgodnie z IWZ.

22. Dotyczy wzoru umowy § 3

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp. Zgodnie z IWZ.

23. Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 3

Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu następujące brzmienie:

Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin”.

Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego.

Odp. Zgodnie z IWZ.

24. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 1

Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączenie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej.

Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji zapisu w następujący sposób:

„Gwarancją nie są objęte:

a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi,
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
- Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania,
- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy

Odp. Zgodnie z IWZ.

25. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 6

Powszechnie przyjętą praktyką jest, że gwarancja elementów systemu naprawianych lub wymienionych w trakcie trwania okresu gwarancji kończy się wraz z zakończeniem gwarancji na przedmiot zamówienia. Pozwala to na rzetelną kalkulację oferty przez Wykonawcę, korzystniejszą dla Zamawiającego. Czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się na usunięcie wymogu rozpoczęcia biegu gwarancji na nowo od momentu dokonania istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją?

Odp. Zgodnie z IWZ.

26. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 4

Czy Zamawiający zaakceptuje sporządzanie raportów serwisowych w formie elektronicznej spełniającej kryteria formy dokumentowej, tj. raport będzie sporządzony i potwierdzony przez reprezentantów stron na urządzeniu mobilnym, z wykluczeniem formy pisemnej?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

27. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację terminu usunięcia wady na: "3 dni robocze (od poniedziałku do piątku, bez sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy), a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 7 dni roboczych"?

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis następująco : "Termin usunięcia wady strony ustalają na max. 3 dni robocze, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych, licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 11. "

28. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapewnienie urządzenia zastępczego na czas awarii przedłużającej się ponad 5 dni roboczych?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

29. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 16

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone:

„(...) Strony zgodne wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi”.

Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy szpitala. W związku z tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.

Odp. Zgodnie z IWZ.

30. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 17

W naszej ocenie odpowiedzialność Wykonawcy powinna być oparta na zasadach ogólnych (tj. zasadzie winy). Prosimy o odpowiednią modyfikację postanowień, które zdają się rozszerzać zakres odpowiedzialności Wykonawcy:

„Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pełnego zakresu obsługi gwarancyjnej”.

Odp. Zgodnie z IWZ.

31. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 19

W naszej ocenie odpowiedzialność Wykonawcy powinna być oparta na zasadach ogólnych (tj. zasadzie winy). Prosimy o odpowiednią modyfikację postanowień, które zdają się rozszerzać zakres odpowiedzialności Wykonawcy:

„Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pełnego zakresu odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy (...)"

Odp. Zgodnie z IWZ.

32. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1

Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można naliczyć w wypadku zawinionego działania lub zaniechania, więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie za opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, działaniem organów administracji. W związku z tym proponujemy, aby w omawianym punkcie słowo „opóźnienie” zastąpić słowem „zwłoka”.

Odp. Zgodnie z IWZ.

33. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1

Jeśli zobowiązania z tytułu dostawy, gwarancji i rękojmi czy innych obowiązków określonych umowie będą w zdecydowanej mierze zrealizowane (a zwłoka będzie dot. jednego urządzenia), to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiający Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie oraz modyfikację kary umownej na:

Pkt. 1) w przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy: 0,2% wartości urządzenia brutto, którego zwłoka dotyczy

Pkt. 2) w przypadku zwłoki w usunięciu wady (awarii) w okresie gwarancji / rękojmi: 0,1% wartości urządzenia brutto, którego zwłoka dotyczy

Pkt. 3) w przypadku zwłoki w dostawie sprzętu zastępczego: 0,2% wartości brutto urządzenia, którego zwłoka dotyczy
Pkt. 4) w przypadku zwłoki w wykonaniu planowego przeglądu okresowego: 0,2% wartości urządzenia, którego zwłoka dotyczy

Odp. Zgodnie z IWZ.

34. Dotyczy wzoru umowy § 8

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją w kraju oraz na świecie proponujemy dodanie do umowy następującego zastrzeżenia:

1. *Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.*
2. *Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.*
3. *W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.*

Odp. Zgodnie z IWZ.

35. 1.p. 4

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z ekranem 5,7" i panelem dotykowym?

Odp. Zgodnie z IWZ.

36. 1.p. 4

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z ekranem 8,4" i panelem dotykowym?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

37. 1.p 7

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z typem papieru: rolka, składanka i A4 – możliwość wydruku na drukarce laserowej za pomocą kabla USB?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

38. 1.p 9

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z pamięcią 250 badań w aparacie oraz dołączonym oprogramowaniem za pomocą którego można przechowywać 100 000 badań lub więcej?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

39. 1.p.13

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z filtrem zakłóceń mięśniowych: 25, 35, (Hz) oraz filtrem automatycznym w zakresie 0,05-90 Hz?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

40. 1.p. 15

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z portami komunikacyjnymi 1x port USB i 1x port RS232?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

41. 1.p. 16

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z długością zapisu EKG 10s do 80 sekund

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

42. 1.p. 19

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z częstotliwości próbkowania do 40 000 Hz?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

43. 1.p. 22

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z przetwornikiem analogowo-cyfrowy 13 Bit?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

44. 1.p. 23

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z możliwością rozbudowy o export PDF, HL7?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

45. 1.p. 24

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z możliwością rozbudowy o Interfejs WiFi/LAN?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

46. 1.p. 25

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez szyfrowania komunikacji oraz danych przechowywanych w aparacie, przy czym do aparatu zostanie dodane oprogramowanie komputerowe które daje możliwość zabezpieczenia danych?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

- Oferty składane są za pośrednictwem platformy zakupowej **do 28.07.2022 do godz. 10.30**
- Otwarcie złożonych ofert nastąpi w **dniu 28.07.2022r. godz. 10.35**

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi i ewentualnie nr pytania)