



„Przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wyposażenie budynku nr 4 na potrzeby realizacji „Kompleksowego Programu Diagnostyki i Rehabilitacji poznawczo – leczniczej w zespole po-Covid-19” w formule „zaprojektuj i wybuduj”
– sprawa nr 35/PN/2021/BK

Warszawa, dnia 21 października 2021 roku

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania pn. **„Przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wyposażenie budynku nr 4 na potrzeby realizacji „Kompleksowego Programu Diagnostyki i Rehabilitacji poznawczo – leczniczej w zespole po-Covid-19” w formule „zaprojektuj i wybuduj” – sprawa 35/PN/2021/BK**

Zamawiający, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego w wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1 dotyczy do Załącznika 2B do PFU poz. 3 - Termometr bezdotykowy

Czy Zamawiający oczekuje dostawy termometru bezdotykowego będącego wyrobem medycznym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje dostawy termometru bezdotykowego będącego wyrobem medycznym

Czy Zamawiający wymaga zakresu temperatur 34 do 43C?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zakresu temperatur 34 do 43C.

Czy Zamawiający oczekuje dostawy termometru z wyświetlacz ciekłokrystalicznym z podświetleniem, cztery cyfry plus ikony specjalne?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje dostawy termometru z wyświetlacz ciekłokrystalicznym z podświetleniem, cztery cyfry plus ikony specjalne.

Czy Zamawiający oczekuje dostawy termometru wyposażonego w czujnik odległości zapewniający prawidłową odległość wykonania pomiaru?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje dostawy termometru wyposażonego w czujnik odległości.

Czy Zamawiający oczekuje dostawy termometru wyposażonego w 60-sekundowy minutnik do ręcznego pomiaru częstości tętna i oddechów?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje dostawy termometru wyposażonego w 60-sekundowy minutnik do ręcznego pomiaru częstości tętna i oddechów.

Czy Zamawiający oczekuje dostawy termometru z pamięcią ostatniego pomiaru?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje dostawy termometru z pamięcią ostatniego pomiaru.

„Przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wyposażenie budynku nr 4 na potrzeby realizacji „Kompleksowego Programu Diagnostyki i Rehabilitacji poznawczo – leczniczej w zespole po-Covid-19” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

– sprawa nr 35/PN/2021/BK

Pytanie nr 2 dotyczy do Załącznika 2B do PFU poz Poz.4 Ciśnieniomierz naramienny + zasilacz

Czy Zamawiający oczekuje dostawy ciśnieniomierza naramiennego będącego wyrobem medycznego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje dostawy ciśnieniomierza naramiennego będącego wyrobem medycznego

Czy Zamawiający oczekuje dostawy ciśnieniomierza realizującego szybkie i wiarygodne pomiary w zaledwie 20s, dzięki technologii pomiaru już w trakcie pompowania mankietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje dostawy ciśnieniomierza realizującego szybkie i wiarygodne pomiary w zaledwie 20s, dzięki technologii pomiaru już w trakcie pompowania mankietu.

Czy Zamawiający oczekuje dostawy ciśnieniomierza z obrotowym przewodem mankietu o 360^o z szybkozłączką, gniazdem zatrzaskowym podłączenia przewodu umieszczonym w mankiecie?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje dostawy ciśnieniomierza z obrotowym przewodem mankietu o 360^o z szybkozłączką, gniazdem zatrzaskowym podłączenia przewodu umieszczonym w mankiecie.

Czy Zamawiający oczekuje dostawy ciśnieniomierza z zakresem pomiaru ciśnienia skurczowego 50–260 mmHg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje dostawy ciśnieniomierza z zakresem pomiaru ciśnienia skurczowego 50–260 mmHg.

Czy Zamawiający oczekuje dostawy ciśnieniomierza z zakresem pomiaru ciśnienia rozkurczowego 25–220 mmHg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje dostawy ciśnieniomierza z zakresem pomiaru ciśnienia rozkurczowego 25–220 mmHg

Pytanie nr 3 dotyczy do Załącznika 2B do PFU poz. Poz.13 Holter EKG (rejestrator)

Czy Zamawiający oczekuje dostawy systemu z możliwością pobierania list roboczych-zleceń i zapisu wyników w systemie PACS w standardzie DICOM?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje dostawy systemu z możliwością pobierania list roboczych-zleceń i zapisu wyników w systemie PACS w standardzie DICOM.

Czy Zamawiający oczekuje dostawy rejestratora z kompatybilnym oprogramowaniem do odczytu i analizy zapisów holtera EKG?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje dostawy rejestratora z kompatybilnym oprogramowaniem do odczytu i analizy zapisów holtera EKG

Czy Zamawiający wymaga systemu z obsługą trybów analizowania retrospektywnego, prospektywnego i metodą superimpozycji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga systemu z obsługą trybów analizowania retrospektywnego, prospektywnego i metodą superimpozycji.

Czy Zamawiający wymaga 3 kanałowego rejestratora którego waga wynosi poniżej 30 gram?

„Przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wyposażenie budynku nr 4 na potrzeby realizacji „Kompleksowego Programu Diagnostyki i Rehabilitacji poznanawczo – leczniczej w zespole po-Covid-19” w formule „zaprojektuj i wybuduj”
– sprawa nr 35/PN/2021/BK

Odpowiedź:

Czy Zamawiający wymaga 3 kanałowego rejestratora z zapisem 7 odprowadzeń EKG z 5 przewodowego kabla pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Czy Zamawiający wymaga 3 kanałowego rejestratora z zapisem do 7 dni z pojedynczej baterii typu AAA?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Czy Zamawiający wymaga 12 kanałowego rejestratora z możliwością pomiaru i podglądu na wyświetlaczu oporności kontaktu skóra-elektroda?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Czy Zamawiający wymaga 12 kanałowego rejestratora o wadze poniżej 130 g?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Czy Zamawiający oczekuje dostawy systemu holtera EKG z możliwością rozbudowy o dodatkowe zdalne stacje analizy badań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje dostawy systemu holtera EKG z możliwością rozbudowy o dodatkowe zdalne stacje analizy badań

Pytanie nr 4 dotyczy do Załącznika 2B do PFU poz Poz Poz.14 Aparat EKG

Czy Zamawiający oczekuje dostawy aparatu z możliwością pobierania list roboczych-zleceń (tj. obsługi standardu DICOM w komunikacji dwukierunkowej w zakresie worklisty - MWL i C-Store) i zapisie wyników w systemie PACS?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje.

Czy Zamawiający wymaga dostawy aparatu z bezprzewodowym modulem akwizycji sygnału EKG wyposażonym w przyciski zdalnego wyzwalania zapisu EKG i drukowania rytmu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

Czy Zamawiający wymaga dostawy aparatu z dużym min. 10” ekranem dotykowym do szybkiego podglądu i analizy wyniku badań?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

Czy Zamawiający wymaga dostawy aparatu z wydrukiem na papierze termicznym formatu A4 o wymiarze 210x297 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

Czy Zamawiający wymaga aparatu EKG z interfejsem do komunikacji dla sieci przewodowej LAN?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

„Przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wyposażenie budynku nr 4 na potrzeby realizacji „Kompleksowego Programu Diagnostyki i Rehabilitacji poznawczo – leczniczej w zespole po-Covid-19” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

– sprawa nr 35/PN/2021/BK

Czy Zamawiający wymaga aparatu EKG z interfejsem do komunikacji dla sieci bezprzewodowej WLAN?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

Czy Zamawiający wymaga aparatu o wysokiej częstotliwości próbkowania min. 40 000 próbek/s/kanal?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

Czy Zamawiający wymaga by aparat posiadał szerokie pasmo przenoszenia z zakresu min.0,05-300Hz zapewniające diagnostyczną jakość sygnału EKG?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

Czy Zamawiający oczekuje dostawy aparatu z możliwością rozbudowy o opcję zabezpieczenia danych dzięki centralnemu zarządzaniu dostępem i funkcji uwierzytelniania użytkowników z użyciem usługi LDAP lub Active Directory?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje.

Pytanie nr 5 dotyczy do Załącznika 2C do PFU poz.45 Termometr bezdotykowy

Czy Zamawiający oczekuje dostawy termometru bezdotykowego będącego wyrobem medycznego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje dostawy termometru bezdotykowego będącego wyrobem medycznego

Czy Zamawiający dopuści termometr bezdotykowy z automatycznym wyłączeniem się już od 10 sekund po wykonaniu pomiaru?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Czy Zamawiający oczekuje dostawy termometru z wyświetlacz ciekłokrystalicznym z podświetleniem, cztery cyfry plus ikony specjalne?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje dostawy termometru z wyświetlacz ciekłokrystalicznym z podświetleniem, cztery cyfry plus ikony specjalne

Czy Zamawiający oczekuje dostawy termometru wyposażonego w czujnik odległości zapewniający prawidłową odległość wykonania pomiaru?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje dostawy termometru wyposażonego w czujnik odległości zapewniający prawidłową odległość wykonania pomiaru

Czy Zamawiający oczekuje dostawy termometru wyposażonego w 60-sekundowy minutnik do ręcznego pomiaru częstości tętna i oddechów?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje dostawy termometru wyposażonego w 60-sekundowy minutnik do ręcznego pomiaru częstości tętna i oddechów

Czy Zamawiający oczekuje dostawy termometru z pamięcią ostatniego pomiaru?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje dostawy termometru z pamięcią ostatniego pomiaru

Pytanie nr 6 dotyczy do Załącznika 2C do PFU poz.55 Holter ciśnieniowy



„Przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wyposażenie budynku nr 4 na potrzeby realizacji „Kompleksowego Programu Diagnostyki i Rehabilitacji poznawczo – leczniczej w zespole po-Covid-19” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

– sprawa nr 35/PN/2021/BK

Czy Zamawiający dopuści rejestrator holtera ciśnienia z zakresem pomiarowym 30-280mmHg dla dorosłych, dzieci i niemowląt? Oferowany zakres jest szerokim polem spełniającym potrzeby powszechnie realizowanych pomiarów u pacjentów. Rejestrator automatycznie dokonuje sprawdzenia poprawności realizacji pomiaru.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Czy Zamawiający dopuści rejestrator holtera ciśnienia z zakresem pomiarowym pulsu 30-200 ud/min.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Czy Zamawiający dopuści rejestrator holtera ciśnienia z dokładnością pomiaru ciśnienia 2% (lub 3mmHg) oraz pulsu 5%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Czy Zamawiający wymaga rejestratora holtera ciśnienia, w którym pomiar jest realizowany w trakcie inflacji i deflacji mankietu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rejestratora holtera ciśnienia, w którym pomiar jest realizowany w trakcie inflacji i deflacji mankietu.

Czy Zamawiający wymaga by rejestrator umożliwiał detekcję arytmii?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby rejestrator umożliwiał detekcję arytmii

Czy Zamawiający wymaga, by rejestrator posiadał wbudowany czujnik aktywności oraz temperatury i ciśnienia atmosferycznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Czy Zamawiający wymaga rejestratora holtera ciśnienia z wbudowanym wyświetlaczem OLED, z funkcją automatycznego wyłączenia podświetlenia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Czy Zamawiający wymaga rejestratora holtera ciśnienia zasilanego z 2 baterii lub akumulatorów typu AA?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 7 dotyczy do Załącznika 2C do PFU poz. 56 Ciśnieniomierz automatyczny

Czy Zamawiający oczekuje dostawy ciśnieniomierza automatycznego będącego wyrobem medycznego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje dostawy ciśnieniomierza automatycznego będącego wyrobem medycznego

Czy Zamawiający oczekuje dostawy ciśnieniomierza realizującego szybkie i wiarygodne pomiary w zaledwie 20s, dzięki technologii pomiaru już w trakcie pompowania mankietu?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostawy ciśnieniomierza realizującego szybkie i wiarygodne pomiary w zaledwie 20s, dzięki technologii pomiaru już w trakcie pompowania mankietu.

„Przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wyposażenie budynku nr 4 na potrzeby realizacji „Kompleksowego Programu Diagnostyki i Rehabilitacji poznawczo – leczniczej w zespole po-Covid-19” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

- sprawa nr 35/PN/2021/BK

Czy Zamawiający oczekuje dostawy ciśnieniomierza z obrotowym przewodem mankietu o 360° z szybkozłączką, gniazdem zatrzaskowym podłączenia przewodu umieszczonym w mankiecie?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje dostawy ciśnieniomierza z obrotowym przewodem mankietu o 360° z szybkozłączką, gniazdem zatrzaskowym podłączenia przewodu umieszczonym w mankiecie.

Czy Zamawiający oczekuje dostawy ciśnieniomierza z zakresem pomiaru ciśnienia skurczowego 50–260 mmHg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje dostawy ciśnieniomierza z zakresem pomiaru ciśnienia skurczowego 50–260 mmHg

Czy Zamawiający oczekuje dostawy ciśnieniomierza z zakresem pomiaru ciśnienia rozkurczowego 25–220 mmHg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje dostawy ciśnieniomierza z zakresem pomiaru ciśnienia rozkurczowego 25–220 mmHg

Pytanie nr 8 dotyczy do Załącznika 2C do PFU poz 109 Bieżnia elektryczna

Czy Zamawiający oczekuje dostawy bieżni elektrycznej będącej wyrobem medycznego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje dostawy bieżni elektrycznej będącej wyrobem medycznego.

Czy Zamawiający oczekuje spełnienia podanych parametrów jako minimalnych, i dopuszcza wyrób o parametrach wyższych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Czy Zamawiający dopuści bieżnię, dla której maksymalna waga pacjenta wynosi 225 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Czy Zamawiający dopuści bieżnię o wymiarach zewnętrznych 215x80x130 cm oraz pasa 150x50 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Czy Zamawiający wymaga bieżni z pasem ruchowym umieszczonym 17 cm od podłoża?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Czy Zamawiający dopuści bieżnię, której zakres prędkości wynosi od 0,5-20km/h?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Czy Zamawiający dopuści bieżnię o mocy silnika 1,8kW (1,36KM) spełniająca, nawet przewyższająca wszystkie wymagania funkcjonalne, a jednocześnie obniżająca pobór prądu o połowę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Czy Zamawiający dopuści bieżnię, w której pomiar pulsu jest realizowany przez pas piersiowy? Podczas treningu lub swobodnego biegu, użytkownik nie zawsze utrzymuje dłonie na poręczach co skutkuje brakiem odczytu. Ciągły pomiar pulsu i jego późniejszą prezentację na wyświetlaczu gwarantuje oferowany pas piersiowy.



„Przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wyposażenie budynku nr 4 na potrzeby realizacji „Kompleksowego Programu Diagnostyki i Rehabilitacji poznawczo – leczniczej w zespole po-Covid-19” w formule „zaprojektuj i wybuduj”
– sprawa nr 35/PN/2021/BK

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Czy Zamawiający wymaga wbudowanego portu komunikacji RS232 lub LAN do sterowania przez zewnętrzne systemy kardiologiczne bądź ergospirometryczne?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Czy Zamawiający dopuści bieżnię bez wbudowanych głośników?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Czy Zamawiający wymaga dodatkowego oprogramowania do sterowania bieżnią z komputera?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Czy Zamawiający wymaga bieżni z konsolą sterującą - 7 " wyświetlaczem dotykowym oraz możliwością programowania protokołów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Czy Zamawiający wymaga bieżni z pełnymi poręczami bocznymi na całej długości pasa?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Czy Zamawiający wymaga możliwości rozbudowy konsoli bieżni o funkcję pomiaru SpO2 oraz automatycznego pomiaru ciśnienia?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 9 dotyczy do Załącznika 2C do PFU poz. 110 Rower treningowy pionowy

Czy Zamawiający oczekuje dostawy roweru treningowego pionowego będącego wyrobem medycznego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje dostawy roweru treningowego pionowego będącego wyrobem medycznego.

Czy Zamawiający oczekuje spełnienia podanych parametrów jako minimalnych, i dopuszcza wyrób o parametrach wyższych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje spełnienia podanych parametrów jako minimalnych, i dopuszcza wyrób o parametrach wyższych.

Czy Zamawiający wymaga wbudowanego portu komunikacji RS232 lub LAN do sterowania przez zewnętrzne systemy kardiologiczne bądź ergospirometryczne?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Czy Zamawiający dopuści rower treningowy o stałej stabilnej podstawie bez kół transportowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści rower treningowy o ładowności/dopuszczalnej masie pacjenta do 180 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

„Przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wyposażenie budynku nr 4 na potrzeby realizacji „Kompleksowego Programu Diagnostyki i Rehabilitacji poznawczo – leczniczej w zespole po-Covid-19” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

– sprawa nr 35/PN/2021/BK

Czy Zamawiający dopuści rower treningowy w którym dokonywany jest pomiar całkowitej energii wydatkowanej przez badanego w wyniku jego ruchu zamiast pomiaru wartości tkanki tłuszczowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Czy Zamawiający dopuści rower treningowy z wbudowanym zasilaczem sieciowym 230V?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Czy Zamawiający wymaga roweru treningowego o parametrach obciążenia od 7W do 1000W?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Czy Zamawiający wymaga przyrostu obciążenia z krokiem 1W?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Czy Zamawiający wymaga sterowania obciążeniem w trybie: hiperbolicznym, liniowym, ze stałym momentem?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w załączniku 2C.

Czy Zamawiający wymaga programowalnej konsoli sterowania z ekranem dotykowym min. 7”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Czy Zamawiający wymaga dodatkowego oprogramowania do sterowania rowerem treningowym pionowym z poziomu komputera?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Czy Zamawiający wymaga możliwości bezstopniowej regulacji wysokości siodełka?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

Czy Zamawiający wymaga możliwości rozbudowy konsoli bieżni o funkcję pomiaru SpO2 oraz automatycznego pomiaru ciśnienia?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 10 dotyczy do Załącznika 2C do PFU poz. 111 Rower poziomy z oparciem

Czy Zamawiający oczekuje dostawy roweru poziomego z oparciem będącego wyrobem medycznego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje.

Czy Zamawiający oczekuje spełnienia podanych parametrów jako minimalnych, i dopuszcza wyrób o parametrach wyższych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje.

Czy Zamawiający dopuści rower poziomy, w którym użytkownik może dokonać wyboru określonego profilu odciążenia na podstawie wbudowanych protokołów treningowych z możliwością stworzenia własnego protokołu?

Odpowiedź: Zamawiający, dopuszcza ale nie wymaga.

„Przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wyposażenie budynku nr 4 na potrzeby realizacji „Kompleksowego Programu Diagnostyki i Rehabilitacji poznawczo – leczniczej w zespole po-Covid-19” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

– sprawa nr 35/PN/2021/BK

Czy Zamawiający wymaga wbudowanego portu komunikacji RS232 lub LAN do sterowania przez zewnętrzne systemy kardiologiczne bądź ergospirometryczne?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Czy Zamawiający dopuści ergometr którego wysokość wynosi 1490mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści ergometr, który dopuszcza wagę pacjentów do 300kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający wymaga dodatkowego oprogramowania do sterowania rowerem poziomym z komputera?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Czy Zamawiający wymaga roweru z konsolą sterującą - 7 " wyświetlaczem dotykowym oraz możliwością programowania protokołów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Czy Zamawiający wymaga roweru z regulacją odległości siedziska od pedałów za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego z konsoli dotykowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Czy Zamawiający wymaga możliwości rozbudowy konsoli bieżni o funkcję pomiaru SpO2 oraz automatycznego pomiaru ciśnienia?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 11 dotyczy do Załącznika 2C do PFU poz. 117 Cykloergonometr

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia do systemu ergospirometrycznego dodatkowego cykloergometru bądź bieżni do realizacji zadawanych obciążeń?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia ergospirometru z cyfrową turbiną spirometryczną o niskich oporach < 0,1kPa/l/s przy przepływie 15l/s do pomiarów przepływu i objętości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia ergospirometru wyposażonego w automatyczną stację do kalibracji objętości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia ergospirometru wyposażonego w nowoczesny analizator O2 z czujnikiem elektrochemicznym o czas narastania analizatora O2 (T10-90) < 78 ms?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia ergospirometru z możliwością wymiany analizatora tlenu przez użytkownika, bez konieczności korzystania ze specjalistycznych narzędzi?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

„Przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wyposażenie budynku nr 4 na potrzeby realizacji „Kompleksowego Programu Diagnostyki i Rehabilitacji poznawczo – leczniczej w zespole po-Covid-19” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

- sprawa nr 35/PN/2021/BK

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia ergospirometru wyposażonego w nowoczesny analizator CO₂ wykorzystujący zjawisko absorpcji podczerwieni o czas narastania analizatora O₂ (T10-90) < 78 ms?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia ergospirometru wyposażonego w zaawansowany algorytm interpretacji testu spiroergometrycznego według Eschenbachera i Mannina?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia ergospirometru umożliwiającego wybór protokołu obciążenia dla pacjenta na podstawie jego wartości należnych, zmierzonych wartości spirometrycznych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia systemu ergospirometrycznego wyposażonego w cyfrowy bezprzewodowy moduł akwizycji 12 kanałowego sygnału EKG?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

Czy Zamawiający wymaga aby moduł EKG wyposażony był w przyciski funkcyjne do wydruków AUTO i rytmu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Czy Zamawiający wymaga aparatu o wysokiej częstotliwości próbkowania min. 40 000 próbek/s/kanał?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

Czy Zamawiający wymaga systemu z możliwością wykonywania badań wysiłkowych bez udziału ergospirometru?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Czy Zamawiający wymaga systemu prezentującego wykres słupkowy - histogram zmian odcinka ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach EKG wraz z informacją odniesienia z początku badania oznaczoną innym kolorem?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 12

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 31.01.2022r. wraz z dostarczeniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz prawomocnego pozwolenia na użytkowanie bądź zawiadomienia o zakończeniu robót. Jako Wykonawca z wieloletnim doświadczeniem jesteśmy w stanie stwierdzić, iż wymagany termin realizacji inwestycji jest niemożliwy do spełnienia przez wszystkich Wykonawców, a co za tym idzie każdy Wykonawca chcący złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu naraża się z góry na naliczenie przez Zamawiającego kar umownych. Poniższy harmonogram prac wyraźnie pokazuje, iż przyjęty termin jest nierealny:

TERMIN SKŁADANIA OFERT – 25.10.2021 (ZWIĄZANIE OFERTĄ DO 23.11.2021)

SZACOWANY TERMIN PODPISANIA UMOWY – 15.11.2021

PRACE PROJEKTOWE – 1 DZIEŃ



„Przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wyposażenie budynku nr 4 na potrzeby realizacji „Kompleksowego Programu Diagnostyki i Rehabilitacji poznawczo – leczniczej w zespole po-Covid-19” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

– sprawa nr 35/PN/2021/BK

USTAWOWY CZAS OCZEKIWANIA NA POZWOLENIE NA BUDOWĘ – 65 DNI

USTAWOWY CZAS NA UPRAWOMOCNIENIE DECYZJI – 21 DNI

ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZECIU ROBÓD BUDOWLANYCH – 7 DNI

WYKONANIE ROBÓ BUDOWLANYCH – 1 DZIEŃ

ODBIÓR BUDYNKU PRZEZ PSP I SANEPID – 14 DNI

KONTROLA PINB – 21 DNI

Przy założeniu, że umowa zostanie podpisana 15.11.2021r. Wykonawca będzie musiał wykonać zadanie zgodnie z umową w terminie 77 dni by nie narazić się na negatywne konsekwencje.

Przedstawiony powyżej harmonogram wyraźnie wykazuje, iż same procedury administracyjne, których czas jest z góry określono ustawowo, trwają dłużej niż 77 dni tj.128 dni. Wykonawca przedstawiając w/w harmonogram założył po 1 dniu na prace projektowe i prace budowlane, co jest oczywiście terminem abstrakcyjnym, ale tym samym pokazuje, iż w terminie 31.01.2022 niemożliwe jest wykonanie zamówienia zgodnie z prawem i sztuką budowlaną.

Wobec powyższego czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu końcowego wynikającego z terminów urzędowych i technologicznych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga prawnego pozwolenia na użytkowanie bądź zawiadomienia o zakończeniu robót. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ oraz załącznika nr 3 SWZ w następujący sposób:

BYŁO:

V.TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKRES RĘKOJMI I GWARANCJI

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: **do 31 stycznia 2022 r.** (wraz z dostarczeniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz prawomocnego pozwolenia na użytkowanie bądź zawiadomienia o zakończeniu robót – jeśli wymagane).

JEST:

V.TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKRES RĘKOJMI I GWARANCJI

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: **do 31 stycznia 2022 r.** (wraz z dostarczeniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej).

BYŁO:

XVII. SPOSÓB OBLICZANIA CENY

1. **W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z uwzględnienie ryzyka Wykonawcy, między innymi:**

- wykonania projektów wykonawczych i powykonawczych i innej dokumentacji technicznej zgodnie z wymogami prawa budowlanego i przepisów wykonawczych oraz z uwzględnieniem rozwiązań zapewniających prawidłową realizację i kontrolę robót w oparciu o tą dokumentację - ze wszelkimi uzgodnieniami, decyzjami, opiniami wraz z informacją bioz pozwalającymi na uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia przez Wykonawcę w imieniu

„Przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wyposażenie budynku nr 4 na potrzeby realizacji „Kompleksowego Programu Diagnostyki i Rehabilitacji poznawczo – leczniczej w zespole po-Covid-19” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

– sprawa nr 35/PN/2021/BK

Zamawiającego, wykonania specyfikacji technicznych warunków wykonania i odbioru robót,

- opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia,
- opracowaniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykonania wszelkich prac i robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
- wykonania wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych w tym zagospodarowania i później likwidacji zaplecza budowy, wraz z kosztami podłączenia i likwidacji oraz użytkowania mediów,
- wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z opracowaniem zestawienia kosztów poszczególnych elementów zamontowanych instalacji wg wskazań zamawiającego,
- związane z odbiorami robót budowlanych, w tym koszty ekspertyz, badań, decyzji czy opinii wymaganych przez przepisy prawa w zakresie odbiorów,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (z uwzględnieniem stanu wynikającego z wykonanych robót budowlanych) po zakończeniu realizacji robót,
- wszystkich kosztów - odszkodowań z tytułu pełnej odpowiedzialności za dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami w tym za szkody w majątku osób trzecich, ograniczenie praw osób trzecich z tytułu prowadzenia robót itp.,
- wszystkich kosztów - odszkodowań z tytułu pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami w tym także ruchem pojazdów oraz koszty innych czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia,
- koszty dokonywania przeglądów serwisowych w okresie gwarancji, a także wszelkie inne wynikające z dokumentacji postępowania

JEST:

XVII. SPOSÓB OBLICZANIA CENY

2. W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z uwzględnienie ryzyka Wykonawcy, między innymi:

- wykonania projektów powykonawczych i innej dokumentacji technicznej zgodnie z wymogami prawa budowlanego i przepisów wykonawczych oraz z uwzględnieniem rozwiązań zapewniających prawidłową realizację i kontrolę robót w oparciu o tą dokumentację.
- technicznych warunków wykonania i odbioru robót,
- opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia,

„Przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wyposażenie budynku nr 4 na potrzeby realizacji „Kompleksowego Programu Diagnostyki i Rehabilitacji poznawczo – leczniczej w zespole po-Covid-19” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

– sprawa nr 35/PN/2021/BK

- opracowaniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 - wykonania wszelkich prac i robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
 - wykonania wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych w tym zagospodarowania i później likwidacji zaplecza budowy, wraz z kosztami podłączenia i likwidacji oraz użytkowania mediów,
 - wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z opracowaniem zestawienia kosztów poszczególnych elementów zamontowanych instalacji wg wskazań zamawiającego,
 - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (z uwzględnieniem stanu wynikającego z wykonanych robót budowlanych) po zakończeniu realizacji robót,
 - wszystkich kosztów - odszkodowań z tytułu pełnej odpowiedzialności za dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami w tym za szkody w majątku osób trzecich, ograniczenie praw osób trzecich z tytułu prowadzenia robót itp.,
 - wszystkich kosztów - odszkodowań z tytułu pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami w tym także ruchem pojazdów oraz koszty innych czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia,
 - koszty dokonywania przeglądów serwisowych w okresie gwarancji, a także wszelkie inne wynikające z dokumentacji postępowania
3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena podana słownie.
 5. Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to Wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. - Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.
 6. W okolicznościach o których mowa w ust. 5 Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.



„Przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wyposażenie budynku nr 4 na potrzeby realizacji „Kompleksowego Programu Diagnostyki i Rehabilitacji poznawczo – leczniczej w zespole po-Covid-19” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

– sprawa nr 35/PN/2021/BK

W związku z odpowiedziami Zamawiający zmienia **termin składania ofert** z dnia 25 października 2021 roku godz. 10:00 na **dzień 26 października 2021 roku na godz. 10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 października 2021 roku o godz. 10:30.

Zamawiający w związku ze zmianą terminu składania ofert dokonuje modyfikacji w SWZ,

BYŁO:

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **23 listopada 2021 r.**

JEST:

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **24 listopada 2021 r.**

BYŁO:

XIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem : <https://platformazakupowa.pl/pn/spartanska> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **25 października 2021r. do godziny 10:00**

JEST:

XIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem : <https://platformazakupowa.pl/pn/spartanska> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **26 października 2021r. do godziny 10:00**

BYŁO:

XIV. TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **25 października 2021r. o godzinie 10:30**

JEST:

XIV. TERMIN OTWARCIA OFERT



„Przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wyposażenie budynku nr 4 na potrzeby realizacji „Kompleksowego Programu Diagnostyki i Rehabilitacji poznawczo – leczniczej w zespole po-Covid-19” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

- sprawa nr 35/PN/2021/BK

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **26 października 2021r. o godzinie 10:30**

BYŁO:

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium do dnia **25 października 2021 roku do godz. 10:00** w wysokości: – **73 000,00 zł** (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych, groszy 00/100),


JEST:

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

2. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium do dnia **26 października 2021 roku do godz. 10:00** w wysokości: – **73 000,00 zł** (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych, groszy 00/100),

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są integralną częścią SWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia przekazania.

Sporządził: Bogumiła Kalinowska

GLÓWNY SPECJALISTA ds. ZAWIĄZANI PUBLICZNYCH
Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji, Warszawa

Bogumiła Kalinowska

