

SPECYFIKACJA TECHNICZNA**Głowica przezprzelykowa do aparatu UKG – 1 sztuka**

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I. INFORMACJE OGÓLNE			
1.	Głowica przezprzelykowa fabrycznie nowa, nie używana, nierekondycjonowana	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Typ/model oferowanej głowicy	podać	
4.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
5.	Głowica przezprzelykowa do aparatu USG produkcji GE Helathcare typ Vivid T9 nr seryjny 6162025WX0 z roku produkcji 2022 posiadanego przez Zamawiającego	TAK	
6.	Dożywnie uaktywnienie opcji oprogramowania w/w aparacie USG umożliwiającej obsługę i badanie za pomocą zaoferowanej głowicy przezprzelykowej	TAK podać	
7.	Okres gwarancji: minimum 24 miesiące - parametr punktowany	TAK podać	
II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE			
1.	Głowica sektorowa do badań przezprzelykowych dla osób dorosłych	TAK	
2.	Zakres częstotliwości 3,0 - 8,0 MHz	TAK	
3.	Płaszczyzna obrazowa minimum 90°	TAK podać	
4.	Głębokość obrazowania minimum 30 cm	TAK podać	
5.	Tryby pracy i obrazowania głowicy: - obrazowanie 2D - Doppler kolorowy CD i CPA - Doppler pulsacyjny PW - Doppler fali ciągłej CW - Doppler tkankowy TDI - Doppler z wysoką częstotliwością powtarzania impulsu High – PRF - obrazowanie harmoniczne, XRES, LVO - TVI - Tissue tracking - TSI	TAK	
III. WYPOSAŻENIE			
6.	Dedykowana wanienska do wyżej opisanej głowicy przeznaczona do dezynfekcji	TAK	
7.	Futerał lub walizka przeznaczona do przechowywania głowicy	TAK	
8.	Ośłona na końcówkę czynną głowicy do przechowywania głowicy	TAK	
IV. DOKUMENTACJA			
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcja oryginalna w języku angielski wraz z instrukcją mycia i dezynfekcji głowicy oraz wykazem środków dezynfekcyjnych – dostarczyć wraz z głowicą	TAK	

2.	Protokół z informacjami zawierającymi datę zainstalowania głowicy i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.	TAK	
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)