



Goczałkowice - Zdrój dn. 19.10.2023r.

ZP.382.26.2023.3.AW

ZD/ 2652 /2023

**dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego ( mebli medycznych) dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice -Zdrój Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju (znak sprawy: ZP.382.26.2023)**

Uprzejmie informujemy, iż wpłynęły zapytania do SWZ na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

### **ZAPYTANIE NR 1**

PAKIET NR 3 – STOLIK PRZYŁÓŻKOWY

1. Czy Zamawiający w pkt. 1, 2 i 3 dopuści odpowiednio szafkę o wymiarach: szerokość × wysokość × głębokość 597 × 870 × 487 mm co niewiele różni się od opisanych parametrów ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Ze względu na ograniczone miejsce w salach chorych Zamawiający nie dopuszcza szerszego stolika.

2. Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści blat boczny o wymiarach 345 x 530 mm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający dopuści również blat boczny 345x530 mm.

3. Czy Zamawiający w pkt. 8 dopuści szufladę wysuwaną na prowadnicy suwnej ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak. Zamawiający dopuści również w pkt 8 szufladę wysuwaną na prowadnicy suwnej.

4. Czy Zamawiający w pkt. 8 dopuści drzwiczki dolne ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający dopuści również w pkt 8 drzwiczki dolne.

### **ZAPYTANIE NR 2**

Dotyczy postępowania znak ZP.382.26.2023 – pakiet/zadanie 2 łóżko bariatryczne

Dotyczy parametrów podstawowych:

Pytanie 1 dotyczy punkt 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko bariatryczne, którego regulacja wysokości leża wynosi 480-880mm?



UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-230 Goczałkowice-Zdrój ● ul. Uzdrowska 54 ● woj. śląskie

● Sekretariat: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 ● www.gozdroj.pl ● e-mail: sekretariat@gozdroj.pl

● Centrala telefoniczna.: (32)449 20 00



**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający dopuści również łóżko bariatryczne, którego regulacja wysokości leża wynosi 480-880mm.

Pytanie 2 dotyczy punkt 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko bariatryczne, którego regulacja segmentu oparcia pleców wynosi 0-60 stopni?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający dopuści również łóżko bariatryczne, którego regulacja segmentu oparcia pleców wynosi 0-60 stopni

Pytanie 3 dotyczy punkt 6

Czy Zamawiający dopuści łóżko bariatryczne, którego regulacja segmentu oparcia uda wynosi 0-30 stopni?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający dopuści również łóżko bariatryczne, którego regulacja segmentu oparcia uda wynosi 0-30 stopni

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone łóżko było wyposażone w wagę?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie Zamawiający nie wymaga ale dopuści łóżko bariatryczne wyposażone w wagę.

Dotyczy warunków umowy:

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy o 2 tygodnie?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie.

Z poważaniem

Prezes Zarządu  
Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.  
Jarosław Wieszolek



UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-230 Goczałkowice-Zdrój • ul. Uzdrowska 54 • woj. śląskie

• Sekretariat: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 • www.gozdroj.pl • e-mail: sekretariat@gozdroj.pl

• Centrala telefoniczna.: (32)449 20 00

NIP 6381811134 • Regon 000291888 • Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS  
Kapitał Zakładowy: 43.188.000,00 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0136 6839