



Znak: AE/ZP-27-69/20

Tarnów, 2020-10-13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 EURO na dostawę aparatu EKG z wydrukiem badania na formacie A4 3 sztuki oraz aparatów EKG 4 sztuki.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1 pkt. 7** - Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG z akumulatorem umożliwiającym pracę aparatu po odłączeniu od zasilania do 90 minut, bez wbudowanej ładowarki?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1 pkt. 8** - Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG z możliwością ciągłej rejestracji EKG do 90 min na w pełni naładowanym akumulatorze?
3. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1 pkt. 27** - Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG z kolorowym wyświetlaczem LCD o wymiarach 5,7" i z panelem dotykowym?
4. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 7** - Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG z akumulatorem umożliwiającym pracę aparatu po odłączeniu od zasilania do 90 minut, bez wbudowanej ładowarki?
5. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 8** - Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG o wydajności akumulatora do 90 min? Określenie wykonania 100 badań w trybie pracy akumulatorowej jest uwarunkowane wieloma czynnikami, takimi jak szybkość wykonywania badań, czy też np. czasu poświęconego na przygotowanie pacjenta do badania oraz samej długości drukowanego sygnału.
6. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 27** - Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG z kolorowym wyświetlaczem LCD o wymiarach 5,7" i z panelem dotykowym?
7. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 10** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o szerokości papieru 100 mm?
8. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 12** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o czułości 5, 10 oraz 20 mm/mV?
9. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 27** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o ekranie graficznym o wielkości 4,3" i rozdzielczości 800x480?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.2

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.3

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.4

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.5

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.6

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.7

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.8

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie aparatu EKG o czułości 5, 10 oraz 20 mm/mV.

Ad.9

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma Zamawiającego
3. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek