

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego



Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70,

www.szpitalmswia.poznan.pl
zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl

Poznań, dnia 28.10.2024 roku

ZP/p/33/2024

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych II”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ nr 4

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi wyjaśnieniami.

Zestaw pytań nr 26

Część 2


Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści ortopedyczny zestaw do odsysania o parametrach:

Końcówka:

- wyposażona w filtr z perforacją krzyżową służący do zbioru odłamków kostnych, fragmentów kostnych, skrzepów, szpiku, cementu kostnego itp.
- filtr jest łatwy i wygodny do wymiany w przypadku wypełnienia lub zablokowania ssania
- całkowicie transparentna końcówka z pełną możliwością obserwacji odsysanej wydzieliny i odłamków kostnych
- lekka i idealnie wyważona rączka o ergonomicznym kształcie z antypoślizgową powierzchnią chwytłą zapewnia wysoki komfort pracy i ogranicza zmęczenie dłoni
- idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna zapobiega blokowaniu lub zaleganiu odsysanej treści, zapewniając prawidłowy i optymalny przepływ
- ergonomicznie ukształtowana końcówka ssąca z pojedynczym załamaniem krzywizny
- rozmiar CH 25 – 5,70 mm/8,10 mm (śr. wewn. / śr. zewn.)
- długość końcówki ssącej (kaniuli) 23 cm
- posiada 2 otwory boczne zapobiegające przysysaniu się końcówki do tkanek
- wymiary filtra:
 - 16 mm/19 mm (śr. wewn. / śr. zewn.)
 - długość 12,3 cm
- uniwersalny schodkowy łącznik zapewnia wygodne i szczelne połączenie z szeroką gamą drenów łączących

Dren:

- dren wykonany z medycznego, elastycznego PCV zapewniającego użytkownikowi wygodną manipulację
- wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu nawet przy stosowaniu wysokich ciśnień
- idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna drenu zapobiega osadzaniu się odsysanej wydzieliny na ściankach, zapewniając prawidłowy i optymalny przepływ
- zakończenia drenu dostosowane do standardowych końcówek do odsysania, umożliwiając ich pewne, skuteczne i szczelne połączenia
- długość drenu 250 cm
- rozmiar CH 30 – 6,40 mm/10,10 mm (śr. wewn. / śr. zewn.)
- zakończenie lejek-lejek wyposażone w specjalny system zagięciowy, umożliwiający wygodną manipulację drenem i końcówką ssącą



Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu.

Część 4

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z drenem i długości 210cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Część 4

Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania CH 24 z czterema otworami bocznymi?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu.

Część 6

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice neoprenowe z warstwą polimeru od wewnątrz i od zewnątrz rękawicy?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu.

Część 6

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice z mankietem rolowanym bez dodatkowych wzmocnień?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu.

Część 7

Pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy o objętości wypełnienia 0,09 ml, przepływem 350ml/min, odpornością na 2 bary?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu.

Część 7

Pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 762cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Część 12

Pozycja 1-3 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne o parametrach

Wykonana z elastycznego PVC
Znacznik RTG na całej długości rurki
Wyposażona w boczny otwór Murphy'ego
Skalowanie co 1 cm
Podwójny znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki
Wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający
Informacja o rozmiarze rurki w czterech miejscach (na łączniku, baloniku kontrolnym oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki)
Odlączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm
Balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru
Nie zawiera lateksu
Jednorazowa
Sterylizowana tlenkiem etylenu
Pakowanie: 1 sztuka/papier-folia



Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu.

Część 12

Pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe wykonane z polietylenu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu.

Część 12

Pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych dla dorosłych o długości 310 mm lub 390 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza długość minimum 340mm.

Część 12

Pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych dla dzieci o długości 310 mm lub 390 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza długość 310mm.

Część 20

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści stapler skórny o parametrach

łatwość stosowania

anatomiczny kształt ułatwia operowanie staplerem

zszywanie ran staplerem pomaga zapobiegać zakażeniom krzyżowym

dzięki nowej strukturze i bezpieczeństwu aplikacji stapler skórny znacząco przyspiesza procedurę szycia rany

podczas operacji, powoduje niewielką reakcję histologiczną

usuwanie zszywek rozszywaczem jest bezbolesne

materiał rękojeści sztaplera- kompilacja ABSu i PVC

sterylizowany tlenkiem etylenu

termin przydatności do użycia 3 lata

Materiał zszywki	Stal nierdzewna klasy medycznej
Średnica zszywki	Ø0,6
Wymiary zszywki po założeniu	7,2x4,9mm (szer/wys)
Siła zrywu zszywki	≤4N
Ilość zszywek	35szt

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu.

Część 25

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo wzmocnioną chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu.

Część 25

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyne wykonaną z tkaniny kraton 88 µm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu.

Część 25

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyne o wymiarach 30 cm x 60 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu.

Część 25

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną o wymiarach 200cm x 260cm z wycięciem „U” o wymiarach 8cm x 85cm oraz z dwoma zintegrowanymi organizatorami przewodów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu.

Część 25

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną o wymiarach 150cm x 180cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu.

Część 25

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści 4 ręczniki chłonne o wymiarach 30cm x 30cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu.

Część 25

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę do chirurgii barku wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m².

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu.

Część 25

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z wytrzymałością na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O.?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu.

Część 25

Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8 cm x 85 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wzmocnienie o wymiarze 50cm x 80cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu.

Zestaw pytań nr 27

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w części 8 postępowania możliwości ofertowania każdej pozycji osobno lub utworzenie z pakietu 8 osobnych części. Takie działania zdecydowanie zwiększą ilość ofert złożonych dla pakietu, co znacząco wpłynie na ceny ofert i przyniesie oszczędności Zamawiającemu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany sposób złożenia oferty. Zamawiający dokonał modyfikacji Części 8.

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie opisu asortymentu i podanie informacji na temat urządzenia, dla którego strzykawki i Y adaptery ujęte zostały w pozycjach 3 i 4 w części 8 postępowania.

Odpowiedź Zamawiającego: Produkty we wskazanych pozycjach nie są stosowane w połączeniu z innym urządzeniem.

3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do ofertowania w części 8 poz. 2 postępowania wężyków wykonanych z przezroczystego polichlorku winylu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu.

4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do ofertowania w części 8 poz. 2 postępowania wężyków o długości 100cm.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu.

5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do ofertowania w części 8 poz. 2 postępowania wężyków niezbrojonych długości 150cm.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną długość produktu

Pakiet 1

Poz 1.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rozwiązania o poniższych parametrach: Strzykawką 3-częściową, o szczelnej konstrukcji, z konektorem umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiołki w systemie zamkniętym. Konektor działa w systemie zamkniętym, gwarantując suche połączenie dzięki elastomerowym membranom. Konektor bez możliwości rozłączenia od strzykawki, po akustycznym potwierdzeniu połączenia, jednocześnie umożliwia obrót strzykawki wokół własnej osi. System nie zawiera lateksu, DEHP oraz BPA. Konektor bezigłowy, pozwalający na wysoki przepływ. Strzykawka z konektorem nie wymaga dodatkowego korka zabezpieczającego. Strzykawka dostępna w rozmiarach: 1ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml i 60ml. Konektor jest częścią systemu zamkniętego, z kodem ONB nadanym przez FDA.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu.

Poz 2.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania renomowanej firmy Icu Medical, o poniższych parametrach: adapter pasujący do powszechnie wykorzystywanych fiołek o średnicy 13mm, 20mm lub 28mm, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Adapter zapewniający bezpieczny i wolny od zanieczyszczeń sposób dostępu do fiołki. Centralne nakłucie wymuszane przez boczne stabilizatory, adapter nie zawiera DEHP, lateksu. Adapter wyposażony w system sygnalizacji akustycznej potwierdzający poprawne połączenie z nakładką na strzykawkę, posiadający specjalny kołek wzdużnie ścięty do połowy swojej długości umożliwiający maksymalne pobranie leku z fiołki. Adapter we współpracy ze strzykawką zapewnia wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiołki. Przyrząd jest elementem systemu zamkniętego, posiadającego kod ONB nadany przez FDA, posiada rozszerzającą się komorę o objętości maksymalnie 100ml, pochłaniającą toksyczne aerozole i opary.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu.

Poz 3.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie adaptera luer-lock pozwalającego zmienić standardowy port typu żeńskiego w element systemu zamkniętego, działający w systemie podwójnych elastomerowych membran.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu.

Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia dostępowego do worka działającego w systemie elastomerowych membran gwarantujących suche połączenie, posiadający kod ONB nadany przez FDA.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu.

Pakiet 2 pyt 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Zestawu do odsysania pola operacyjnego, dren o dł. 3,5 m zakończony złączami żeńskimi, rękojeść z filtrem, 1 końcówka zagięta o dł. 15 cm, 1 końcówka zagięta o dł. 23 cm oraz 1 końcówka prosta o dł. 28 cm, w zestawie dodatkowy filtr. Zestaw sterylny podwójnie pakowany wew. worek foliowy, zew. papier - folia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt i dokonuje modyfikacji Części 2.

Pakiet 4

pyt.1. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie pakietu w postaci:

L.p.	Asortyment	j.m.	Ilość
1	2	3	4
1	Zestaw do odsysania pola operacyjnego składający się z Końcówki do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer, z ergonomicznym, antypoślizgowym uchwytem zapewniającym wygodną obsługę podczas długich zabiegów, bez kontroli odsysania, o średnicy 24CH, długość 253 mm, posiadająca 4 otwory odbarczające, przezroczysta, pakowana podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim oraz pakowanego osobno drenu, sterylnego, śr. wew 6 mm, długość 3 m, o antypoślizgowej powierzchni, wzmocniony na zewnątrz aby zapobiec	Szt.	3840

	zapadaniu się drenu, dren zakończony żebrowanymi złączami żeńskimi i wstępnie przymocowanym łącznikiem o długości 4,8-5 cm, pakowany podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim		
2	Końcówka do masywnego odsysania pola operacyjnego bez kontroli siły ssania, pojedynczo zagięta, lekki i wyważony uchwyt zapewnia wysoki komfort pracy i ogranicza zmęczenie dłoni, biała końcówka zapewnia dobrą widoczność w polu operacyjnym, wykonana z PVC bez ftalanów, końcówka o średnicy 8 - 8,1 mm / 10 - 10,2 mm (wew. /zew.), o dł. całkowitej 25 cm, połączona z drenem o dł. 1,9 - 2 m. Połączenie między końcówką a drenem jest zaprojektowane tak, aby zapobiec blokowaniu się. Podwójnie opakowane wew. worek foliowy, zewn. papier - folia.	Szt.	80

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza produkt zaproponowany do poz. 1. Zamawiający nie dopuszcza produktu zaproponowanego do poz. 2.

Pakiet 4 Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do odsysania składający się z końcówki do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer, bez kontroli odsysania, o średnicy 28CH, długość 270 mm, posiadająca 4 otwory odbarczające, przezroczysta, pakowana podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim oraz pakowanego osobno drenu, sterylnego, śr. wew 7 mm, długość 3 m, o antypoślizgowej powierzchni, wzmocniony na zewnątrz aby zapobiec zapadaniu się drenu, dren zakończony żebrowanymi złączami żeńskimi i wstępnie przymocowanym łącznikiem o długości 4,8-5 cm, pakowany podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu.

Część 7:

Poz.3 : Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zgłębników żołądkowych wykończonych z wysokiej jakości medycznego PCV w rozmiarach zgodnych z zapisami swz.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę materiału.

Zestaw pytań nr 29

- 1) Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 18 poz. 1 igłę do aspiracji szpiku kostnego z regulacją w zakresie 35-55/70/100 mm. Pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

- 2) Prosimy o wyjaśnienie, czy w części nr 18 poz. 3 Zamawiający oczekuje igły półautomatycznej, czy igły współpracującej z aparatem biopsyjnym Palium oraz Magnum (które są na wyposażeniu Szpitala)

Odpowiedź Zamawiającego W związku z zadaniem pytaniem Zamawiający zmodyfikował Część nr 18.

Zestaw pytań nr 30

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 23 poz. 1 przewodników 0,018 do CTO, o następujących parametrach:
 - kształt końcówki przewodnika prosta, pre-shape
 - sztywność końcówki 3.0 g, 4.0g, 7.5g, 12.0g, 30.0g
 - końcówka cieniująca na długości 4 cm, 4.5 cm, 11cm, 15 cm?
 Pozostałe parametry bez zmian.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 23 poz. 2 przewodników 0,014 do CTO, o następujących parametrach:
 - kształt końcówki przewodnika prosta, pre-shape
 - sztywność końcówki 3,0g, 12,0g, 20,0g, 40,0g
 - końcówka cieniująca na długości 3 cm, 5 cm, 17 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w części nr 23 poz. 3 cewników diagnostycznych z markerem, o następujących typach ukształtowania cewnika: Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; Pigtail Flush; Modified Hook Flush, Headhunter 1; Newton 2,4; Bentson 2; Mani; Vertebral; Modified Cerebral; Berenstein; MW2; Osborn 1; Simmons (1; 2); Modified Simmons; Multipurpose A1; Cobra (1; 2); Hook (0,8; 1,0); Renal Double Curve; Reuter; Mikaelsson; KA2; Modified Hook (2; 3); Straight Selective; RIM; RBI; UAC? Pozostałe parametry bez zmian.
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w części nr 23 poz. 4 cewników hydrofilnych obwodowych o następujących parametrach:
- cewniki zbrojone stalowym oplotem
 - średnica cewnika 4 i 5F
 - pokrycie części dystalnej warstwą hydrofilną na długości 25 cm lub 40 cm
 - długość cewników 40 cm, 65 cm, 100 cm, 125 cm
 - kształty (krzywizny) cewnika: Bentson (1; 2); Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter 1; KA 2; Mani; Multipurpose A1; RBI; Simmons (1; 2); Straight Selective; Vertebral?
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w części nr 23 poz. 5 stentów nitinolowych do zaopatrywania naczyń obwodowych 0,035, samorozprężalnych, wycinanych laserowo o dostępnych długościach systemu wprowadzającego 85 cm oraz 135 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego W związku z zadaniem Zamawiający zmodyfikował Część nr 23.

Zestaw pytań nr 31

Część nr 17, poz. 4, 11

Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie szwu chirurgicznego z nitką o długości 75cm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu dla poz. 4, dopuszcza dla poz. 11.

Część nr 17, poz. 4

Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie igły chirurgicznej, nowszej generacji odwrótnie tnącej dwuwklęsłej kosmetycznej o dł. 26mm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu

Część nr 17, poz. 8

Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie szwu chirurgicznego z nitką o długości 75cm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Część nr 17, poz. 8, 9

Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie igły chirurgicznej nowszej generacji odwrótnie tnącej dwuwklęsłej kosmetycznej. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu

Część nr 17, poz. 11

Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie barwionego szwu chirurgicznego zwiększającego widoczność w polu operacyjnym. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Część nr 17, Poz. 14

Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie igły chirurgicznej wzmocnionej. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu

Część nr 17, Poz. 15-19

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie opakowania zbiorczego zawierającego 12 saszetek. Pozwoli to na dokładniejsze dostosowanie zamówień do aktualnych potrzeb Zamawiającego. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Część nr 17, Poz. 16

W związku iż Zamawiający nie określił w przedmiocie zamówienia wymaganej długości oraz rodzaju igły, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie igły chirurgicznej okrągłej o długości 40mm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji Części 17

Część nr 17, Poz. 17

W związku iż Zamawiający nie określił w przedmiocie zamówienia wymaganego rodzaju igły, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie igły chirurgicznej okrągłej z krótkim tnącym końcem. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Część nr 17, Poz. 18

W związku iż Zamawiający nie określił w przedmiocie zamówienia wymaganego rodzaju igły, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie igły chirurgicznej okrągłej. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Część nr 17, Poz. 18

W związku iż Zamawiający nie określił w przedmiocie zamówienia wymaganej długości oraz rodzaju igły, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie igły chirurgicznej okrągłej o długości 26mm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Część nr 20, Poz. 1

W związku iż Zamawiający nie określił w przedmiocie zamówienia wymaganej ilości zszywek w ładunku do staplera skórniego, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie ładunku zawierającego 35 zszywek.. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji Części 20

Część nr 20, Poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z zestawem do usuwania zszywek skórnych w skład, którego wchodzi: 1 Jednorazowe narzędzie do wyjmowania zszywek 125 mm wykonane z wysokiej jakości polimeru, 1 pęseta 13cm wykonana z wzmocnionego polipropylenu , 2 kompresy włókninowe 7,5 x 7,5 cm, 2 tufery włókninowe o śr. 60 mm i 1 serweta dwuwarstwowa wykonana z celulozy i PE 50 x 50 cm (owinięcie zestawu). Opakowanie zawiera 1 zestaw.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Część nr 27, Poz. 1-32

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie opakowania zbiorczego zawierającego 12 saszetek. Pozwoli to na dokładniejsze dostosowanie zamówień do aktualnych potrzeb Zamawiającego. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Część nr 27, Poz. 1-32

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie równoważnego szwu, syntetycznego, plecionego z kopolimeru 90% glikolidu i 10% l-laktydu (glikolid i l-laktyd 90/10), powlekanego kopolimerem Poliglaktyny 370 (30% glikolidu i 70% laktydu) oraz stearynianem wapnia. Okres wchłaniania 60-70 dni, podtrzymanie tkankowe: 75% po 14 dniach, 49% po 21 dniach, 27% po 28 dniach.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu

Część nr 27, Poz. 2, 5

Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie szwu chirurgicznego z nitką o długości 75cm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu

Część nr 27, Poz. 2

Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie igły chirurgicznej wzmocnionej. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Część nr 27, Poz. 5

Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie igły chirurgicznej odpornej na trudne warunki operacyjne bez określenia „wzmocniona”. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu

Część nr 27, Poz. 5

Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie szwu chirurgicznego z igłą o dł. 40mm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu

Część nr 27, Poz. 13, 15

Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie szwu chirurgicznego z nitką o długości 75cm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Część nr 27, Poz. 15

Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie szwu chirurgicznego z nitką o grubości USP 2/0. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu

Część nr 27, Poz. 16

Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie szwu chirurgicznego z igłą okrągłą bez możliwości odłączenia. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu

Część nr 27, Poz. 20

Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie szwu chirurgicznego z nitką o długości 45cm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu

Część nr 27, Poz. 23 Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie szwu chirurgicznego z igłą okrągłą z krótkim końcem tnącym o długości 30mm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu

Część nr 27, Poz. 24

Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie igły chirurgicznej odpornej na trudne warunki operacyjne bez określenia „wzmocniona”. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu

Część nr 27, Poz. 24

Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie szwu chirurgicznego z nitką o długości 75cm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Część nr 27, Poz. 24

Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie szwu chirurgicznego z igłą wzmocnioną typu „J” okrągłą z krótkim tnącym końcem o długości 30mm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu

Część nr 27, Poz. 27, 30

Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie szwu chirurgicznego (podwiązki) o długości 150cm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Część nr 17, Poz. 3 oraz Część 27, Poz. 9

W związku z wymogiem zaferowania grubości nici USP (United States Pharmacopeia) 1/0 która nie istnieje w oficjalnych zaleceniach amerykańskiej farmakopei będąca zbiorem standardów dotyczących leków, składników farmaceutycznych oraz urzędzeń medycznych, zwracamy się prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający miał na myśli grubość nici USP 0, biorąc pod uwagę, iż wg. przyjętego standardu rynkowego używa się grubości nici 0 oraz 1/0 zamiennie ?

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający potwierdza, że zapis 0 oraz 1/0 są zamiennie.

Zestaw pytań nr 32

DOTYCZY PAKIETU 24 POZYCJI 1

1. Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaferowanie worka Endobag o pojemności 1150 – 1500 ml?

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie worka Endobag o pojemności 250-300 ml?

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu

DOTYCZY PAKIETU 24 POZYCJI 3

1. Czy Zamawiający wymaga by zaferowane trokary o średnicy 5 i 12 mm posiadały długość 10 cm?

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu

Zestaw pytań nr 33

Część nr 11 Chirurgiczna Elektroda Monopolarna, L.p. 1 Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie do odrębnego pakietu Chirurgiczną Elektrode Monopolarną w wariacie 90°? Narzędzie do przeznaczone do interwencji w tkankach miękkich z funkcją cięcia i koagulacji w wariacie 90°. Przeznaczona do zabiegów artroskopowych. Pakowane sterylne. Jednorazowe.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt. Zamawiający dokonał modyfikacji Części 11.

Zestaw pytań nr 34

Część 26, poz. 4, 6, 8, 11, 24. Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie wymienionych pozycji, celem umożliwienia złożenia oferty większej ilości Wykonawców, tym zwiększając konkurencyjność?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę i tym samym dokonał modyfikacji Części 26.

Część 26, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści papilotom jednorazowego użytku, średnica cewnika 2,0 mm, z końcówką zwężoną do 1,75 mm, dł. noska 5 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Część 26, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści papilotom igłowy, jednorazowego użytku, dwukanałowy, igła o regulowanej długości, o maksymalnym wysunięciu 5 mm, średnica proksymalnej części cewnika 2 mm, dystalnej części 1,6 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Część 26, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści balon do usuwania złogów, trójkanałowy, jednorazowego użytku, w zestawie z wyskalowaną strzykawką, na której oznaczono moment osiągnięcia przez balon oczekiwanej średnicy: 10/12/15mm lub 13/15/18mm (do wyboru Zamawiającego); znaczniki widoczne w obrazie RTG poniżej i powyżej balonu; długość robocza narzędzia 2152mm, średnica osłonki 2,3mm - z końcówką dystalną temperowaną do 1,95mm dla ułatwienia wprowadzania; narzędzie współpracujące z przewodnicami 0,025" i 0,035"?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Część 26, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskownia żyłaków przetyku z siedmioma opaskami w kolorze czarnym, gumka z otworem o średnicy wewnętrznej ok. 1,5 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Część 26, poz. 12. Czy Zamawiający dopuści narzędzie w osłonce o śr. 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Część 26, poz. 14. Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne w osłonce polietylenowej? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Część 26, poz. 16. Czy Zamawiający dopuści igły do ostrzykiwania, śr. ostrz 0,6 mm lub 0,8 mm, dł. ostrza 4 mm lub 6 mm (do wyboru Zamawiającego), śr. osłonki 2,4 mm, pakowane po 10 szt. (min zamówienie 1 szt.)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Część 26, poz. 17. Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii o średnicach 10, 15, 25 i 32 mm, w osłonce o śr. 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Część 26, poz. 18. Czy Zamawiający dopuści chwytak ze szczękami typu ząb szczura? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Część 26, poz. 19. Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii na zimno, kształt tarczy, śr. osłonki 2,4 mm, bez funkcji rotacji? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Część 26, poz. 20. Czy Zamawiający dopuści kleszcze w osłonce polietylenowej? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Część 26, poz. 21. Czy Zamawiający dopuści siatkę do polipów rozpostartą na pętli 25x42 mm lub 35x51,5 mm (do wyboru Zamawiającego), śr. osłonki 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Część 26, poz. 22. Czy Zamawiający dopuści klipsownicę z klipsem o rozwarciu 11 mm i 16 mm, średnica cewnika 2,6 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Część 26, poz. 23. Czy Zamawiający dopuści pułapki 5-komorowe? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
2/ a/a
Druk: J. Śmietańska

Inspektor
ds. Zamówień Publicznych
mgr Joanna Śmietańska