

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę wyrobów medycznych i środków do dezynfekcji do Zestawów Medycznych Poziomu 1 z przeznaczeniem dla RBZMed” – sprawa nr WOFiTM/10/2021/PN.

Zamawiający, Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie na podstawie art. 135 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1

Dotyczy zadania nr 22

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op.=100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.*

Pytanie nr 2

Dotyczy zadań nr 24, 25

Czy Zamawiający dopuści igły pakowane a'100 sztuk oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych opakowań?

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.*

Pytanie nr 3

Dotyczy zadania nr 34

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'25 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę na powyższe w przypadku gdy pojedynczy kompres posiada indywidualne opakowanie oraz przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.*

Pytanie nr 4

Dotyczy zadania nr 40

Czy Zamawiający dopuści marker o fioletowym kolorze tuszu?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.*

Pytanie nr 5

Dotyczy zadania nr 45

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową jednorazowego użytku o wymiarach 245x115x50 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 6

Dotyczy zadań nr 53, 54

Czy Zamawiający dopuści opaski dziane w opakowaniu papierowym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 7

Dotyczy zadania nr 55

Czy Zamawiający dopuści opaski o długości 4m?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 8

Dotyczy zadań nr 56, 57

Czy Zamawiający dopuści opatrunki elastyczne w opakowaniu papierowym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 9

Dotyczy zadania nr 58

Czy Zamawiający dopuści staze o następujących właściwościach:

- elementy składowe: rozciągliwy pasek i plastikowe komponenty wykonane z ABS;
- wyposażona w szeroki rozciągliwy pasek minimalizujący wzrost ciśnienia podczas uciskania;
- w znacznym stopniu chroni od przekrwienia ramienia, poprawia jakość próbki krwi do badania;
- redukuje przykre doznania w czasie ucisku;
- zawiera lateks;
- nie zawiera ftalanów;
- niesterylna;
- wielorazowa;
- pakowanie: 1 sztuka/woreczek foliowy w kartoniku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 10

Dotyczy zadania nr 70

Czy Zamawiający dopuści skalpela pakowane a'100 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań do 70?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 11

Dotyczy zadania nr 78

Czy Zamawiający dopuści pęsetę plastikową wykonaną z polipropylenu w kolorze zielonym?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.*

Pytanie nr 12

Dotyczy zadania nr 84

Czy Zamawiający dopuści przewód tlenowy o długości 762 cm?

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.*

Pytanie nr 13

Dotyczy zadania nr 84

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie jakiej wielkości opakowania przewodów tlenowych oczekuje?

Odpowiedź: *Zamawiający oczekuje 5 przewodów tlenowych w opakowaniu..*

Pytanie nr 14

Dotyczy zadania nr 102

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a'100 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości do 50 opakowań?

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.*

Pytanie nr 15

Dotyczy zadania nr 103

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a'100 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości do 25 opakowań?

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.*

Pytanie nr 16

Dotyczy zadania nr 104

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a'50 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości do 100 opakowań?

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.*

Pytanie nr 17

Dotyczy zadania nr 105

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a'100 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości do 50 opakowań?

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.*

Pytanie nr 18

Dotyczy zadań nr 102-105

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę wyposażoną w przedłużoną skalę uwzględniającą 10% rozszerzenie pojemności nominalnej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 19

Dotyczy zadania nr 106

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę wyposażoną w dwa łączniki luer?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 20

Dotyczy zadania nr 107

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 100 ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 21

Dotyczy zadania nr 110

Czy Zamawiający dopuści szpatułkę drewnianą pakowaną a'100 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości do 25 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 22

Dotyczy zadania nr 114

Czy Zamawiający dopuści termometr na podczerwień o następujących parametrach:

Bezdotykowy termometr elektroniczny

- Ergonomiczny, wygodny kształt;
- Duży i czytelny wyświetlacz LCD;
- Szybki pomiar ≤ 1 s;
- Możliwość odczytu temperatury w $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$;
- Zakres pomiarowy: $32,0^{\circ}\text{C}\sim 43,0^{\circ}\text{C}$;
- Rozdzielczość ekranu: $0,1^{\circ}\text{C}$;
- Dokładność pomiaru:
 $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ w zakresie $35,0^{\circ}\text{C}\sim 42,0^{\circ}\text{C}$
 $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ w zakresie $32,0^{\circ}\text{C}\sim 34,9^{\circ}\text{C}$ i $42,1^{\circ}\text{C}\sim 43,0^{\circ}\text{C}$
- Alarm wibracyjny i dźwiękowy;
- Wskaźnik słabej baterii;
- Czujnik odległości;
- Sygnał dźwiękowy;
- Funkcja pamięci: 10 wyników;
- Automatyczne wyłączenie;
- Zasilanie bateryjne – 2 baterie AAA;
- Wymiary: 143 x 41 x 42 mm;
- Waga: 69 gramów (bez baterii);
- Pakowanie: 1 sztuka/papierowy kartonik;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę przy zachowaniu pozostałych wymagań w tym dostarczenia wraz z dodatkowym kompletem baterii.

Pytanie nr 23

Dotyczy zadania nr 114

Czy Zamawiający dopuści termometr na podczerwień bez dodatkowego kompletu baterii?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 24

Dotyczy zadania nr 117

Czy Zamawiający dopuści wenflon o średnicy wewnętrznej 1,13-1,15mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 25

Dotyczy zadania nr 118

Czy Zamawiający dopuści wenflon o średnicy wewnętrznej 1,73-1,75mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 26

Dotyczy zadania nr 120

Czy Zamawiający dopuści wenflon o średnicy wewnętrznej 1,33-1,35 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 27

Dotyczy zadania nr 127

Czy Zamawiający dopuści żel do cewnikowania o pojemności 11 ml, zawierający 0,05% diglukonian chloroheksydyny?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 28

Dotyczy zadań nr 127, 131, 132, 135

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie jakiej wielkości opakowania/kompletu oczekuje?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania pojedynczego opakowania/kompletu opisanego w kolumnie nr 2 załącznika nr 5 do SWZ.

Pytanie nr 29

Dotyczy zadań nr 134

Czy Zamawiający dopuści sondę żołądkową o długości 105 cm bez przewodnicy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 75 dni od daty podpisania umowy w przypadku asortymentu objętego zamówieniem gwarantowanym, a w przypadku zamówienia opcjonalnego do 75 dni od daty złożenia zamówienia? Taki termin stanowi realny czas niezbędny na realizację zamówienia na warunkach określonych w SIWZ, z uwzględnieniem istniejących obecnie uwarunkowań produkcyjnych i logistycznych.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.*

Pytanie nr 31

Dotyczy Formularz cenowy – załącznik nr 5 do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca w formularzu cenowym (załącznik nr 5 do SIWZ) dla oferowanych zadań w kolumnie oferowany termin ważności /gwarancji podany w miesiącach – potwierdził wymóg w następujący sposób:

Dla produktów posiadających określony termin ważności:

- Oferowany termin ważności/gwarancji w zakresie zamówienia gwarantowanego liczony na dzień składania ofert - oferowany okres ważności nie krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności, na dzień składania oferty.

- Oferowany termin ważności/gwarancji w zakresie zamówienia opcjonalnego liczony na dzień złożenia zamówienia opcjonalnego: oferowany okres ważności nie krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności na dzień złożenia zamówienia opcjonalnego.

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca w formularzu cenowym (załącznik nr 5 do SWZ) w kolumnie nr 13 oferowany termin ważności /gwarancji – wpisał zapis dla produktów posiadających określony termin ważności:*

Dla zamówienia gwarantowanego:

- *Oferowany termin ważności w zakresie zamówienia gwarantowanego liczony na dzień składania ofert: oferowany okres ważności nie krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności, na dzień składania oferty.*

Dla zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji:

- *Oferowany termin ważności w zakresie zamówienia opcjonalnego podany na dzień złożenia zamówienia opcjonalnego: oferowany okres ważności nie krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności na dzień złożenia zamówienia opcjonalnego.*

Zamawiający dla wyrobów, które posiadają określony w WET okres ważności, na przykład: "okres ważności minimum 5 lat", rozumie ten zapis jako całkowity okres ważności oferowany przez producenta. Zamawiający również wymaga spełnienia 80% całkowitego okresu ważności producenta. Dla wyrobu którego całkowity okres ważności oferowany przez producenta wynosi 5 lat 80% będzie stanowić 4 lata, analogicznie dla wyrobu którego całkowity okres ważności oferowany przez producenta wynosi 10 lat 80% będzie stanowić 8 lat.

W przypadku zaoferowania produktu nieposiadającego terminu ważności nadanego przez producenta w kolumnie nr 12 oraz nr 13 należy umieścić zapis „Produkt nie posiada terminu ważności”.

Pytanie nr 32

Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego, czy w przypadku produktów gdzie wymagane jest złożenie próbek, należy złożyć najpóźniej w dniu i terminie składania ofert?

Odpowiedź: Wykonawca składa próbkę w formie pisemnej do dnia 24.03.2021 roku, godz. 10:00 osobiście w kancelarii Zamawiającego lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. „Prawo pocztowe” (Dz. U. Nr 2018, poz. 2188 ze zm.) lub za pośrednictwem pośtańca.

Pytanie nr 33

Dotyczy zadania nr 3 – notes wodoodporny

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oferowany blok - notes ma mieć format A5 czy format A6?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje rozmiar notesu do formatu A6.

Pytanie nr 34

Dotyczy próbek opatrunku indywidualnego oraz opatrunku na rany klatki piersiowej.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na to, aby dostarczone próbki opatrunków do badań były wyprodukowane w poprzednich latach i nie spełniały min. 80% pełnego okresu ważności przy oczywistym spełnieniu pozostałych parametrów opisanych WTT.

Wykonawca potwierdza, że zaoferowany asortyment w postępowaniu spełnia wszystkie opisy WTT oraz spełnia wymagania dotyczące terminu ważności.

Odpowiedź: Zamawiający w zakresie próbek dopuszcza spełnienie wymogu 50% pełnego okresu ważności.

Pytanie nr 35

Dotyczy zadania nr 68 Opatrunku Indywidualnego

Czy Zamawiający wymaga polskiej instrukcji użycia na opatrunku indywidualnym, jeśli są obecne piktogramy instruujące sposób użycia oraz napisy w języku angielskim? Chcemy zwrócić uwagę, że w opisie przedmiotu zamówienia WET - Zamawiający zaleca instrukcję obsługi w postaci piktogramów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza instrukcję użycia w postaci piktogramów.

Pytanie nr 36

Dotyczy zadania nr 69 Opatrunku Wentylowanego

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunku wentylowego tylko z naniesionymi piktogramami użycia bez opisów/instrukcji użycia na opakowaniu. Chcemy zwrócić uwagę, że w opisie przedmiotu zamówienia WET - Zamawiający zaleca instrukcję obsługi w postaci piktogramów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu tylko z naniesionymi piktogramami bez opisów.

Pytanie nr 37

Dotyczy zapisów umowy: § 4. SPOSÓB DOSTAWY I ZASADY ODBIORU

4) Przedmiot umowy musi być:

- w przypadku gdy część przedmiotu umowy wymaga przepakowania, przedmiot umowy musi być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o szczegółowe doprecyzowanie powyższego zapisu umowy. Prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć poprzez opakowanie zabezpieczające?

Odpowiedź: *Opakowanie zabezpieczające musi być zapewnione, gdy część przedmiotu umowy wymaga przepakowania z opakowania jednostkowego lub zbiorczego. W takim wypadku luźny asortyment powinien posiadać opakowanie zabezpieczające. Opakowanie zabezpieczające ma chronić asortyment, który został przepakowany z opakowania jednostkowego lub zbiorczego, przed np. uszkodzeniem, działaniem czynników zewnętrznych, zabrudzeniem, rozkompletowaniem, itp. Opakowaniem zabezpieczającym może być worek strunowy w przypadku np. rękawiczek lub mały karton w przypadku rozkompletowania opakowania jednostkowego dla kompresów, opatrunków, itd. lub inne opakowanie. Ponadto w przypadku przepakowania asortymentu z opakowania jednostkowego, należy dołączyć informacje o nazwie, ilości, nr serii i terminie ważności, rozmiarze, producencie, itp., jeśli asortyment wymaga tych informacji (posiada te cechy) w formie np. kartki lub naklejki.*

Pytanie nr 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby okres rękojmi dla produktów dostarczonych do Zamawiającego wynosił 24 miesiące?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.*

Pytanie nr 39

Dotyczy projektu „Istotne Postanowienia Umowy”

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Termin wykonania umowy” znajdującym się w § 4 ust. 1 pkt. 14 w kontekście np. naliczenia ewentualnych kar umownych? Zgodnie z §10 ust. 1 pkt. 3 Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną „za opóźnienie lub niedotrzymanie jakiegokolwiek terminu wynikającego z niniejszej umowy”. Jednocześnie w §4 ust. 1 pkt. 8 Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu na sprawdzenie przedmiotu umowy o kolejne 30 dni. Podstawowy termin na sprawdzenie dostawy wynosi 10 dni roboczych, więc zgodnie z zapisem w §4 ust. 1 pkt. 8 Zamawiający może sprawdzać asortyment do 40 dni od dostawy. Potencjalnie Wykonawca może, więc w 39 dniu od dostawy dowiedzieć się, że dostarczona przez niego 1 szt. asortymentu ma wadę i należy ją wymienić. Wykonawca ma na taką wymianę 14 dni roboczych tj. Kolejne 3 tygodnie. Jak w takim razie należy rozumieć zapisy znajdujące się w w/w paragrafach? W jaki sposób Zamawiający naliczy ewentualne kary umowne? Czy w ogóle kary zostaną naliczone jeśli dostawa została dokonana w terminie zgodnym z umową, a jedynie proces sprawdzania przedmiotu umowy a następnie wymiany wadliwego elementu spowodował, że protokół odbioru został podpisany np. 30 dni później. Za przykład podamy hipotetyczną sytuację:

Termin dostawy zgodny z umową to: do dnia 30.08.2021 r.

Dostawa dotarła do Zamawiającego: 19.08.2020 r. Zamawiający wydłużył termin na sprawdzenie dostawy o 28 dni tj. zakończył sprawdzanie 25.09.2021 r. Tego samego dnia zgłosił wykonawcy potrzebę wymiany 1 elementu pakietu. Wykonawca wymienia wadliwą torbę w terminie zgodny z umową tj. do 10.10.2021 r. Protokół zdawczo-odbiorczy zostaje podpisany dnia 10.10.2021 r. Który z powyższych terminów jest terminem wykonania umowy? Czy Zamawiający w takiej sytuacji naliczy Wykonawcy kary umowne? Jeśli tak to za jaki okres, za jaką liczbę dni?

Odpowiedź: *Postanowienie § 4 ust. 1 pkt 14 Załącznika nr 4 do SWZ należy interpretować w związku z § 4 ust. 1 pkt 13 Załącznika nr 4 do SWZ.*

Ponadto zgodnie z § 10 ust 1 pkt 4 Załącznika nr 4 do SWZ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: za zwłokę w dostarczeniu przez Wykonawcę

wolnego od wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni roboczych od podpisania protokołu niezgodności, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 11 umowy:

a) w zakresie wadliwego przedmiotu umowy lub jego części (zadania) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy w odniesieniu do każdego odrębnie wadliwego zadania, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Tym samym jeśli dostawa została dokonana w terminie zgodnym z umową, a jedynie proces sprawdzania przedmiotu umowy a następnie wymiany wadliwego elementu spowodował, że protokół odbioru został podpisany w terminie późniejszym, to mają zastosowanie powyżej wskazane postanowienia Załącznika nr 4 do SWZ.

Pytanie nr 40

Dotyczy Formularza cenowego

Czy w kolumnie nr 13 Wykonawca może potwierdzić spełnienie wymagań poprzez wpisanie: „okres ważności w dniu składania ofert/złożenia zamówienia opcjonalnego nie będzie krótszy niż 80% całkowitego okresu ważności określonego przez producenta? Natomiast w przypadku produktów, które nie posiadają terminu ważności np. „brak terminu ważności”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca w formularzu cenowym (załącznik nr 5 do SWZ) w kolumnie nr 13 oferowany termin ważności /gwarancji – wpisał zapis dla produktów posiadających określony termin ważności:

Dla zamówienia gwarantowanego:

- Oferowany termin ważności w zakresie zamówienia gwarantowanego liczony na dzień składania ofert: oferowany okres ważności nie krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności, na dzień składania oferty.

Dla zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji:

- Oferowany termin ważności w zakresie zamówienia opcjonalnego podany na dzień złożenia zamówienia opcjonalnego: oferowany okres ważności nie krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności na dzień złożenia zamówienia opcjonalnego.

Zamawiający dla wyrobów, które posiadają określony w WET okres ważności, na przykład: "okres ważności minimum 5 lat", rozumie ten zapis jako całkowity okres ważności oferowany przez producenta. Zamawiający również wymaga spełnienia 80% całkowitego okresu ważności producenta. Dla wyrobu którego całkowity okres ważności oferowany przez producenta wynosi 5 lat 80% będzie stanowić 4 lata, analogicznie dla wyrobu którego całkowity okres ważności oferowany przez producenta wynosi 10 lat 80% będzie stanowić 8 lat.

W przypadku zaoferowania produktu nieposiadającego terminu ważności nadanego przez producenta w kolumnie nr 12 oraz nr 13 należy umieścić zapis „Produkt nie posiada terminu ważności”.

Pytanie nr 41

Dotyczy sposobu pakowania produktów

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę jednorazowych produktów znajdujących się np. w zadaniu nr 2, 16, 24-24 w zbiorczych opakowaniach producenta tj. np. pakowanych po 100 szt.? W formularzu cenowym produkty zostaną wycenione w cenie jednostkowej na sztukę. Tylko w dniu dostawy zostaną dostarczone w opakowaniach zbiorczych a 50 szt. lub a 100 szt. Informacją o sposobie pakowania produktu zostanie zamieszczona w kolumnie 14 formularza cenowego.

Odpowiedź: Zamawiający, zakresie wskazanych powyżej zadań wyraża zgodę na zaoferowanie produktów w zbiorczych opakowaniach producenta np. pakowanych po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem opakowań i podaniem ceny jednostkowej za opakowanie.

Pytanie nr 42

Dotyczy zadania nr 64

Czy Zamawiający dopuści w miejsce tej pozycji inny opatrunek do tamowania krwawień z nosa, gdyż zgodnie z informacją uzyskaną od producenta wskazanych opatrunków produkt jest już niedostępny - został wycofany z produkcji, a w jego miejsce producent nie wprowadził zamiennika. Bardzo proszę o wydzielenie pozycji ewentualnie dopuszczenie możliwości zaoferowania poniższych tamponów do nosa tj. np. kompres na nos Absorba lub tampon do nosa Stop Hemo.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza proponowany asortyment.*

Pytanie nr 43

Dotyczy zadania nr 75

Czy Zamawiający pod pojęciem „szt.” wymaga wycenienia kompletu pasów składającego się z 1 szt. pasa na nadgarstek i 1 szt. pasa na kostkę czy może kompletu pasów składającego się z 2 szt. pasa na nadgarstek i 2 szt. pasa na kostkę?

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga zaoferowania kompletu pasów do jednoczesnego zastosowania na wszystkie kończyny.*

Pytanie nr 44

Dotyczy rurki intubacyjnej – zadania nr 91-94

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania rurki intubacyjnej z umieszczoną w środku prowadnicą? Jest to rozwiązanie, które pozwala na zaoszczędzenie miejsca do przechowywania rurek. Wpływa też na obniżenie kosztu zakupu rurki.

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.*

Pytanie nr 45

Dotyczy rurki krtaniowej – zadania nr 95-97

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rurki krtaniowej LTS -D posiadające znacznik głębokości oznakowany wyłącznie kreskami a nie cyframi. Z takim oznaczeniem są produkowane rurki LTS-D. Ponadto prosimy o dopuszczenie możliwości dostawy rurki krtaniowej LTS-D z całkowitym terminem ważności od 4 do 4,5 lat, gdyż zgodnie z informacją od polskiego dystrybutora producenta, aktualnie produkuje rurki z takimi całkowitymi terminami ważności.

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.*

Pytanie nr 46

Dotyczy sygnalizator – zadanie nr 108

Z uwagi na fakt, iż sygnalizatory opisane w SIWZ zostały wycofane z produkcji czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w zadaniu nr 108 produktu alternatywnego tj. sygnalizator z dziewięcioma nabojami i magazynkiem. Jest to produkt jednostrzałowy, w którym po każdym strzale trzeba ładować nabój ponownie. Łącznie można oddać więc więcej strzałów.

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.*

Pytanie nr 47

Dotyczy zestaw szyn Kramera – Zadanie nr 132

Czy Zamawiający w zadaniu nr 148 dopuści możliwość zaoferowania zestawów szyn Kramera o poniższych wymiarach produkcyjnych , z tolerancją +/- 2cm długość / szerokość?

1 komplet szyn Kramera :

1. 120x10cm – 5szt.
2. 100x10cm – 5szt.
3. 100x7cm – 5szt.
4. 90x10cm – 5szt.
5. 90x10cm – 5 szt.
6. 80x10cm – 5szt.
7. 80x10cm – 5szt.
8. 70x7cm – 5szt.
9. 60x7cm – 5szt.
10. 50x7cm – 5szt.
11. 26x6cm – 5szt.
12. 25x4cm – 5szt.

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.*

Pytanie nr 48

Dotyczy zadania nr 127

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wyrobu medycznego w postaci żelu w ampułko-strzykawce o pojemności 12ml o składzie:

100g sterylnego żelu zawiera:

Lidocaine HCL 2,000 g
Chlorhexidine Gluconate Sol. 0,05 g
Methyl Hydroxybenzoate 0,10 g
Propyl Hydroxybenzoate 0,10 g
Hydroxyethyl Cellulose
Propylene Glycol
Purified Water

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego produktu.*

Pytanie nr 49

Dotyczy zadania nr 108

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sygnalizatora ręcznego z 9 nabojami w kolorze czerwonym zapakowanymi w wodoodporne opakowanie?

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.*

Pytanie nr 50

Dotyczy zadania nr 16

Czy Zamawiający wymaga, by zaoferowany produkt był sterylny?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wymaga aby zaoferowany produkt był sterylny.*

Pytanie nr 51

Dotyczy zadania nr 27

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu w etui wykonanym z folii strunowej (woreczek strunowy)? Pragniemy zauważyć, iż worek strunowy pełni rolę etui.

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.*

Pytanie nr 52

Dotyczy zadania nr 114

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu, o parametrach:

- zakres pomiaru temperatury: 10-60C
- temperatura ciała: 34-42.9C
- Dokładność pomiaru temperatury ciała: +/- 0.3C
- tryb wyświetlacza: LCD
- czas pomiaru temperatury: około 2 sekundy
- Automatyczne wyłączenie: 30 sek
- Zasilanie prądem stałym: DC 3.0V, dwie baterie AAA
- Pamięć wyników 8 pomiarów lub więcej

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego produktu.*

Pytanie nr 53

Dotyczy zadania nr 75

Czy Zamawiający wymaga wyceny jednej sztuki, czy też jednej pary?

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga wyceny jednej pary – na nadgarstki i na kostki.*

Pytanie nr 54

Dotyczy zadania nr 131

W związku z faktem, iż różni producenci mają różny skład zestawów, czy Zamawiający może potwierdzić, że produkt, jakiego wymaga powinien zawierać w zestawie minimum:

- końcówkę do lewatywy
- wężyk
- worek na płyn.

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu o takim składzie aby umożliwił on wykonanie lewatywy.*

Pytanie nr 55

Dotyczy zadania nr 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej jałowych kompresów w opakowaniu a'30 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kompresów w opakowaniu zbiorczym a'30 szt. z odpowiednim przeliczeniem opakowań w przypadku gdy pojedynczy kompres posiada indywidualne opakowanie oraz przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.*

Pytanie nr 56

Dotyczy zadania nr 42

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie Maski twarzowej bez terminu ważności określonego przez producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu bez terminu ważności określonego przez producenta.

Pytanie nr 57

Dotyczy zadań nr 53, 54, 56, 57

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie Opasek w opakowaniu papierowym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 58

Dotyczy zadania nr 75

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie kompletu składającego się z 4 pasów (2 sztuki na nogi i 2 sztuki na ręce)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 59

Dotyczy zadania nr 82

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu do dezynfekcji z data ważności 03.2022 r.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 60

Dotyczy zadania nr 87

Prosimy o wyrażenie zgody na dostarczenie do Zamawiającego Ręczników papierowych w rolce konfekcjonowanych w opakowaniach foliowych po 6 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 61

Dotyczy zadania nr 99

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie Stazy zaciskowej bez określonego terminu ważności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 62

Dotyczy zadania nr 129

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do jednorazowego przetaczania płynów infuzyjnych z data ważności 15.08.2024 r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 63

Dotyczy zadania nr 133

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej zestawów posiadających w swoim składzie nici o poniższych konfiguracjach, pozostałe elementy zestawu zgodne z opisem przedmiotu zamówienia:

1. Nierozpuszczalny monofilament poliamidowy z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, igłą odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm, rozmiar 3/0, długość nitek 75 cm.

2. Nierozpuszczalny monofilament poliamidowy z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 40 mm, rozmiar 2/0, długość nitki 75 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 64

W związku z pandemią Covid 19, a co za tym idzie, trudnościami logistycznymi oraz niepewną sytuacją na całym świecie prosimy o zmianę terminu realizacji dostawy w zakresie zadań od 1 do 135 z 45 dni kalendarzowych od podpisania umowy na min. 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, preferowany termin 90 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

2. Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą. Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postępowania. Jako przesłanki mogące przemawiać za możliwością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy Pzp) wskazuje się okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zмовы wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku wydaje się bezcelowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 65

Rozdział VIII. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

Prosimy Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu:

„W przypadku, gdy złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie”.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniem rozdziału XVII pkt 3 SWZ Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych. Jeżeli Wykonawca nie złożył tych środków wraz z ofertą, są one niekompletne lub zawierają błędy Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.

Pytanie nr 66

Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawnionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę

o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Zgodnie z postanowieniem § 10 ust. 5 Załącznika nr 4 do SWZ Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznanne stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu, takie jak np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki o zasięgu ogólnokrajowym, zarządzenia władz administracji publicznej itp. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą stronę na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być, w miarę możliwości, potwierdzony dokumentem pochodzącym od właściwego organu administracji publicznej. Ponadto obowiązują przepisy powszechnie obowiązujące regulujące kwestię wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego.*

Pytanie nr 67

Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

1) Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji,

2) Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr zasadnym jest czasowe odstąpienie przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.*

Pytanie nr 68

Dotyczy zadania nr 82

Prosimy o potwierdzenie, że z uwagi na pojawienie się na rynku bardzo dużej ilości produktów niewiadomego pochodzenia oraz w celu zapewnienia jakości, skuteczności, bezpieczeństwa oraz minimalizacji ryzyka stwarzanego przez produkty przeznaczone do stosowania przez ludzi, w tym brak zanieczyszczeń powstałych w procesie produkcji substancji czynnej oraz jej odpowiednią czystość Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaproponowane w ofercie produkty alkoholowe do dezynfekcji były wytwarzane wyłącznie z substancji czynnych pochodzących od zatwierdzonych dostawców zgodnie z art. 95 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych, a na potwierdzenie powyższego wymaga

załączenia do oferty deklaracji i wpisu w wykazie dostawców substancji czynnych prowadzonym przez Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje aktualne wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 82.

Pytanie nr 69

Dotyczy zadania nr 83

Prosimy o potwierdzenie, że z uwagi na pojawienie się na rynku bardzo dużej ilości produktów wątpliwej jakości, niewiadomego pochodzenia Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaproponowane w ofercie produkty zarejestrowane jako wyroby medyczne przeznaczone do dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych posiadały badania tolerancji materiałowej, które będą potwierdzały minimum dobrą kompatybilność materiałową produktu z najczęściej występującymi materiałami w wyrobach medycznych. Tylko obiektywne badania wykonane w laboratoriach dają gwarancję Zamawiającemu bezpiecznego stosowania preparatów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje aktualne wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 83.

Pytanie nr 70

Dotyczy zadań nr 28, 29, 30, 48, 49, 50, 78, 79, 135

Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu 28, 29, 30, 48, 49, 50, 78, 79, 135 narzędzi wielorazowego użytku czy jednorazowych narzędzi?

Odpowiedź: W zakresie powyższych zadań Zamawiający wymaga narzędzi wielorazowego użytku.

KOMENDANT

/-/ płk Waldemar PAWELEC