

Krynica – Zdrój, dnia 12.11.2024r.

Znak sprawy ZP - 271-30/24

Znak pisma ZP- 271-1- 30-5/2024

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/kryniczanka>

Dotyczy: postępowania na : „Sprzedaż, dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego na doposażenie bazy zabiegowej obiektów Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S. A.” w Krynicy Zdroju, ul. Nowotarskiego 9/4”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024 poz. 1320) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy:

Pytanie 1.

Dot. Części 3 – Aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej + fotel do terapii uroginekologicznej 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania i uzna spełniające SWZ urządzenie o poniższych parametrach technicznych ?

1	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8,4”
2	Indukcja magnetyczna 2,5 tesli
3	Częstotliwość magnetyczna 1-150 Hz
4	Maksymalna intensywność stymulacji 28 kT/s
5	Czas trwania impulsu 0,01-60 [s]
6	Czas zabiegu 1-60 min
7	Wybór kształtu impulsu
8	Możliwość precyzyjnego ustalania kształtu impulsu np. długości narastania trapezu, długości sinusoidy, przerwy między półsinusoidami
9	Gotowe programy terapeutyczne
10	Możliwość swobodnej modyfikacji gotowych protokołów zabiegowych i ich zapisywania
11	Programy użytkownika
12	Tryb automatyczny i ręczny
13	Wyposażenie: jednostka główna, ramię z trzema hamulcami i dwoma zawiasami obrotowymi zamocowane bezpośrednio do urządzenia, aplikator koncentrujący.
14	Wszystkie elementy obudowy są trwałe, solidnymi odlewami, żaden element nie jest drukowany na drukarce 3D
15	Nawigacyjny atlas anatomiczny
16	Baza danych pacjentów
17	Program POPRAWA ODDYCHANIA wpisany na trwało w liście jednostek chorobowych urządzenia
18	Program POPRAWA KRAŻENIA KRWI I TROFIKI wpisany na trwało w liście jednostek chorobowych urządzenia
19	Wskaźnik intensywności pola magnetycznego
20	Wskaźnik czasu trwania zabiegu



21	Wskaźnik przegrzania przetwornika
22	Przycisk bezpieczeństwa
23	Długość ramienia 103 cm ( z aplikatorem)
24	Wymiary 500 x 970 x 580 mm
25	Waga 33 kg
26	Zasilanie 100 V - 240 V , 50-60 Hz
27	Instrukcja obsługi w języku polskim
28	Wyposażenie: - SEAT (fotel): Maksymalna waga pacjenta 135 kg Regulowany zakres wysokości fotela 42-50 cm

**Ad 1.**

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o proponowanych parametrach.**

**Prezes Zarządu Jerzy Piotrowski**