

**Wszyscy Wykonawcy**

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.43.D.2021, odpowiadamy na pytania Wykonawców

**Pytanie 1:** Pakiet 43 poz. 1 i 2

Mając na uwadze, iż zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym PPER 2016/425/UE zniesiony został obowiązek badania rękawic na odporność mechaniczną zgodnie z normą EN 388, prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku zaoferowania rękawic przebadanych zgodnie z nowym rozporządzeniem Zamawiający odstępuje od zgodności rękawic z normą EN 388.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 2:** Pakiet 43 poz. 1 i 2

W związku z wejściem w życie rozporządzenia unijnego PPER 2016/425/UE i uchynieniem dyrektywy PPE 89/686/EEC prosimy o potwierdzenie możliwości zaoferowania rękawic zgodnych z powyższym rozporządzeniem. Rękawice zgodne z normą z EN 374-1, EN 374-2, EN 374-5, EN 420, EN 455, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374- 4 i EN 16523-1.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 3:** Pakiet 43 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o lepszym poziomie AQL – równym 1,0, gwarantującym wyższą jakość produktu. Niższy poziom AQL bowiem - oznacza mniejszą ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 4:** Pakiet 43 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o wyższej sile zrywu min. 4 N. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 5:** Pytanie 17: Wnosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,5% wartości towarów niedostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki - w § 7 ust. 1 projektu umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 6:** Wnosimy o dodanie do § 8 ust. 2 projektu umowy pkt. 5) w następującym brzmieniu: „Ponadto Strony dopuszczają zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 7:** Wnosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez wydłużenie w Załączniku nr 2 do projektu umowy terminu na rozpatrzenie i realizację reklamacji do 5 dni roboczych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

Z poważaniem