

Katowice, dn. 11.01.2021r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ RESPIRATORÓW
Nr sprawy: ZP-20-156BN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), udzielam następujących odpowiedzi:

Pyt. 1 Załącznik nr 1 pkt. 2

Lp.2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z zasilaniem gazowym w tlen z centralnej instalacji z zakresem 2,8 do 6,0 bar?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 2 Załącznik nr 1 pkt. 15

Lp.15. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator na zasadzie równoważności z adaptacyjnym trybem wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otis'a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. Załącznik nr 1 pkt. 21

Lp.21. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z wentylacją nieinwazyjną we wszystkich trybach ciśnieniowych wentylacji?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. Załącznik nr 1 pkt. 22

Lp.22. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z wentylacją awaryjną przy bezdechu (VCV, PCV)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. Załącznik nr 1 pkt. 23

Lp.23. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z funkcją automatycznego przełączania pomiędzy trybem wentylacji kontrolowanej awaryjnej a trybem wentylacji wspomaganej i odwrotnie w zależności od inicjacji przez pacjenta oddechu spontanicznego oraz funkcją adaptacyjną automatycznego rozpoznania zakończenia fazy wdechowej i przejścia do fazy wydechowej przy wentylacji wspomaganej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. Załącznik nr 1 pkt. 24

Lp.24. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z częstością oddechów: 1 – 100 oddechów / minutę?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. Załącznik nr 1 pkt. 28

Lp.28 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z ciśnieniem wdechowym PCV: 5 - 80 cmH₂O?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. Załącznik nr 1 pkt. 31

Lp.31. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z przepływowym trybem rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie 0,5 – 15 l/min?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Pyt. Załącznik nr 1 pkt. 32

Lp.32. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z ciśnieniowym trybem rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie 0,5 - 10 cmH₂O?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. Załącznik nr 1 pkt. 33

Lp.33. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z możliwością regulacji wspomaganie oddechu spontanicznego ciśnienia na dolnym poziomie ciśnienia przy BiPAP, BiLevel, SPAP, APRV?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. Załącznik nr 1 pkt. 39

Lp.39. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez procentowej ilości oddechów spontanicznych w ciągu 1 godz.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. Załącznik nr 1 pkt. 48

Lp.48. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z prezentacją czasu wydechu przy oddechach mechanicznych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. Załącznik nr 1 pkt. 67

Lp.67. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z 10 szt. kompletnych układów oddechowych jednorazowych dla dorosłych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. Załącznik nr 1 pkt. 70

Lp70. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z podstawą jezdną z szynami bocznymi do mocowania akcesoriów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.