



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

EZ.272.021.2022

EZ/664/22

Wrocław, dnia 19.09.2022r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dzieci w aparaturę medyczną (sygnatura sprawy: EZ/583/EM/22)

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie z art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

„Dot. Zadania 11 Wideolaryngoskop

Prosimy o dopuszczenie najnowszej generacji videolaryngoskopy McGrath Mac o poniższych parametrach: Videolaryngoskop ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 2,5" wymiary 180 mm x 68 mm x 110 mm, zasilany baterią litową o standardowym czasie działania nie krótszym niż 250 min., ochrona przed wnikaniem wody min Ipx8, wyposażony w minutowy wskaźnik pozostałego czasu działania baterii, waga do 180 g. Urządzenie wyposażone w funkcje automatycznego wyłączenia po 3 minutach, kiedy nie jest używane.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 2

„Dot. Zadania 9 pkt 16 Urządzenia ogrzewające pacjenta ciepłym powietrzem

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z kocami o rozmiarach: Dla dorosłych: 99 cm x 198 cm Dla dzieci: 74 cm x 142 cm oraz 61 cm x 99 cm.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Dyrektor
mgr inż. Katarzyna Kapuścińska

Sporządziła: Elżbieta Borowik

Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny

im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2.54-049 Wrocław

e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



DOLNY
ŚLĄSK