



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czolgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



RI.272.1.5.2024

Lębork, 22.08.2024 r.

ID postępowania:

ocds-148610-63b67304-74ef-4050-addf-a6994f2c5215

Wyjaśnienie treści SWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Wyposażenie Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz ZOL/ZPO w sprzęt medyczny, szpitalny oraz wyposażenie biurowe”**. Znak sprawy: RI.272.1.5.2024.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. Pytanie do części 18, poz. 2 - waga niemowlęca.

Opis przedmiotu zamówienia pasuje i wskazuje na jeden model wagi dostępnej na rynku -Radwag Waga niemowlęca C315.6/15.D-1. Problemem tejże wagi jest skończone dopuszczenie do obrotu wagi jako wyrobu medycznego, a co za tym idzie w myśl Ustawy Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2020r. urządzenia do pomiaru i badania budowy ciała muszą być wyrobem medycznym. W związku z powyższym proszę o wykreślenie z OPZ parametru „szalka wykonana z polistyrenu”, dzięki czemu zwiększy się możliwość zaoferowania innych wag, które będą spełniały pozostałe wymagania określone w OPZ, oraz wymagania stawiane przez Ministra Zdrowia.

Odp. Zamawiający rezygnuje z wymogu, aby szalka wagi wykonana była z polistyrenu.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeniesienie z zadania nr 13 pozycji 1 (ssak elektryczny jezdny) do zadania nr 25?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie poz. 1 Ssak elektryczny jezdny – 1 szt. z Części nr 13 do Części nr 25.



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czolgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w treści oferty zmian i modyfikacji wprowadzonych niniejszymi wyjaśnieniami. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach innych niż pierwotnie wyspecyfikowane w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ, a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia odpowiedniej zmiany oraz zaznaczenia jej źródła (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Zatwierdził:

Adrian Wenta