

ZF.2380.3.2022.SS

Gorzów Wlkp., dn. 30.05.2022r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego nr ZP – 16/2022 „Zakup wraz z dostawą pakietów kryminalistycznych, wymazówek na potrzeby garnizonu Policji województwa lubuskiego” do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia /SWZ/.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi przytaczając jednocześnie treść pytań:

Pytania z dnia 25.05.2022r.:

„dotyczy część nr 4:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin przydatności produktów wynosił 18 m-cy od daty dostawy? W związku z tym iż umowa zawierana jest z wykonawcy na okres 12 m-cy a zamówienia Zamawiający będzie składał sukcesywnie, nie widzimy podstaw dostawy towaru z terminem ważności wynoszącym 24 m-cy od daty dostawy, bowiem zgodnie z zapisem Umowy Zamawiający będzie dokonywał zamówień w miarę potrzeb, zatem nie ma niebezpieczeństwa, iż Zamawiający zakupi towar, którego nie zdąży zużyć w terminie jego ważności.
2. Czy Zamawiający dopuszcza wymazówka z wacikiem z flokowanego nylonu (kłaczkowate) zamiast bawełniane?
3. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby wykonawca przedstawi certyfikat potwierdzający, że wymazówka jest sterylna, czysta od PCR, (wolna od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-a i inhibitorów PCR), posiadające certyfikat testowania wydany przez jednostkę badawczą, upoważnioną do tego rodzaju testowania, składająca się z pałeczki wymazowej i tulejki ochronnej?.”

Odpowiedź na pytania z dnia 25.05.2022r.:

Ad. 1 – Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu ważności do 18 m-cy.

Ad. 2 – Zamawiający dopuszcza końcówkę z flokowanego nylonu (kłaczkowate).

Ad. 3 – Zamawiający nie zmienia wymagań zapisanych w SOPZ - załączniku nr 1D do SWZ dotyczących certyfikatu zapis pozostaje bez zmian:

Zamawiający wymaga aby wymazówka była sterylna, czysta od PCR, (wolna od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-a i inhibitorów PCR) posiadająca certyfikat testowania wydany przez jednostkę badawczą, upoważnioną do tego rodzaju testowania, składająca się z pałeczki wymazowej i tulejki.

Odpowiedzi na pytania nie wymagają od Wykonawcy dodatkowego czasu na zapoznanie się i przygotowanie oferty.

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZE ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Z A M A W I A J A C Y