



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325



Lębork, dn. 21.10.2021 r.

ZP.261.33.2021

ID postępowania:

ocds-148610-be82545b-fff3-11eb-b885-f28f91688073

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników do wykonywania badań z zakresu hematologii wraz z dzierżawą analizatorów: ZP-PN/UE/29/21.**

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o:

I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

Wybrana została oferta złożona przez:

DIAG-MED Grażyna Konecka

02-238 Warszawa, ul. Modularna 11A bud H3

REGON 010722547 NIP 534-100-06-82

Cena oferty brutto (koszt stosowania systemu): 329 580,72 zł

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom:

Wykonawca	koszt stosowania systemu 60%	wydajność analizatora 5%	oznaczenie płynów ustrojowych 25%	liniowość minimalna od zera dla WBC, RBC, PLT, Retikulocytów 5%	objętość aspirowanej próbki (tryb 5 diff) 5%	łącznie
HORIBA ABX Sp. z o.o	60,00	0,00	0,00	5,00	5,00	70,00
DIAG-MED. Grażyna Konecka	53,75	5,00	25,00	5,00	5,00	93,75

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta Wykonawcy **DIAG-MED Grażyna Konecka** 02-238 Warszawa, ul. Modułarna 11A bud H3 spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

Uzasadnienie punktacji w kryterium oceny ofert „Oznaczanie płynów ustrojowych” przyznanej Wykonawcy **HORIBA ABX Sp. z o.o. 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 18:**

Oferta Wykonawcy otrzymała w kryterium oceny ofert „Oznaczanie płynów ustrojowych” 0 punktów, gdyż złożone wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe nie potwierdzają możliwości oznaczania płynów ustrojowych w aparacie. Dołączone do oferty foldery oraz fragmenty instrukcji nie zawierają informacji, że oferowany analizator posiada możliwość oznaczania płynów ustrojowych, również z treści dołączonego do oferty oświadczenia producenta dotyczącego badania płynów z jam ciała jednoznacznie wynika, że aparat nie został walidowany na próbkach płynów ustrojowych w określonym trybie BF, tzn. nie został zbadany przez producenta pod kątem dokładności lub trafności pomiarów płynów ustrojowych. Informacja producenta mówiąca, że próbki płynów ustrojowych można badać w trybie pomiaru morfologii poprzez tryb pacjenta tak jak krew oraz że pomiar taki jest zgodny z technologiami pobierania i liczenia komórek, nie tworzy żadnej merytorycznej gwarancji prawidłowości wydawanych wyników. Zgodnie z prawem producent odpowiada za prawidłowe działanie wyrobu medycznego wyłącznie w zakresie dopuszczonego i zweryfikowanego działania, co oznacza, iż użycie aparatu niezgodnie z jego certyfikowanym przeznaczeniem zwalnia producenta z odpowiedzialności prawnej za niewłaściwe efekty tego typu czynności. Tym samym producent zalecając oznaczanie płynów ustrojowych na nie walidowanym w tym zakresie aparacie, przerzuca odpowiedzialność za błędy w wydanych wynikach, również w aspekcie odpowiedzialności prawnej, na diagnostę wykonującego badanie, na co Zamawiający nie może się zgodzić. Co więcej, Laboratorium Analityczne Zamawiającego korzysta z zaoferowanego przez Wykonawcę analizatora Pentra XLR od 6 lat i potwierdza, że próby oznaczania płynów ustrojowych w proponowanym przez producenta trybie pomiaru morfologii, w porównaniu wyników z aparatu, kamer i rozmazów były niespójne.

Uzasadnienie punktacji przyznanej w kryterium oceny ofert „Objętość aspirowanej próbki (tryb 5 diff)” Wykonawcy **HORIBA ABX Sp. z o.o. 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 18:**

Oferta Wykonawcy otrzymała w kryterium oceny ofert „Objętość aspirowanej próbki (tryb 5 diff)” 5 punktów, gdyż z treści dołączonych do oferty przedmiotowych środków dowodowych (specyfikacji technicznej aparatu) jednoznacznie wynika, że objętość próbki CBC + DFF wynosi 53 µl, czyli jest mniejsza niż 100 µl.

II. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE:

Nie odrzucono żadnej oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX PZP