

**Wszyscy Wykonawcy**

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę myjni oraz sterylizatorów z przeznaczeniem dla Centralnej Sterylizacji ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, Nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.27.D.2021, odpowiadamy na pytanie Wykonawcy:

**Pytanie 1: §2 ust. 2** Prosimy o informacje, kto jest odpowiedzialny za dostosowanie otworów montażowych dla dostarczanych urządzeń oraz w przypadku montażu myjni, kto odpowiada za usunięcia słupka pomiędzy urządzeniami?

**Odpowiedź:** Wykonawca

**Pytanie 2: §2 ust. 7** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie terminu „godziny popołudniowe” (prosimy o podanie dokładnych możliwych godzin pracy).

**Odpowiedź:** do godziny 18:00

**Pytanie 3: §2 ust. 7** Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie możliwości montażu w godzinach pracy Centralnej Sterylizatorni, w przypadku myjni demontowane jest jedno urządzenie a drugie będzie pracowało.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza

**Pytanie 4: §6 ust. 1** Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych tj. zamiast 2% na 0,2%. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 5: §6 ust. 4** Prosimy o dodanie ustępu o następującej treści „Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, to Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10 % wynagrodzenia przypadającego na niefakturowaną część dostaw, określonych umową”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 6: II pkt. 3** Prosimy o wydłużenie czasu oczekiwania na wykonanie zobowiązań wynikających z udzielonej rękojmi max. 14 dni roboczych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 7: IV** Prosimy o wykreślenie tego punktu w całości. Na tym etapie nie jesteśmy w stanie określić warunków pogwarancyjnych. Dodatkowo zgłoszenia pogwarancyjne wymagają przygotowania oferty oraz jej akceptacji, w związku z czym narzucony termin naprawy max. 5 dni nie jest możliwy do wykonania.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Dotyczy Zadanie nr I (Zadanie I - Myjnia dezynfektor przelotowa 18 tacowa)– parametry techniczne:**

**Pytanie 8:** Pkt. 68. Prosimy o wydłużenie czasu naprawy max. 48 godziny od zgłoszenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 9:** Pkt. 69. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 7 dni roboczych w przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy 10 dni roboczych. Uzasadnienie: Czas dostaw zagranicznych i ewentualne odprawy celne znacznie wydłużają oczekiwanie

na części.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

## **Dotyczy Zadanie nr II (Sterylizator parowy na sześć jednostek wsadu – 2 szt.)– parametry**

### **techniczne:**

**Pytanie 10:** Dot. pkt 5. Czy Zamawiający zamiast parametru w pkt 5 wyrazi zgodę, aby urządzenie posiadało płaszcz pierścieniowy na komorze, wykonany ze stali nierdzewnej PN EN 1.4404 (316 L wg AISI), umożliwiający kontrolę wszystkich spawów podczas próby wodnej oraz wzmacniającym wytrzymałość komory przy jednoczesnym równomiernym rozkładzie temperatury zgodnie z PN EN 285?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 11:** Dot. pkt 7. Czy Zamawiający zamiast punktu 7 wyrazi zgodę, aby urządzenie posiadało 3 oddzielne zawory bezpieczeństwa (w komorze, w płaszczy grzejnym, na wytwornicy pary sterylizatora)?Uzasadnienie: Rozwiązanie to jest nowocześniejsze, bezpieczniejsze od pierwotnie wymaganego i zgodne z obowiązującymi wymogami dot. urządzeń ciśnieniowych.

**Odpowiedź:** Jest to parametr oceniany , za 2 lub 3 zawory bezpieczeństwa – 0 pkt za 1 zawór bezpieczeństwa – 20 pkt.

**Pytanie 12:** Dot. pkt 10. Czy Zamawiający zamiast punktu 10 wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z drzwiami komory uszczelnianymi za pomocą uszczelki dociskanej sprężonym powietrzem? Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie wydłuża żywotność uszczelki i gwarantuje większe bezpieczeństwo pracy.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 13:** Dot. pkt 14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z panelami czołowymi wykonanymi ze stali kwasoodpornej z elementami wykonanymi z innych materiałów odpornych na korozję.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 14:** Dot. pkt 15. W związku ze zmianą numeru dyrektywy dotyczącej urządzeń ciśnieniowych z 97/23/EC na 2014/68/EU prosimy o potwierdzenie, że spełnienie wymagań nowej dyrektywy będzie skutkowało spełnieniem parametru. Uzasadnienie: Producenci oferujący urządzenia są zobowiązani stosować się do aktualnego numeru dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/EU, która nie stoi w sprzeczności ze starą dyrektywą 97/23/EC i jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza

**Pytanie 15:** Dot. pkt 19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia Prosimy o doprecyzowanie czy w celu zapewnienie prawidłowego działania układu próżniowego sterylizatora dla wyższej temperatury wody chłodzącej latem, układ powinien być wyposażony w pompę próżniową dwustopniową wyposażoną dodatkowo w inżektor powietrzny wzmacniający działanie pompy, poprawiający warunki suszenia oraz zmniejszający zużycie wody?

**Odpowiedź:** Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym, układ wytwarzania próżni bez dodatkowych elementów powodujących dodatkowe zużycie wody.

**Pytanie 16:** Dot. pkt 25 oraz pkt 26. Czy Zamawiający zamiast parametru w pkt 25 oraz w pkt 26 dopuści dotykowy panel sterowania z kolorowym ekranem 5,7” po stronie załadowniczej oraz ekranem graficznym po stronie wyładowniczej pozwalającym wyświetlenie minimum 4 linii tekstu, wszystkie komunikaty w języku polskim?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 17:** Dot. pkt 27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyznanie punktów w przypadku zaoferowania urządzenia z wewnętrzną drukarką poniżej 10cm oraz z możliwością wydruku parametrów procesu wraz z wykresem na drukarce zewnętrznej w formacie A4?Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne do punktowanego oraz umożliwia analiza parametrów cyklu w ergonomicznej formie.

**Odpowiedź:** NIE

**Pytanie 18:** Dot. pkt 35 oraz pkt 38. Czy Zamawiający zamiast parametrów w pkt 35 oraz 38 wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z 5 programami zwalidowanymi przez producenta maszyny oraz możliwością wgrania dodatkowych programów z bazy programów? Uzasadnienie: Praca sterylizatora parowego w centralnej sterylizatorni ogranicza się w praktyce do użycia maksymalnie 5 zwalidowanych przez producenta programów bez możliwości modyfikacji programów przez użytkownika. W przypadku edycji programów użytkownik (szpital) bierze całkowitą odpowiedzialność za zgodność z aktualnymi przepisami dotyczącymi norm sterylizacyjnych i jest świadomy konieczności wykonania walidacji procesowej oraz operacyjnej po zmianie parametrów programu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 19:** Dot. pkt 37. Czy Zamawiający zamiast parametru w pkt 37 dopuści urządzenie, w którym prezentacja w czasie rzeczywistym parametrów aktualnego procesu oraz programu serwisowego w formie graficznej dokonywana jest w systemie komputerowym dokumentującym pracę centralnej sterylizacji będącym przedmiotem postępowania? Uzasadnienie: Zastosowanie w urządzeniu zaawansowanego portu komunikacyjnego pozwala na obserwację wykresu w postaci graficznej na monitorach komputera (ponad 20 cali) co znacząco poprawia możliwości analizy procesu?

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie 20:** Dot. pkt 39. Czy Zamawiający zamiast parametru w pkt 39 wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z możliwością automatycznej transmisji danych parametrów procesu, danych dotyczących załadunku ze sterownika sterylizatora do zewnętrznego systemu komputerowego zaoferowanego wraz z urządzeniem?

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie 21:** Dot. pkt 41. Czy Zamawiający zamiast parametru w pkt 41 wyrazi zgodę na zaoferowanie z automatyczną archiwizacją wszystkich raportów procesów w sterowniku sterylizatora przez 5 lat, oraz automatyczną transmisją raportów procesu do komputera zewnętrznego klasy PC, jednolite oprogramowanie archiwizacyjne w języku polskim dla oferowanych sterylizatorów i dostarczane wraz z urządzeniem? Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważnego do wymaganego, wszystkie raporty i wykresy procesu możliwe do wglądu i wydruku na zewnętrznym systemie komputerowym.

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie 22:** Czy Zamawiający zamiast parametrów w pkt 44, wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o wymiarach zewnętrznych sterylizatora łącznie z wbudowaną wytwornicą pary: 990x 1420 x 2430 mm (sxgxw)? Uzasadnienie: Wymiary proponowanego urządzenia są nieznacznie różne od wymaganych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 23:** Pkt. 55. Prosimy o wskazanie miejsca przyłączenia sterylizatorów.

**Odpowiedź:** W miejscu podłączenia obecnie pracujących sterylizatorów .

**Pytanie 24:** Pkt. 61. Prosimy o wydłużenie czasu naprawy max. 48 godziny od zgłoszenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 25:** Pkt. 62. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 7 dni roboczych w przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy 10 dni roboczych. Uzasadnienie: Czas dostaw zagranicznych i ewentualne odprawy celne znacznie wydłużają oczekiwanie na części.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 26:** Pkt. 54. Z uwagi na umieszczenie Stacji Uzdatniania Wody w osobnym pakiecie prosimy o potwierdzenie, iż dostawca stacji rozprowadzi przyłączy również do Myjni z Zadania I, a stacja zostanie zamontowana przed Myjnią. Wymagane przyłącza DN 22 rura zakończone zaworem  $\frac{3}{4}$  cala.

**Odpowiedź:** Przyłączy w zakresie Dostawcy Myjni.

Z poważaniem