



Ldz. ~~2019~~/2019

Olsztyn, dnia 03.10.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu

Dotyczy: postępowania nr 403/2019/PN/DZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. dostawa, wniesienie, montaż fabrycznie nowego wyposażenia medycznego oraz symulatorów i trenażerów do Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 5

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1.

Część 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu Szyn Próżniowych w kolorze czerwonym. Szyny służą do unieruchamiania złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć kończyn górnych i dolnych, unieruchamiania urazów stawów w kończynach w pozycji zastanej oraz do unieruchamiania urazów szyjnego odcinka kręgosłupa. W konstrukcji szyn zastosowano powleczenie wypełnione luźnym polimerowym granulatem, który pod wpływem podciśnienia zachowuje uprzednio ułożony kształt. Po użyciu usztywnień wystarczy odkręcić korek, a wyrównanie ciśnienia wewnątrz sprawi, że szyna znów będzie całkowicie elastyczna.

Szyny są przenikalne dla promieni X, łatwe w czyszczeniu i dezynfekowaniu.

W zestawie:

Szyna podciśnieniowa kończyny górnej: 67x34 cm

Szyna podciśnieniowa kończyny dolnej 100x68 cm

Szyna do unieruchomienia kręgosłupa szyjnych: 65x20 cm

ręczna pompka podciśnieniowa, zestaw naprawczy pokrowiec transportowy do przenoszenia zestawu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szyn próżniowych opisanych powyżej.

Pytanie nr 2.

Pytanie do części 16 - Fantomy pielęgnacyjne:

1. „Naturalnych wymiarów fantom pielęgnacyjny dwupłciowy o cechach:
 - symulacja mycia twarzy oraz mycia i czesania włosów;
 - mycie oczu i uszu;
 - pielęgnacja jamy ustnej i sztucznej szczęki;
 - intubacja dotchawicza;
 - odsysanie śliny;
 - podawanie tlenu;



- karmienie przez usta i nos;
- płukanie żołądka;
- badanie piersi i pielęgnacja;
- główne organy wewnątrz klatki piersiowej;
- wkłucia dożylnie i pobieranie krwi;
- wkłucia domięśniowe w mięsień naramienny, udo i pośladek;
- nakłucie klatki piersiowej, jamy brzusznej, wątroby, doszypikowe i lędźwiowe;
- lewatywa;
- cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn;
- płukanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn;
- pielęgnacja stomii;
- główne organy jamy brzusznej;
- realistyczny zakres ruchów kończyn;
- urazy do pielęgnacji i opatrywania
- mycie ciała gąbką, przebieranie.”

Czy Zamawiający uzna na zasadzie równoważności fantom pielęgnacyjny dwupłciowy o parametrach:

Naturalnych wymiarów **fantom pielęgnacyjny dwupłciowy** o cechach:

- symulacja mycia twarzy oraz mycia i czesania włosów;
- mycie oczu i uszu;
- pielęgnacja jamy ustnej i sztucznej szczęki;
- intubacja dotchawicza;
- odsysanie śliny;
- podawanie tlenu;
- karmienie przez usta i nos;
- płukanie żołądka;
- badanie piersi i pielęgnacja;
- rezerwuary płynów zlokalizowane w jamie brzusznej
- wkłucia dożylnie i pobieranie krwi;
- wkłucia domięśniowe w mięsień naramienny, udo i pośladek;
- łatwe napełnianie rezerwuarów dzięki wyprowadzonym na zewnątrz złączkom typu „luer lock”
- lewatywa;
- cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn;
- płukanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn;
- pielęgnacja stomii;
- realistyczny zakres ruchów kończyn;
- urazy do pielęgnacji i opatrywania
- mycie ciała gąbką, przebieranie.
- Gwarancja 24 miesiące

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania fantoma opisanego powyżej.

Pytanie nr 3.

Pytanie do: Części 21 Trener – wkłucie centralne



1. „Fabrycznie nowy **trenażer służący do nauki wkłuć centralnych i zakładania wlewów dożylnych.**

Właściwości:

- dwa główne miejsca dostępu dla wlewów: szyja / okolica podobojczykowa oraz okolica tętnicy udowej,
- możliwość założenia wlewów w w/w miejscach dzięki specjalnie skonstruowanym miękkim wkładkom umieszczonym w znajdujących się tam wgłębieniach,
- pokryte sztuczną skórą wkładki posiadają żyły wypełnione płynem imitującym krew,
- specjalna skóra zamykająca i uszczelniająca się po wyjęciu igły,
- sztuczne żyły o samouszczelniających się ścianach wywołujące realistyczny opór podczas przekłuwania,
- możliwość uzupełniania sztucznej krwi oraz wymiany wkładek,
- możliwość symulacji pulsu za pomocą dołączonej gruszki
- sprzęt fabrycznie nowy

Zestaw zawiera:

- tors dorosłego mężczyzny,
- sztuczną krew,
- wymienną wkładkę udową i szyjną,
- walizkę transportową,
- instrukcję obsługi w języku polskim”

Czy Zamawiający uzna na zasadzie równoważności sprzęt o następujących parametrach:
Fabrycznie nowy **trenażer służący do nauki wkłuć centralnych i zakładania wlewów dożylnych.**

Właściwości:

- dwa główne miejsca dostępu dla wlewów: szyja / okolica podobojczykowa oraz okolica tętnicy udowej,
- możliwość założenia wlewów w w/w miejscach dzięki specjalnie skonstruowanym miękkim wkładkom umieszczonym w znajdujących się tam wgłębieniach,
- wkładki posiadają żyły i tętnice wypełnione płynem imitującym krew,
- specjalna skóra zamykająca i uszczelniająca się po wyjęciu igły,
- sztuczne żyły o samouszczelniających się ścianach wywołujące realistyczny opór podczas przekłuwania, wytrzymujące nawet do 1000 wkłuć na cm² co zapewnia długowieczność, bez użycia części zamiennych,
- możliwość uzupełniania sztucznej krwi oraz wymiany wkładek,
- możliwość symulacji pulsu za pomocą dołączonej gruszki
- sprzęt fabrycznie nowy


Zestaw zawiera:

- górną część torsu dorosłego mężczyzny i dolną część torsu z udami
- sztuczną krew,
- kartony transportowe
- instrukcję obsługi w języku polskim

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania trenażera opisanego powyżej.

Pytanie nr 4.

Pytanie do: Część 29. Model macierzyński do badania chwytami Leopolda Czy Zamawiający uzna następujący model do badania chwytami Leopolda:



Moduł do badania chwytami Leopolda składa się z modelu dojrzałego płodu/novorodka z wyczuwalnym ciemiączkiem, kręgosłupem, barkami, łokciami i kolanami oraz dwóch pompowanych poduszek.

Całość umożliwia badanie metodą Leopolda, odwzorowuje położenie główkowe, miednicowe i poprzeczne płodu, ułożenia i ustawienia a także umożliwia poprzez pompowane poduszki badanie wysokości dna macicy w kolejnych tygodniach ciąży.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie modelu macierzyńskiego opisanego powyżej.

Pytanie nr 5.

Pytanie dotyczy: Część 32. Modele do nauki szycia krocza

Czy Zamawiający pisząc 3 szt miał na myśli 3 zestawy, każdy zestaw zawiera 3 modele do szycia krocza? Czy 1 zestaw zawierający 3 modele do szycia krocza – czyli 3 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pisząc 3 szt. miał na myśli 3 zestawy, z których każdy zestaw zawiera 3 modele do szycia krocza.

Pytanie nr 6.

Pytanie dotyczy: Część 36. Fantom do pielęgnacji i higieny ciała

Czy Zamawiający uzna fantom do pielęgnacji i higieny całego ciała o parametrach:

Fantom z ruchomymi wszystkimi stawami, umożliwiający przeprowadzenie szkolenia opieki nad pacjentem w zakresie opieki domowej i szpitalnej.



- Fantom przeznaczony jest do ćwiczenia pielęgnacji i poszczególnych zabiegów:
- pielęgnacja jamy ustnej, pomoc w szczotkowaniu,
 - pielęgnacja protezy dentystycznej,
 - zgłębnikowanie żołądka
 - prowadzenie tlenoterapii
 - zakładanie i pielęgnacja rurki tracheostomijnej
 - pielęgnacja sondy
 - żywienie pozajelitowe
 - iniekcje domięśniowe, śródskórne
 - pielęgnacja stomii
 - cewnikowanie pęcherza moczowego
 - możliwość wykonania lewatywy
 - podawanie czopków
 - mycie pacjenta w łóżku
 - możliwość przebierania i pozycjonowania pacjenta
 - gwarancja 24 miesiące

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż powyższy opis jest analogiczny z OPZ.

Pytanie nr 7.

Warunki gwarancji i serwisu Ad §6 ust. 6 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu podjęcia czynności serwisu gwarancyjnego do 72 godzin od chwili zgłoszenia w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy. **Ad §6 ust. 7** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu napraw gwarancyjnych oraz przeglądów technicznych do 10 dni roboczych liczonych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy.

Wyjaśniamy, iż zaproponowany przez nas czas naprawy jest niezbędny na postawienie diagnozy, niejednokrotnie w konsultacji z producentem i dokonanie skutecznej naprawy. Ponadto, uwzględnia czas niezbędny na sprowadzenie towaru zastępczego i części zamiennych z zagranicy oraz ich obsługę logistyczną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu podjęcia serwisu gwarancyjnego do 72 godzin oraz wydłużenie czasu napraw gwarancyjnych oraz przeglądów technicznych do 10 dni roboczych.

Pytanie nr 8.

Kary umowne W związku z faktem, iż przedmiotem jednej umowy dostawy może być kilka produktów oraz wysokościami kar umownych stosowanych w podobnych umowach proponujemy zmianę zapisów przez dodanie sformułowania "stosownej":

Ad §7 ust. 1b) za niedotrzymanie przez Sprzedawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w §2 ust. 2 w wysokości 0,4% stosownej ceny określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu umowy,

Ad §7 ust. 1c) za opóźnienie w podjęciu działań serwisu od chwili zgłoszenia usterki w wysokości 0,2% stosownej ceny określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia zgłoszenia przez osobę wyznaczoną do sprawowania nadzoru nad realizacją niniejszej umowy;



Ad §7 ust. 1d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokości 0,2% stosownej ceny określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na naprawę.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamian w powyższym zakresie.

Z poważaniem,

KANCLERZ

Aleksander Sacha
dr inż. Aleksander Sacha