



Szpital
im. prof. Z. Religi
w Słubicach

**Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi
w Słubicach Sp. z o. o.**

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: **KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł**

Słubice, dnia 12.08.2025r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), zwanej dalej ustawą Pzp **na dostawę sprzętu jednorazowego użytku** dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; **nr sprawy: ZP/TP/08/25**

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w dniach 07-11.08.2025r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. W trybie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy – pakiet nr 2

Czy Zamawiający w Części 2 dopuści produkt równoważny:

Łącznik bezigłowy o następujących parametrach

- przeźroczysta obudowa, barwny pierścieniem wokół membrany stabilizujący położenie membrany;
- kompatybilny z połączeniami typu Luer Lock i Luer Slim;
- do wielokrotnej podaży płynów infuzyjnych, krwi, preparatów krwiopochodnych, lipidów oraz wielokrotnego pobierania krwi do badań;
- posiadający gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę;
- pracujący w systemie dzielonej membrany z wewnętrzną tępą kaniulą;
- minimalny przepływ 350ml/min;
- ilość aktywacji 400 lub 7 dni;
- bardzo mały refluks nie większy niż -0,004ml;
- ciśnienie wsteczne min. 2,6 bar;
- objętość wypełnienia nie większa niż 0,05ml;
- niewielkie gabaryty, średnica korpusu nie większa niż 11mm, długość: 2.5-3 cm;
- bez zawartości lateksu i ftalanów;
- sterylne, opakowanie typu folia – papier z nadrukowanymi informacjami o producencie, dacie produkcji, dacie przydatności, metodzie sterylizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania portu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 12.08.2025r.

Pytanie nr 2

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 do odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający nie ma technicznej możliwości edycji ogłoszenia o zamówieniu w zakresie rozszerzenia ilości zadań/ pakietów.

Pytanie nr 3

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja 4

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 do odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający nie ma technicznej możliwości edycji ogłoszenia o zamówieniu w zakresie rozszerzenia ilości zadań/ pakietów.

Pytanie nr 4

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja 4

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 w pozycji 4 dopuści dren do klatki piersiowej z trokarem ostrym typu „trójgraniec”, wykonany z miękkiego termoplastycznego PCW, 2 boczne otwory ssące i 1 otwór końcowy gładko wykończone, linia Rtg., znaczniki długości co 2 cm, oznaczenie rozmiaru na drenie i płaskim uchwycie trokara; zintegrowany łącznik. Sterylny, rozmiary: 16F/27cm, 20F/42cm, 24F/42cm, 28F/42cm, 32F/42cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania drenu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 12.08.2025r.

Pytanie nr 5

Dotyczy – pakiet nr 30, pozycja 1 i 4

Czy Zamawiający wyodrębni z Pakietu 30 poz. 1 i 4 do osobnego zadania, co zwiększy konkurencyjność ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający nie ma technicznej możliwości edycji ogłoszenia o zamówieniu w zakresie rozszerzenia ilości zadań/ pakietów.

Pytanie nr 6

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści port do dostępu żylnego o przepływie 1000ml/10 min przy 0,9% roztworze NaCl?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 7

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści czas użytkowania 7 dni lub 200 aplikacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 8

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści objętość wypełnienia 0,13ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania portu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 12.08.2025r.

Pytanie nr 9

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dzieci elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 15 g, przestrzeń martwa 12 ml, objętość 150-300 ml, oporność 1,2 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 24 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 10

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści materiał PP?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania obwodu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 12.08.2025r.

Pytanie nr 11

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści obwód mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, tj. produktu sterylne.

Pytanie nr 12

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści rury o długości 200 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści obwód z możliwością stosowania do 7 dni przy codziennej wymianie filtra?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania obwodu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 12.08.2025r.

Pytanie nr 14

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści układ z 2 pułapkami wodnymi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 15

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści bez drenów bąbelkowych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania obwodu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 12.08.2025r.

Pytanie nr 16

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści zatyczkę zabezpieczającą dołączoną osobno?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 17

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści długość 200 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści rury karbowane?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści rury rozciągliwe?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści układ z 2 pułapkami wodnymi?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, tj. obwodu z 1 pułapką wodną.

Pytanie nr 21

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści układ bez pułapki wodnej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, tj. obwodu z 1 pułapką wodną.

Pytanie nr 22

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści materiał PP?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania obwodu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 12.08.2025r.

Pytanie nr 23

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści dodatkową rurę o długości 100 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, tj. dodatkowa rura o dł. 55-60 cm.

Pytanie nr 24

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści zatyczkę zabezpieczającą dołączoną osobno?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania obwodu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 12.08.2025r.

Pytanie nr 25

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja nr 6

Czy Zamawiający dopuści skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999% oraz wirusowej 99,999%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 26

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja nr 7

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych, o wadze 9 g, przestrzeni martwej 16 ml, objętości pływowej 200-1000 ml, z celulozowym wymiennikiem, z portem do odsysania z zatyczką zamykaną ręcznie, oporności 0,5 przy 30 l/min, z portem do podawania tlenu oraz skuteczności nawilżania 24 przy Vt 500ml, sterylnej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 27

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja nr 10

Czy Zamawiający dopuści długość 200 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 28

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja nr 11

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę kraniową jednorazowego użytku wykonaną z PCV, bezłateksową, ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, posiadającą łukowaty kształt; rurka oraz mankiet stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, bez wzmocnionego koniuszka, poślizgowa powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wzmocnienie rurki przed przegryzieniem; informacja dotycząca rozmiaru, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczone na korpusie maski; rozmiary: 1; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 4; 5?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania maski o w/w dopuszczonych

parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 12.08.2025r.

Pytanie nr 29

Dotyczy – pakiet nr 23, pozycja nr 1-8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów zawierających ftalany mające szkodliwe działanie na zdrowie, w tym na płodność i rozrodczość?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 30

Dotyczy – pakiet nr 23, pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści ustnik w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania maski o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 12.08.2025r.

Pytanie nr 31

Dotyczy – pakiet nr 23, pozycja nr 10

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 10 do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający nie ma technicznej możliwości edycji ogłoszenia o zamówieniu w zakresie rozszerzenia ilości zadań/ pakietów.

Pytanie nr 32

Dotyczy – pakiet nr 23, pozycja nr 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowania dwóch czujników dla zakresów wagowych 1-15 kg oraz 15-40 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania czujnika o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 12.08.2025r.

Pytanie nr 33

Dotyczy – pakiet nr 28, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści rurkę w rozmiarze 2,5?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania rurki intubacyjnej o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 12.08.2025r.

Pytanie nr 34

Dotyczy – pakiet nr 28, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści rurkę bez mankietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 35

Dotyczy – pakiet nr 33, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody bez czujnika głębokości i częstości ucisku?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 36

Dotyczy – pakiet nr 33, pozycja nr 1-2

Czy Zamawiający wskazał liczbę pojedynczych sztuk czy też liczbę kompletów zawierających 2 sztuki?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał 1 sztukę produktu gotowego i przeznaczonego dla jednego pacjenta.

Pytanie nr 37

Dotyczy – pakiet nr 33, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody pediatryczne przeznaczone do defibrylatorów AED oraz Zoll: R Series, M, Series, E Series?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 38

Dotyczy – pakiet nr 35, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'80 sztuk z przeliczeniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kieliszków o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 12.08.2025r.

Pytanie nr 39

Dotyczy – pakiet nr 35, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Tym samym Wykonawca oferujący opaski pakowane w opakowania a'100 sztuk winien zmienić jednostkę miary ze szt. na op., wskazać jaka wielkość opakowania została zaoferowana oraz odpowiednio przeliczyć szacowane zapotrzebowanie.

Pytanie nr 40

Dotyczy – pakiet nr 35, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Tym samym Wykonawca oferujący opaski pakowane w opakowania a'100 sztuk winien zmienić jednostkę miary ze szt. na op., wskazać jaka wielkość opakowania została zaoferowana oraz odpowiednio przeliczyć szacowane zapotrzebowanie.

Pytanie nr 41

Dotyczy – pakiet nr 38, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści opaski pakowane pojedynczo wraz z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Tym samym Wykonawca oferujący opaski pakowane pojedynczo winien zmienić jednostkę miary z op. na szt. oraz odpowiednio przeliczyć szacowane zapotrzebowanie, tj. 50 op. x 10 szt. = 500 szt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania opasek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 12.08.2025r.

Pytanie nr 42

Dotyczy – pakiet nr 31, pozycja nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie 31 poz. 1 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliuretanu, bez otworów bocznych:

- średnica 13 FR - długość 15 cm, 20 cm, 25 cm

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- opakowanie zawiera 3 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 43

Dotyczy – pakiet nr 31, pozycja nr 1

Jakich ramion wymaga Zamawiający prostych, czy zagiętych ?

Odpowiedź:

Ramiona proste.

Pytanie nr 44

Dotyczy – pakiet nr 31, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 31 poz. 1 i stworzy oddzielny pakiet dla tej pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający nie ma technicznej możliwości edycji ogłoszenia o zamówieniu w zakresie rozszerzenia ilości zadań/ pakietów.

Pytanie nr 45

Dotyczy – pakiet nr 41, pozycja nr 1

Zwracamy się prośbą o dopuszczenie klipsownic jednorazowych, gotowych do użycia, z założonym klipsem, rozwarcie klipsa 9, 12 i 16 mm, cewnik o średnicy 2,5 mm, długość 230 cm, możliwość rotacji oraz wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem, op' 10 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 46

Dotyczy – pakiet nr 41, pozycja nr 2

Zwracamy się prośbą o dopuszczenie jednorazowej igły iniekcyjnej endoskopowej do ostrzykiwania i hemostazy; posiada usztywnioną osłonkę zabezpieczającą przed przekłuciem kanału; blokada z dobrze słyszalnym kliknięciem informuje o całkowitym schowaniu ostrza igły do osłonki; posiada port do podawania leków; długość robocza narzędzia min 2300mm; długość ostrza igły 5 mm, średnica igły 0,7; skos igły standardowy boczny; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 47

Dotyczy – pakiet nr 41, pozycja nr 4

Zwracamy się prośbą o dopuszczenie pętli elektrochirurgicznej, jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomii; kształt owalny; szerokość pętli 10mm, 15mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm; średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4mm; minimalna średnica kanału roboczego 2.8mm. Rozmiar – do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 48

Dotyczy – pakiet nr 41, pozycja nr 5

Zwracamy się prośbą o dopuszczenie pętli elektrochirurgicznej, jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomii; kształt owalny; szerokość pętli 10mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm; średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4mm; minimalna średnica kanału roboczego 2.8mm. Rozmiar – do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 49

Dotyczy – pakiet nr 41, pozycja nr 6

Zwracamy się prośbą o dopuszczenie szczotki czyszczącej jednorazowego użytku, dwustronna, dł. 230cm, średnica główek 6 mm, zakończone po obu stronach kulką chroniącą kanał, Średnica osłonki 1.7mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 50

Dotyczy – pakiet nr 21, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści: Jednorazowa pętla owalna do polipektomii ,nie obrotowa wykonane z plecionego drutu tnącego 0,47mm, średnica pętli 10 mm, śr. 2,3mm, długość 230 cm (opakowanie 10 szt.) .

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 51

Dotyczy – pakiet nr 21, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści: Jednorazowa petla do polipektomii COLD SNARE – na zimno, bez użycia diatermii, kształt pętli deltoidalny, nie obrotowa, wykonane z plecionego drutu tnącego (0,23mm). Średnica

pętli 10mm, długość robocza 230cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 52

Dotyczy – pakiet nr 41, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści: Klipsownica jednorazowa z zakładanym klipsem, rozwarcie klipsa 11 i 16 mm, cewnik o średnicy 2,6 mm, długość 230 cm, możliwość rotacji oraz wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem, op' 10 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 53

Dotyczy – pakiet nr 41, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści: Igła jednorazowa iniekcyjna, sterylna, długość robocza 230 cm, średnica igły 0.7mm (22G), 0.5mm (25G), 1.0mm (19G), długość ostrza 5 mm, średnica kanału roboczego endoskopu 2,3 mm, kilkustopniowa „długopisowa” blokada ostrza, port do podawania leków. Kąt ścięcia igły 22G/ 25° (±2), 25G/ 27° (±3). Osłonka teflonowa odporna na załamania zakończona metalową główką ochronną, pakowana oddzielnie, op./10szt. Pakowane osobno w sterylne opakowania, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 54

Dotyczy – pakiet nr 41, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści:

Szczypce biopsyjne, jednorazowego użytku, sterylne:

- maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3mm
- osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów
- łyżeczki owalne z okienkiem bez igły oraz z igłą
- łyżeczki uchylne z możliwością wykonania biopsji stycznych wykonane ze stali nierdzewnej o gładkich krawędziach
- długość narzędzia: 2300 i 1800mm
- średnica kanału roboczego 2.8mm

Rozmiar – do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania maski o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 12.08.2025r.

Pytanie nr 55

Dotyczy – pakiet nr 41, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści:

Pętla elektrochirurgiczna, nie obrotowa, jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomi; kształt owalny; szerokość pętli 10mm, 15mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm; średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3mm; minimalna średnica kanału roboczego 2.8mm.

Rozmiar – do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 56

Dotyczy – pakiet nr 41, pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści: Pętla do polipektomii, nie obrotowa, jednorazowego użytku; kształt owalny; szerokość pętli 10mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm; średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3mm; minimalna średnica kanału roboczego 2.8mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 57

Dotyczy – pakiet nr 41, pozycja nr 6

Czy Zamawiający dopuści: Szczotka czyszcząca jednorazowego użytku, dwustronna, dł. 230cm, średnica główek 5 mm, zakończone po obu stronach kulką chroniącą kanał, Średnica osłonki 1.7mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 58

Dotyczy – pakiet nr 16, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wydzieli do odrębnego pakietu i dopuści w pakiecie nr 16?

poz. 1 Aspirator ssący do biopsji endometrium. Oznaczenie głębokości (miarka wzdłuż aspiratora) ułatwiająca lokalizację umiejscowienia w macicy. Zaokrąglona końcówka. Sterylne. Długość 262 mm, średnica zewnętrzna ok.3 mm, średnica wewnętrzna ok. 2 mm

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny.

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik - dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Zamawiający nie ma technicznej możliwości edycji ogłoszenia o zamówieniu w zakresie rozszerzenia ilości zadań/ pakietów.

Natomiast, Zamawiający dopuszcza w/w opis produktu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania maski o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 12.08.2025r.

Pytanie nr 59

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja nr 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę ilości z 4 szt na 10 szt, bowiem mamy możliwość sprzedaży tylko i wyłącznie pełnymi opakowaniami zbiorczymi. Ma to związek z ISO, żeby zapewnić pełno jakościowy produkt, który nie ulegnie zniszczeniu w ramach transportu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 60

Dotyczy – pakiet nr 41, pozycja nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie klipsownicy z cewnikiem o średnicy 2,6 mm..

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 61

Dotyczy – pakiet nr 41, pozycja nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie igły o średnicy ostrza 0,6 mm i 0,8 mm (do wyboru).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 62

Dotyczy – pakiet nr 41, pozycja nr 6

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy cewnika 1,7 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 63

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny filtr oddechowy, pediatryczny bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny o następujących parametrach :

- Opór przepływu przy 30l /min 0,7 cm H₂O
- Objętość oddechowa VT 150 - 1200 ml
- Masa 19 g
- Przestrzeń martwa 35 ml
- Skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej 99,999%
- Złącza 22M/15F-22F/15M
- Port kapno z koreczkiem zabezpieczającym
- Sterylny

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 64

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie układu mikrobiologicznie czystego ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 65

Dotyczy – pakiet nr 28

Czy Zamawiający dopuści testy urezowe (mokre), w których do zamknięcia studzienki reakcyjnej nie została użyta folia samoprzylepna, która (w testach, które ją zawierają) przykleja się do rękawic w trakcie ich przeprowadzania. Testy mają podwójne zabezpieczenie przed wydostaniem się mieszaniny reakcyjnej poza test, zastosowana pokrywka testu jest przesuwana i zabezpieczona przed samoistnym, niepożądanym wypadnięciem. Testy można zamykać lub otwierać poprzez zatrzaśnięcie jej lub przesunięcie?

Odpowiedź:

Pytanie skierowane zostało do innego Zamawiającego.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie uwzględnił testów ureazowych.

W ogłoszeniu o zamówienie w części nr 38 omyłkowo wskazano błędną nazwę pakietu.

Zamiast:

CZĘŚĆ NR 38 – Pakiet nr 38 – test ureazowy, mokry

Winno być:

CZĘŚĆ NR 38 – Pakiet nr 38 – opaska do rurki trachostomijnej

Tym samym, Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób:

BYŁO:

Część 38

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ NR 38 – Pakiet nr 38 – test ureazowy, mokry

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV: 33696000-5 - Odczynniki i środki kontrastowe

JEST:

Część 38

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ NR 38 – Pakiet nr 38 – opaska do rurki trachostomijnej

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV: 33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji

W treści SWZ i załączników nazewnictwo jest prawidłowe.

Pytanie nr 66

Dotyczy – pakiet nr 39, pozycja nr 1, 2 oraz 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 1, 2 oraz 3 z pakietu 39?_

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający nie ma technicznej możliwości edycji ogłoszenia o zamówieniu w zakresie rozszerzenia ilości zadań/ pakietów.

Pytanie nr 67

Dotyczy – pakiet nr 39, pozycja nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie 39 w pozycji 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Jednorazowe, sterylne klipsy z niewchłaniałnego polimeru, kształt łukowaty, samonaprowadzający zatrząsk, na wewnętrznej powierzchni ramion zintegrowane ząbki uniemożliwiające przesuwanie się tkanek. Magazynek po 6 szt. klipsów, tylna ścianka magazynka samoprzylepna. Rozmiar ML wyraźnie oznaczony kolorem, który jest taki sam jak na klipsownicy. Klipsy kompatybilne z klipsownicą Grena, w opakowaniu 14 magazynków. Klasa wyrobu: III?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania do pełnych opakowań w górę (obecnie Zamawiający wymaga 5 op. po 20 magazynków, czyli 100 magazynków) lub wyceny klipsów na sztuki (6 szt. x 20 magazynków = 120 szt. x 5 op. = 600 szt.).

Pytanie nr 68

Dotyczy – pakiet nr 39, pozycja nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie 39 w pozycji 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Jednorazowe, sterylne klipsy z niewchłaniałnego polimeru, kształt łukowaty, samonaprowadzający zatrząsk, na wewnętrznej powierzchni ramion zintegrowane ząbki uniemożliwiające przesuwanie się tkanek. Magazynek po 6 szt. klipsów, tylna ścianka magazynka samoprzylepna. Rozmiar L, wyraźnie oznaczony kolorem, który jest taki sam jak na klipsownicy. Klipsy kompatybilne z klipsownicą Grena, w opakowaniu 14 magazynków. Klasa wyrobu: III?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania do pełnych opakowań w górę (obecnie Zamawiający wymaga 5 op. po 20 magazynków, czyli 100 magazynków) lub wyceny lub wyceny klipsów na sztuki.

Pytanie nr 69

Dotyczy – pakiet nr 39, pozycja nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie 39 w pozycji 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Jednorazowe, sterylne klipsy z niewchłaniałnego polimeru, kształt łukowaty, samonaprowadzający zatrzask, na wewnętrznej powierzchni ramion zintegrowane ząbki uniemożliwiające przesuwanie się tkanek. Magazynek po 6 szt. klipsów, tylna ścianka magazynka samoprzylepna. Rozmiar X L wyraźnie oznaczony kolorem, który jest taki sam jak na klipsownicy. Klipsy kompatybilne z klipsownicą Grena, w opakowaniu 14 magazynków. Klasa wyrobu: III?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania do pełnych opakowań w górę (obecnie Zamawiający wymaga 3 op. po 20 magazynków, czyli 60 magazynków) lub wyceny lub wyceny klipsów na sztuki.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.
Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu – Adam Koniuk
(podpis na oryginale)