

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń operacyjnych
Nr sprawy: ZP-20-077UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 2019, poz.175), udzielam następujących odpowiedzi:

Pyt. 1 Pakiet nr 2 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło/podkład o gramaturze 25g/m²?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 2 Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarze 160x210cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 3 Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odp.: W celu zminimalizowania zagrożenia Covid-19 Zamawiający wymaga próbek sterylnych.

Pyt. 4 Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta dwuwarstwowa PP+PE na całej powierzchni na stół narzędziowy wzmocniona o wym. 150cmx200cm (+/- 10cm) (owinięcie zestawu), gramatura 63g/m², chłonność 350%

1 x serweta na stolik Mayo o wym. 80cmx140cm, składana teleskopowo, z niepiaskowanej folii, z padem chłonnym na całej długości

2 x serweta trójwarstwowa SMS, gramatura 50g/m², 150 x 200 cm z samoprzylepnym wycięciem U o wym. 6 x 65 cm na dłuższym boku, zintegrowana z organizatorami przewodów, w strefie krytycznej wzmocnienie o chłonności 680%, gramatura 80g/m²)

1 x kieszeń samoprzylepna dwusekcyjna wym. 40 x 30 cm

1 x kieszeń samoprzylepna 1-sekcyjna 30 x 40 cm

1 x kleszczyki plastikowe typu korcang 23 cm

12 x kompresy z gazy o wym. 7,5cmx7,5cm, 8 warstwowe, 17 nitkowe

1 x pojemnik plastikowy poj. 250 ml niebieski

1 x ostrze do skalpela nr 15

1 x zamykane pudełko magnetyczne na zużyte igły i ostrza o wym. 11x5÷5,5x1cm (w środku pudełka narysowane 30 miejsc

1 x czyścik do koagulacji samoprzylepny kontrastujący w RTG?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 5 Pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 40 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 6 Pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwety o chłonności 715%?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 7 Pakiet nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odp.: W celu zminimalizowania zagrożenia Covid-19 Zamawiający wymaga próbek sterylnych.

Pyt. 8 Pakiet nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta dwuwarstwowa na stół narzędziowy 150x190 (owinięcie zestawu);

1 x serweta dwuwarstwowa 180 x 180 cm z padem chłonnym na dłuższym boku, rozmiar wzmocnienia 25 x 60 cm

1 x serweta dwuwarstwowa 240 x 150 cm z padem chłonnym na dłuższym boku, rozmiar wzmocnienia 25 x 60 cm

2 x serweta dwuwarstwowa serweta 90 x 75 cm z padem chłonnym na dłuższym boku, rozmiar wzmocnienia 2 x 60 cm

1 x serweta na stolik Mayo 80x140 składana teleskopowo z warstwą chłonną na całej długości serwety;

1 x taśma samoprzylepna 10x50;

1 x kieszeń samoprzylepna 1-sekcyjna 30x40 PE;

1 x kieszeń samoprzylepna 2-sekcyjna 40x30 PE;

1 x uchwyt typu Velco 2x22

8 x chusta z gazy z chipem RTG 45x45, czterowarstwowa w kolorze białym, po wstępnym praniu, z tasiemką ;

1 x miska plastikowa okrągła z wewnętrznymi występami 2500 ml lub miska plastikowa okrągła 1500 ml)

1 x miska nerkowa plastikowa poj. 300ml;

1 x kleszczyki plastikowe typu korcang 23 cm

4 x tupfer z gazy 17 nitkowej, 40 x 30 cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 9 Pakiet nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwety o chłonność we wzmocnionej strefie krytycznej 680%?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 10 Pakiet nr 3 poz. 3

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 200 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 6 cm x 65 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający oczekuje serwet z padem chłonnym.

Pyt. 11 Pakiet nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O, chłonności wzmocnienia min. 680%?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 12 Pakiet nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylizowany radiacyjnie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pyt. 13 Pakiet nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 95 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 14 Pakiet nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O, chłonności wzmocnienia min. 680%?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 15 Pakiet nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylizowany radiacyjnie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pyt. 16 Pakiet nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną dołączoną osobno do zestawu?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 17 Pakiet nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylizowany radiacyjnie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pyt. 18 Pakiet nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym kłapką

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

+ 1 x serweta na stolik Mayo 80x140cm z warstwą chłonną na całej długości pakowana osobno?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 19 Pakiet nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², odporności na penetrację płynów 188 cm H₂O, chłonności warstwy zewnętrznej min. 350%?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 20 Pakiet nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończy, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie oczekuje ani nie wymaga taśmy i osłony na przewody.

Pyt. 21 Pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu typu folia-papier?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 22 Pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści imadło metalowe i długości 15cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pyt. 23 Pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami wykonanymi z włókniny polipropylenowej w miejsce serwet wykonanych z włókniny typu SMS?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 24 Pakiet nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwety z otworem o średnicy 6x8cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 25 Pakiet nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 200x280cm o średnicy 10cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 26 Pakiet nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z włókniny typu SMS, wzmocnionej w strefie krytycznej o łącznej gramaturze 130g/m²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pyt. 27 Pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu uniwersalnego o następującym składzie:

1) 1 x serweta na stolik narzędziowy 150cm x 190cm (owinięcie zestawu)

2) 1 x serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo 80cm x 145cm z warstwą chłonną 85cm x 76cm

3) 1 x serweta samoprzylepna 2 warstwowa 180cm x 300cm

4) 1 x serweta samoprzylepna 2 warstwowa 200cm x 180cm

5) 2 x serweta samoprzylepna 2 warstwowa 90cm x 100cm

6) 1 x taśma samoprzylepna 9cm x 50cm

7) 2 x ręcznik włókninowy 20cm x 40cm

Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy PN-EN 13798+A1:2013-6 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe na całej powierzchni o budowie PP+PE gramaturze min. 56g/m² i dużej chłonności min. 570%. Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy. Każdy zestaw posiada min. 2 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. Sterylizacja EO. I klasa palności serwet potwierdzona KDT.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 28 Pakiet nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie Zestawu uniwersalnego dużego o następującym składzie:

1) 1 x serweta 2 warstwowa na stół narzędziowy 150cm x 190cm (owinięcie zestawu)

2) 1 x serweta samoprzylepna 2 warstwowa 240cm x 180cm

3) 1 x serweta samoprzylepna 2 warstwowa 180cm x 300cm

4) 2 x serweta samoprzylepna 2 warstwowa 100cm x 90cm

5) 1 x serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm składana teleskopowo z piaskowanej folii z warstwą chłonną min. 85cm x 76cm

6) 1 x taśma samoprzylepna 9 x 50cm

7) 1 x kieszeń samoprzylepna 1 sekcyjna 30cm x 40cm PE

8) 1 x kieszeń samoprzylepna 2 sekcyjna 42cm x 35cm PE

9) 1 x uchwyt typu Velco 2cm x 25cm

10) 8 x chusta z gazy 17 nitkowej z nitką RTG 45cm x 45cm

11) 1 x miska plastikowa okrągła 2500ml, gładka na zewnątrz i od środka o gładkim dnie, wys. 9cm, śr. denka 18cm

- 12) 1 x miska nerkowata plastikowa 700 ml
- 13) 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang 24
- 14) 4 x tupfer 30cm x 30cm z gazy 17- nitkowej
- 15) 2 x ręcznik włókninowy 20cm x 40cm

Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy PN-EN 13798+A1:2013-6 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe na całej powierzchni o budowie PP+PE gramaturze min. 56g/m² i chłonności min. 570%. Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy. Każdy zestaw posiada min. 2 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. Sterylizacja EO. I klasa palności serwet potwierdzona KDT.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 29 Pakiet nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu do operacji tarczycy o następującym składzie:

- 1) 1 x serweta na stolik narzędziowy 150cm x 190cm(owinięcie zestawu)
- 2) 1 x serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm składana teleskopowo z warstwą chłonną min. 85cm x 76cm
- 3) 1 x serweta samoprzylepna 2 warstwowa 150cm x 240cm z wycięciem U 63cm x 7cm
- 4) 1 x serwetka samoprzylepna 2 warstwowa 180cm x 240cm
- 5) 1 x taśma samoprzylepna 9cm x 50cm
- 6) 2 ręczniki włókninowe 20cm x 40cm

Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy PN-EN 13798+A1:2013-6 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe na całej powierzchni o budowie PP+PE gramaturze min. 56g/m² i chłonności min. 570%. Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy. Każdy zestaw posiada min. 2 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. Sterylizacja EO. I klasa palności serwet potwierdzona KDT.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 30 Pakiet nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu zestaw do żyłaków kończyn dolnych o następującym składzie:

- 1) 1 x serweta na stolik narzędziowy 150cm x 190cm(owinięcie zestawu)
- 2) 1 x serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80cm x 145cm z warstwą chłonną min. 85cm x 76cm
- 3) 1 x serweta samoprzylepna 2 warstwowa 180cm x 240cm z wycięciem U 63cm x 7cm
- 4) 1 x serweta samoprzylepna 2 warstwowa 180cm x 240cm
- 5) 1 x serweta 2 warstwowa 210cm x 150cm
- 6) 1 x serweta do osłony krocza przylepna na 4 bokach 20cm x 35cm
- 7) 1 x taśma samoprzylepna 9cm x 50cm
- 8) 2 x ręcznik włókninowy 20cm x 40cm

Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy PN-EN 13798+A1:2013-6 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe na całej powierzchni o budowie PP+PE gramaturze min. 56g/m² i chłonności min. 570%. Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy. Każdy zestaw posiada min. 2 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. Sterylizacja EO. I klasa palności serwet potwierdzona KDT.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 31 Pakiet nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu zestaw do żyłaków kończyn dolnych o następującym składzie:

- 1) 1 x serweta na stolik narzędziowy 150cm x 190cm (owinięcie zestawu)
- 2) 1 x serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo 80cm x 145 cm z warstwą chłonną min. 85cm x 76cm
- 3) 1 x serweta brzuszno-kroczoowa 2 warstwowa 265cm x 180cm z oknami w części brzusznej 28cm x 20cm x 18cm i kroczoowej 10cm x 15cm
- 5) 1 x taśma samoprzylepna 9cm x 50cm
- 6) 1 x kieszeń foliowa 2 komorowa 42cm x 35cm

Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy PN-EN 13798+A1:2013-6 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe na całej powierzchni o budowie PP+PE gramaturze min. 56g/m² i chłonności min. 570%. Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy. Każdy zestaw posiada min. 2 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. Sterylizacja EO. I klasa palności serwet potwierdzona KDT.

Odp.: Zgodnie z SIWZ. W pozycji 5 Zamawiający wymaga jałowego zestawu brzuszno-krocznego.

Pyt. 32 Pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkową plastikową miską nerkowatą 700 ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 33 Pakiet nr 6

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu do implantów usznych o składzie:

1. 1 x serweta 200 x 280 cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 56g/m², odporność na przenikanie cieczy ponad 250 cm H₂O, serweta posiada otwór przylepny owalny 10x15 cm umiejscowiony w 1/3 wysokości górnej części serwety
2. 1 x serweta 200x190 wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m², odporność na przenikanie cieczy ponad 250 cm H₂O, serweta posiada otwór przylepny 10 x 15 cm umiejscowiony 1/3 górnej części serwety .
3. 1 x serweta 90x75cm z przylepcem wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m², odporność na przenikanie cieczy ponad 250cm H₂O

4. 1 x pokrowiec na stolik Mayo 145x80cm
 5. 2 x Samoprzylepna taśma medyczna 9x50cm
 6. 1 x serweta do owinięcia zestawu 150 x 190cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu w części chłonnej o gramaturze min 84g/m², odporność na przenikanie cieczy 100H₂O.
 7. 2 x Kieszka foliowa jednokomorowa z kształtką i przylepcem, wykonana z folii PE, rozm. 30x40 cm
 8. 3 x ręcznik włókninowy 40x20 cm.
 9. 1 x Foliowa osłona na przewody 15x250 cm.
 10. 1 x foliowa osłona na aparaturę o średnicy min. 80 cm.
 11. 1 x dren do odsysania pola operacyjnego o długości 350 cm.
 12. 1 x skalpel chirurgiczny rozm. 10.
 13. 1 x skalpel chirurgiczny rozm. 15
 14. fartuch chirurgiczny rozm. M - 2 szt., L - 1szt. wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze ponad 35g/m² odporność na przenikanie cieczy min. 30cm H₂O.
 15. 1 x strzykawka o pojemności 5ml.
 16. 1 x strzykawka o pojemności 2ml.
 17. 1 x strzykawka o pojemności 20ml.
 18. 1 x pojemnik plastikowy pojemność 250ml o przekroju okrągłym bez nakrętki.
 19. 1 x pojemnik plastikowy pojemność 125ml o przekroju okrągłym bez nakrętki.
 20. 1 x osłona na podłokietnik z gumką rozm. 60 x 40cm.
 21. 1 x igła do iniekcji 0,6
 22. 1 x pisak sterylny do skóry z miarką centymetrową.
 23. 1 x folia operacyjna rozm. 45 x 28cm
- Każdy zestaw posiada 4 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa:
Zestaw do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. Sterylizacja EO.
Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie. I klasa palności serwet potwierdzona dokumentem z badania.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pyt. 34 Pakiet nr 3 poz. 1

Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego dużego posiadającego w swoim składzie serwetę narzędziową (opakowanie zestawu) w rozmiarze 190 x 150 cm?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pyt. 35 Pakiet nr 4 poz. 1

Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do pobrań narzędzi posiadającego w swoim składzie dwutorowy dren do perforacji o długości 200 cm ze zbiornikiem przepływowym?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pyt. 36 Pakiet nr 6 poz. 1

Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do implantów usznych o następującym składzie:

- 1 x Serweta dwuwarstwowa 200 x 280 cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu, otwór przylepny o rozmiarze 15x15 cm umiejscowiony w odległości 100 cm górnej części serwety
- 1 x Serweta dwuwarstwowa 170x250 wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55 mg/ m², otwór przylepny 12 x 15 cm umiejscowiony w odległości 79 cm od górnej części serwety
- 1 x Serweta 90x75 z przylepcem wykonana z dwuwarstwowego laminatu
- 1 x pokrowiec na stolik Mayo 145x 80 cm, składana teleskopowo
- 2 x Samoprzylepna taśma medyczna 10x50 cm
- 1 x Serweta do owinięcia zestawu wzmocniona 150x 190 cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu
- 1 x Kieszka foliowa jednokomorowa z kształtką i przylepcem, wykonana z folii PE , rozm 38x 43 cm
- 3 x Ręcznik celulozowy 33 x 30 cm (+ 5 cm)
- 1 x Foliowa osłona na przewody 15x 244 cm
- 1 x Foliowa osłona na aparaturę o średnicy 85 x 95 cm
- 1 x Dren do odsysania pola operacyjnego o długości 3 m
- 1 x Skalpel chirurgiczny rozm 10
- 1 x Skalpel chirurgiczny rozm 15
- 2 x Fartuch chirurgiczny rozm M (zgodny z SIWZ)
- 1 x Strzykawka o pojemności 5 ml
- 1 x Strzykawka o pojemności 2 ml
- 1 x Strzykawka o pojemności 20 ml
- 1 x Pojemnik plastikowy pojemność 250 ml o przekroju okrągłym bez nakrętki
- 1 x Pojemnik plastikowy pojemność 120 ml o przekroju okrągłym bez nakrętki.
- 1 x Osłona na podłokietnik przylepna rozm 73x35 cm
- 1 x Igła do iniekcji 0,6
- 1 x Pisak sterylny do skóry z miarką centymetrową
- 1 x Folia operacyjna rozm. 40 x 35
- 1 x Fartuch chirurgiczny rozm L (zgodny z SIWZ)

Pozostałe parametry zestawu zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 37 dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzenie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 38 dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „20% wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości netto niezrealizowanej części umowy”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 39 dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby § 5 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do należytego wykonywania umowy”? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 40 dot. projektu umowy

Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- § 4, ust. 2 - do kwoty 10% wartości niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu umowy

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy/pakietu, nie zaś od wartości całej umowy/pakietu. W przeciwnym razie, taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Mając powyższe na uwadze, zwraca się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych oraz modyfikację zasad ich naliczania, jak na wstępie.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 41 dot. projektu umowy

Wnosimy o wprowadzenie do umowy nowego paragrafu regulujące skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:

Siła Wyższa

1. Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przestanków wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.