



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZŁUCHOWIE

ul. Szczecińska 16, 77-300 Człuchów

tel. (059) 83 42 459, fax (059) 72 60 877

REGON 771480603, NIP 843-14-01-794

www.spzoz-czluchow.pl, e-mail: sekretariat@spzoz-czluchow.pl

Zapytania Oferentów z odpowiedziami Zamawiającego

do postępowania sygn. ZP/07/SPZOZ/2023, ID 773405

pn. ZAKUP AMBULANSU FINANSOWANEGO LEASINGIEM OPERACYJNYM

Data wpływu	Zakres którego dotyczy / dokument	pozycja	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego	Data udzielenia odpowiedzi
31.05.2023	Zabezpieczenie		Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na Zabezpieczenie wszelkich roszczeń Finansującego w stosunku do Korzystającego, wynikających z umowy leasingu wekslem własny in blanco z wystawienia Korzystającego (wraz z "Deklaracją Wystawców i Poręczycieli"). Z uwagi na wysoką wartość oraz specyfikę przedmiotu leasingu Wykonawca jest zobligowany do ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń umowy leasingu.	Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zabezpieczenie wekslowe zostanie wystawione przez Zamawiającego - SP ZOZ w Człuchowie bez poręczenia osób trzecich lub poręczenia majątkowego osoby wystawiającej.	31.05.2023
31.05.2023	Dane finansowe		Prosimy o udostępnienie dokumentów finansowych za rok 2022 - pełnego sprawozdania finansowego oraz aktualnego zestawienia zobowiązań i należności. Jest to niezbędne do oceny zdolności kredytowej i złożenia oferty.	W załączeniu Zamawiający przesyła dokumenty finansowe za rok 2022 tj. Bilans i RZiS z zastrzeżeniem, iż są to dokumenty wstępne przed badaniem i nie są to dane ostateczne. Wstępne dane dotyczące zobowiązań i należności znajdują się w udostępnionych w załączeniu dokumentach. Z uwagi na fakt, że przesłane do Państwa dane nie są danymi ostatecznymi*, prosimy nie udostępniać ich bez oficjalnej zgody SP ZOZ. *które mogą ulegnąć zmianie po badaniu. (dane zostały udostępnione w wiadomości prywatnej)	02.06.2023
31.05.2023	HARMONOGRAM SPŁATY RAT LEASINGOWYCH		1. Zamawiający wskazał, że czas trwania umowy powinien wynosić 24 miesiące, w tym samym czasie zamierza on uiścić 24 rat. Uprzejmie informuję, że w leasingu operacyjnym występuje o jedną ratę mniej niż faktycznie trwa umowa. W umowie trwającej 24 miesiące Zamawiający uiści zatem 23 rat, z uwagi na fakt, że termin płatności pierwszej raty przypada miesiąc po odbiorze Sprzętu. Dodatkową opłatą, ale nie ratą leasingową, jest czynsz inicjalny. Opłata za wykup (depozyt gwarancyjny) uiszczany jest razem z ostatnią ratą. Proszę o akceptację takiego sposobu kalkulacji oferty i korektę formularza ofertowego oraz harmonogramu w taki sposób, by znalazła się w nim liczba 23 rat, czas trwania umowy 24 miesiące bądź 24 raty i czas trwania umowy leasingu 25 miesięcy.	Zgodnie z SWZ	02.06.2023

31.05 .2023	Opłaty dodatkowe		2. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. Zamawiający będzie zobowiązany do jego poniesienia na podstawie refaktury wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu przez Wykonawcę – Finansującego. Założenie to jest zgodne z kodeksowym ujęciem umowy leasingu, zgodnie z którym wszelkie podatki, opłaty i inne ciężary związane z korzystaniem i posiadaniem leasingowanego dobra, ponosi korzystający.	Zamawiający wyraża zgodę.	02.06. 2023
31.05 .2023	Opłaty dodatkowe		3. Czy Zamawiający będzie ponosił koszty opłat, które mogą pojawić się w trakcie trwania umowy leasingu, a związane będą z czynnościami dokonywanymi na wniosek lub z winy Zamawiającego np. wyrobienie duplikatu nalepki, dowodu rejestracyjnego, wtórnika tablicy rejestracyjnej i dowodu rejestracyjnego, odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, ewentualne mandaty, wykonanie niestandardowej obsługi umowy, spóźnienie Zamawiającego z płatnościami? Tabela opłat i prowizji Wykonawcy udostępniona zostanie Zamawiającemu na stronie internetowej Wykonawcy (lub jako załącznik do Umowy leasingu).	Pytanie jest bardzo obszerne, Zamawiający nie ma możliwości udzielenia jednoznacznej odpowiedzi. Zgodnie z Rozdziałem V ust. 4 SWZ – tabela opłat i prowizji powinna zostać załączona najpóźniej w dniu złożenia ofert. Wszelkie opłaty powinny być ujęte w ofercie.	02.06. 2023
31.05 .2023	Ubezpieczenie pojazdu		7. Z uwagi na brak w SWZ informacji odnośnie ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC, AC, NNW prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy ubezpieczy pojazd indywidualnie i tym samym koszt ubezpieczenia nie powinien wchodzić w cenę oferty?	Zamawiający na własny koszt pokryje ubezpieczenie pojazdu w zakresie OC, AC, NNW.	02.06. 2023
31.05 .2023	Rozliczenia		10. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie dokonywał: a) rozliczeń, zgłoszeń dotyczących opłat leasingowych i ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu tylko z Finansującym,	Zamawiający wyraża zgodę	02.06. 2023
31.05 .2023	Rozliczenia		10. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie dokonywał: b) rozliczeń (w tyt. z kar umownych), zgłoszeń wynikających z warunków gwarancji, serwisu przedmiotu leasingu, jego utrzymania bezpośrednio z Dostawcą.	Zamawiający nie wyraża zgody.	02.06. 2023
31.05 .2023	Opłaty dodatkowe		12. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatą tabela opłat i prowizji w wysokości: 200 PLN. Opłata ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie czynności związanych z posprzedażową obsługą Umowy leasingu. W ramach ryczałtu Klient nie ponosi kosztów m.in. za: cesję umowy, obsługę mandatów, wcześniejsze zakończenia Umowy, bezpłatny dostęp do Portalu Klienta. Tabela opłat jest częścią OWUL – co gwarantuje Klientom niezmiennosć warunków przez cały okres trwania Umowy.	Zamawiający nie wyraża zgody.	02.06. 2023

31.05 .2023	SWZ	Rozdz. V pkt 5 SWZ	4. W Rozdz. V pkt 5 SWZ Zamawiający przewidział wymóg uzyskania dodatkowej akceptacji umowy przez Dostawcę pojazdu. Prosimy o potwierdzenie, że warunek ten nie dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia publiczne (konsorcjum składające się z Finansującego i Dostawcy pojazdu). Skoro bowiem pełnomocnik konsorcjum składa ofertę, potwierdza w imieniu wykonawców, w tym Dostawcy pojazdu, że akceptuje warunki wzoru Umowy przewidzianej przez Zamawiającego. Dodatkowe oświadczenie Dostawcy pojazdu jest zatem zbędne.	Zamawiający wyraża zgodę. Warunek ten nie dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia publiczne (konsorcjum składające się z Finansującego i Dostawcy pojazdu). Skoro bowiem pełnomocnik konsorcjum składa ofertę, potwierdza w imieniu wykonawców, w tym Dostawcy pojazdu, że akceptuje warunki wzoru Umowy przewidzianej przez Zamawiającego. Dodatkowe oświadczenie Dostawcy pojazdu jest zatem zbędne.	05.06. 2023
31.05 .2023	Projekt umowy	§ 2 ust. 1	5. Zwracamy się z prośbą o rozszerzenie treści § 2 ust. 1 wzoru Umowy (Zał. nr 4 do SWZ) o następujący zapis: „oraz pod warunkiem spłacenia przez Zamawiającego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu”.	Zamawiający nie wyraża zgody – pytanie nieprecyzyjne, nie wskazuje gdzie dokładnie miałyby się znaleźć wskazany fragment.	05.06. 2023
31.05 .2023	Projekt umowy	§ 2 ust. 4	6. W § 2 ust. 4 wzoru Umowy znalazł się następujący zapis: „Wykonawca nie może bez pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody przelać wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją Umowy na rzecz osób trzecich.” Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów na następujący: „Zamawiający wyraża zgodę na: - bezpośrednią spłatą należności wynikających z umowy na rachunek kredytodawcy Finansującego; - przekazanie niespłaconej umowy (która powinna być zakończona) zewnętrznej firmie, która będzie dochodziła spłaty niespłaconych zobowiązań.” Uprzejmie informuję, że Wykonawca nie ma możliwości dochodzenia pewnych roszczeń samodzielnie od Korzystającego. Przy ich dochodzeniu posiłkuje się wiedzą i umiejętnościami innych profesjonalnych podmiotów. Ponadto zdarza się również cesja praw z umowy na bank udzielający kredytu Finansującemu. Taki scenariusz nie powoduje żadnych zmian w realizacji umowy dla Korzystającego poza zmianą rachunku bankowego na który zobowiązany jest uiszczać raty leasingowe.	Nie wyrażamy zgody na zmianę zapisu.	05.06. 2023
31.05 .2023	Projekt umowy	Kary umowne	8. Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ich zmniejszenie z 1 % na 0,1%, z 20% na 10%.	Nie wyrażamy zgody na zmianę zapisu.	05.06. 2023
31.05 .2023	Projekt umowy	Kary umowne	9. Wykonawca prosi o obniżenie limitu kar umownych do najczęściej stosowanego na rynku zamówień publicznych tj. do 20% wartości brutto przedmiotu Umowy.	Nie wyrażamy zgody na zmianę zapisu.	05.06. 2023
31.05 .2023	Projekt umowy		11. Czy Zamawiający dopuszcza w przypadku Wykonawcy, który posiada status dużego przedsiębiorcy do rozszerzenia zapisów umowy o następujący zapis: „Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.”	Dopuszczamy	05.06. 2023

02.06 .2023	Nosze / transporter		Pytanie 1 Czy pod zapisem: zestaw transportowy jakoś na poziomie Mediol Clinic Extero lub równoważny Zamawiający wymaga aby zaoferowany system transportu posiadał: - możliwość rozdzielenia noszy od transportera,	Tak, Zamawiający wymaga.	05.06. 2023
02.06 .2023	Nosze / transporter		Pytanie 1 Czy pod zapisem: zestaw transportowy jakoś na poziomie Mediol Clinic Extero lub równoważny Zamawiający wymaga aby zaoferowany system transportu posiadał: - potrójnie łamane nosze transportowe umożliwiające ustawienie pozycji przeciwwstrząsowej, zmniejszającej napięcie mięśni brzucha, z regulacją oparcia do pozycji siedzącej,	Tak, Zamawiający wymaga.	05.06. 2023
02.06 .2023	Nosze / transporter		Pytanie 1 Czy pod zapisem: zestaw transportowy jakoś na poziomie Mediol Clinic Extero lub równoważny Zamawiający wymaga aby zaoferowany system transportu posiadał: - automatyczny system składania goleni przednich i tylnych, niewymagający zwalniania jakichkolwiek blokad i przycisków przy załadunku i rozładunku z ambulansu, czy też wystarczy tylko automatyczny system składania goleni przednich?	Zamawiający wymaga - niezależne składanie goleni przednich i tylnych i podtrzymaniu ciężaru całego zestawu jedną parą goleni przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy nawet przez jedną osobę.	05.06. 2023
05.06 .2023	HARMONOGRAM SPŁATY RAT LEASINGOWYCH		1. W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 2.06.2023 r. na pytanie nr 1 prosimy o informację czy Zamawiający dopuści również przedstawienie oferty na 24 raty leasingowe, zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Zamawiającego, oraz czas trwania umowy leasingu wynoszący 25 miesięcy? Opłata wstępna (czynsz inicjalny) stanowi dodatkową opłatą, ale nie jest ratą leasingową. Opłata za wykup (depozyt gwarancyjny) uiszczany jest razem z ostatnią ratą. Proszę o akceptację również takiego sposobu kalkulacji oferty.	Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.	05.06. 2023
05.06 .2023	SWZ	Termin składani a ofert.	W związku z Świętem Bożego Ciała wypadającym 8 czerwca prosimy o przesunięcie terminu składania np. na 13.06.2023	Zamawiający zmienił termin składania ofert do dnia 16-06-2023 r. do godz. 11.00. Zmiany SWZ opublikowano dnia 07.06.2023 r. na platformie zakupowej, w wiadomościach publicznych.	07.06. 2023
05.06 .2023	Parametry techniczne	Poz. 32	1. Prosimy o dopuszczenie wysokości ambulansu 273 cm nie licząc anten.	Zamawiający wyraża zgodę.	07.06. 2023
05.06 .2023	Parametry techniczne	Poz. 33	2. Prosimy o dopuszczenie długości ambulansu 6150 cm – samochód ma do 6 m, ale stopień tylny ma ok 15 cm co wydłuża auto.	Dopuszczamy (6150 mm).	07.06. 2023
05.06 .2023	Parametry techniczne		3. Prosimy o podanie marki i modelu tabletek użytkowanych przez Zamawiającego w celu przygotowania odpowiedniego uchwytu np. Durabook, Zebra, Getac.	ZEBRA XSLATE. L10	07.06. 2023
05.06 .2023	Parametry techniczne		4. Czy Zamawiający wymaga by uchwyt mocowania systemu SWD w kabinie kierowcy był zamontowany w sposób bezpieczny dla kierowcy i pasażera tj. przebadany przez notyfikowaną jednostkę certyfikowaną na przeciążenia 10G?	Zamawiający wymaga, z możliwością regulacji kąta uchwytu.	07.06. 2023

05.06 .2023	Parametry techniczne		5. Prosimy o podanie marki i modelu drukarki użytkowanej przez Zamawiającego, w celu przygotowania odpowiedniego uchwytu.	HP LASER JET PRO M15W.	07.06. 2023
05.06 .2023	Parametry techniczne		6. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga by uchwyt mocowania drukarki w przedziale był zamontowany w sposób bezpieczny dla kierowcy i pasażera tj. przebadany przez notyfikowaną jednostkę certyfikowaną na przeciążenia 10G?	Zamawiający wymaga, ale mocowanie w przedziale medycznym.	07.06. 2023
05.06 .2023	Opłaty dodatkowe		7. Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga przeglądów zabudowy przedziału medycznego wliczonych w cenę oferty.	Zamawiający nie wymaga.	07.06. 2023
05.06 .2023	Parametry techniczne		8. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga fotela u wezgłowia noszy.	Zamawiający nie dopuszcza fotela u wezgłowia noszy oraz w przejściu do kabiny kierowcy.	07.06. 2023
05.06 .2023	Parametry techniczne		9. Czy Zamawiający używa radiotelefonów typu Motorola?	Tak.	07.06. 2023
05.06 .2023	Parametry techniczne		10. Czy stopie przy prawych drzwiach przesuwnych ma być obrotowy, a nie wysuwany co zapobiega zacinananiu się?	Tak, stopień musi być obrotowy.	07.06. 2023
05.06 .203	Opłaty dodatkowe		11. Czy w ofertę mają być wliczone przeglądy sprzętu medycznego – zestawu transportowego – co podniesie cenę oferty?	Nie.	07.06. 2023
05.06 .2023	Parametry techniczne		12. Czy przetwornica ma działać tylko w czasie jazdy – zależna od zapłonu?	Wymaga się przetwornicy 1000 W z obowiązkowym napięciem w gniazdach 230 V podczas jazdy.	07.06. 2023
05.06 .2023	SWZ	Termin realizacji	Przesyłamy dodatkowe pytanie do SWZ - z uwagi na zbliżający się okres wakacyjny prosimy o wydłużenie terminu realizacji do końca lipca 2023.	Zamawiający nie widzi potrzeby wydłużenia terminu realizacji zamówienia do końca lipca 2023 r. Termin o który prosi Wykonawca będzie przybliżony jak nie taki sam co wskazany w SWZ. Zamawiający wymaga aby ambulans był gotowy do odbioru w przeciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zważywszy że Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 16-06-2023 r. terminy będą do siebie zbliżone.	07.06. 2023
05.06 .2023	Dostawa		Pytanie 1. Prosimy o podanie sposobu dostawy, czy wymaga się dojazdu na lawecie, aby ambulans był nie uszkodzony ? Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.	Zamawiający w SWZ wskazuje dostawę jako odbiór własny.	07.06. 2023
05.06 .2023	Parametry techniczne		Pytanie 2 Czy Radioodtwarzacz fabryczny winien być wyposażony w funkcję Bluetooth oraz gniazdo USB pozwalające kierowcy na szybkie i bezpieczne łączenie się z urządzeniami mobilnymi typu telefon komórkowy, mapy, bazy danych itp. oraz sterowanie pod kołem kierownicy, co podnosi bezpieczeństwo kierowania pojazdem ?	Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.	07.06. 2023
05.06 .2023	Parametry techniczne		Pytanie 3. Czy fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy ma być automatyczna typu Climatronic, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu przez kierowcę ? Wyjaśniamy, że automatyczna typu "Climatronic", jest to automatycznie sterowany układ klimatyzacji, który większość procesów związanych z chłodzeniem oddaje w ręce komputera. Regulacja	Zamawiający wymaga klimatyzacji automatycznej.	07.06. 2023

			przez użytkownika ogranicza się do określenia poziomu pożądanej temperatury na elektronicznym wyświetlaczu. To komputer, samodzielnie dopasowuje kierunek i siłę nawiewu powietrza, w taki sposób, żeby zapewnić jak największy komfort.		
05.06 .2023	Parametry techniczne		Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuszcza do zaferowania ambulans spełniający wymogi aktualnej normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający: - silnik zapewniający osiągnięcie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 120 kW, o max momencie obrotowym wynoszącym 380 Nm - manualną skrzynię biegów 6+1 - napęd na oś przednią - o DMC 3,5 t - zbiornik paliwa 80 l - wysokość przed zabudową 2499 mm - długość 5575mm - z przedziałem medycznym o długości 3100 mm ?	Zgodnie z SWZ i obowiązującymi przepisami.	07.06. 2023
05.06 .2023	Parametry techniczne		Pytanie 5 Aby szyberdach (okno dachowe) stanowił jednocześnie wyjście ewakuacyjne musi posiadać minimalne wymiary 500 x 900 mm zgodnie z wymogami Regulaminu nr 17 EKG ONZ 1.3 czy takiego okna dachowego oczekuje Zamawiający ?	Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.	07.06. 2023
05.06 .2023	Parametry techniczne		Pytanie 6 Prosimy o potwierdzenie, że okno dachowe ma mieć wymiary pozwalające na jego wykorzystanie jako wyjścia ewakuacyjnego dla pacjenta i personelu ?	Zamawiający potwierdza.	07.06. 2023
05.06 .2023	Parametru techniczne		Pytanie 7 Czy dopuszcza się nadwozie typu kontener ?	Zgodnie z SWZ.	07.06. 2023
05.06 .2023			Pytanie 8 Czy Zamawiający dopuszcza do zaferowania ambulans posiadający świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego lub dokument równoważny na dzień dostawy ambulansu ? Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów określa kilka procedur w wyniku których, organ udzielający homologacji zaświadcza, że dany pojazd jest zgodny z odpowiednimi przepisami administracyjnymi i wymogami technicznymi i może być dopuszczony do ruchu. Rozporządzenie wymienia (...) m.in. „homologację typu całego pojazdu”, „homologację typu UE”, „indywidualne dopuszczenie pojazdu”, itd. We wszystkich procedurach wymogiem jest przeprowadzenie wszystkich badań na zgodność z normą PN-EN 1789.	Zgodnie z SWZ.	07.06. 2023
05.06 .2023	Parametry techniczne		Pytanie 9 Czy Zamawiający dopuszcza do zaferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, z drzwiami lewymi przesuwными z nieprzeźroczystą szybą w kolorze nadwozia ?	Zgodnie z SWZ.	07.06. 2023

05.06 .2023	Parametry techniczne		<p>Pytanie 10 Zamawiający wymaga dostawy ambulansu typu A2 zgodnego z wymaganiami normy PN EN 1789. Norma ta stawia konkretne „sztywne” wymogi dla takiego ambulansu, choć używa można powiedzieć „nieostrych” pojęć: „ambulans powinien”, „ zaleca się uwzględnić”, „powinny być zgodne”, „ powinno być zapewnione”, „powinien dostarczyć” itp. Aby uniknąć, dowolnych interpretacji w/w określeń używanych w normie PN EN 1789 nasza firma uzyskała odpowiedź Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 18.05.2010 roku (w załączeniu).</p> <p>W załączniku A do w/w normy w punkcie Rozpoznawanie i widoczność ambulansów stawia się wymóg: „ W celu umożliwienia rozpoznawania i dostrzegania pojazdu w świetle dziennym zaleca się stosowanie barwy żółtej RAL 1016 lub białej, jako podstawowego koloru nadwozia. Jeżeli wybrano kolor biały na zewnętrznej powierzchni pojazdów zaleca się stosowanie dodatkowo barwy żółtej fluoroscencyjnej , żółtej RAL 1016 lub czerwonej fluoroscencyjnej RAL 3024.” Powyższe zapisy normy służą też ujednoczeniu koloru ambulansów, aby nie były mylone z innymi pojazdami w kolorze ogólnie żółtym, co bezsprzecznie zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo pojazdom uprzywilejowanym. Ponieważ nie ma czegoś takiego jak „standardowy kolor żółty nadwozia furgon” i każdy z producentów samochodów stosuje inny RAL oraz inne nazewnictwo np. „kanarkowy” ; „piasek pustyni” , „ żółty cytrynowy” itp. więc stojące obok siebie pojazdy furgon w katalogowym kolorze żółtym różnią się dość znacznie. Z tej to przyczyny norma PN EN 1789 posługuje się wyłącznie paletą barw RAL. Nie wyklucza to żadnego z wykonawców, a nawet rozszerza się ich krąg, gdyż każdy producent wykona nadwozie w dowolnym kolorze z palety RAL bez problemu. Uwzględniając powyższe, prosimy o potwierdzenie, że wymagany jest fabryczny „Kolor nadwozia żółty RAL 1016” zgodnie z wymogiem normy PN EN 1789 lub odpowiadająca jemu barwa żółta CMYK 10,0,90,0 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. ?</p>	Zamawiający potwierdza kolor nadwozia a żółty RAL 1016.	07.06. 2023
05.06 .2023	Parametry techniczne		<p>Pytanie 10 Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem dostawy jest ambulans typu A2 wg. aktualnej normy PN EN 1789 ?</p>	Zamawiający wymaga ambulansu typu C, według obowiązujących norm.	07.06. 2023

Wprowadzone zmiany, zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego są obowiązujące i modyfikują zapisy SWZ do ZP/07/SPZOZ/2023 z dnia 29.05.2023 r. ze zm. z dnia 07.06.2023 r.

Stan na 07.06.2023 godz. 13:50

Daria Zaniewska
Referent ds. zamówień publicznych
W SP ZOZ w Człuchowie