



**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu**  
**ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy  
PK/283/2024

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawy sprzętu medycznego

Elbląg, dnia 25.10.2024r.

## Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 informuje, że w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej na dostawy na dostawy sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu, wpłynęły pytania od Wykonawców o poniższej treści:

### DEFIBRYLATOR

#### Pytanie 1 punkt 3

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator wyposażonego w łyżki do defibrylacji zewnętrznej, akumulator, rejestrator – o masie max. 7 kg?

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią zapytania ofertowego**

#### Pytanie 2 punkt 4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IPX1?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga aparatu o szczelności min. klasy IP55**

#### Pytanie 3 punkt 12,13

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z czasem pracy na akumulatorze min. 210 minut monitorowania oraz z możliwością wykonania min. 100 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach?

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią zapytania ofertowego**

#### Pytanie 4 punkt 17,18,19,20

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator bez łączność przewodowa (LAN) z centralą CMS. Obsługa:  
- standardu HL7 - protokołu FTP - adresowania IP: dynamicznie i statycznie- serwerów DNS- ochrony danych bez Przesyłane dane do CMS:- Informacje o pacjencie- Informacje o urządzeniu- Informacje o konfiguracji- Krzywe- Dane trendów- Wartości monitorowanych parametrów – Alarmy- Raporty autotestów- Raporty testów użytkownika bez możliwość rozbudowy o transmisję bezprzewodową możliwość zarządzania danymi oraz ich przesyłania poprzez obsługę sieci bezprzewodowych WLAN min: 802.11 a/b/g/n (2,4 i 5 GB) bez możliwość rozbudowy o czujnik RKO – czujnik monitorowania uciśnień z wyświetlaniem parametrów jakości RKO, w tym krzywej głębokości uciśnień na ekranie urządzenia

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga aparatu o parametrach wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym. Wykonawca może zaoferować aparat o bogatszym wyposażeniu, zachowując parametry minimalne zawarte z zapytaniu ofertowym.**

#### Pytanie 5 punkt 21,2,23

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z ekranem kolorowy LCD typu TFT o przekątnej min. 6,5" , rozdzielczość 640 x 480 z obsługą poprzez kursor ?

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią zapytania ofertowego**

#### Pytanie 6 punkt 29

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z archiwizacją danych: min. 100 pacjentów, min. 1000 zdarzeń, min. 12 godzin trendów (rozdzielczość 1 min.), 12 godz. ciągłego zapisu EKG, raport autotestu urządzenia?

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią zapytania ofertowego**

#### Pytanie 7 punkt

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z czasem ładowania do energii 200J max. 7 sekund ?

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią zapytania ofertowego**

#### Pytanie 8 punkt 45

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z możliwością wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych bez elektrod radiotransparentnych dla dorosłych (o wadze min. 25 kg).?

Z poważaniem

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią zapytania ofertowego**

#### Pytanie 9 punkt 50

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z analiza arytmii – wykrywane zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS ?

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią zapytania ofertowego**

#### Pytanie 10 punkt 51,52



**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu**  
**ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy  
PK/283/2024

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawy sprzętu medycznego

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator bez analizy odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV bez analizy zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc?

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią zapytania ofertowego**

**Pytanie 11 punkt 60**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z zakres pomiaru od min. 0-150 odd./min. z rozdzielczością 1 odd./min.?

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią zapytania ofertowego**

**Pytanie 12 punkt 57**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator bez złącza - wejście synchronizujące sygnał ekg z zewnętrznego kardiomonitora dowolnego producenta?

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią zapytania ofertowego**

**Pytanie 13 punkt 73, 74**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z zakresem pomiaru od 10-255 mmHg, pomiar ręczny i automatyczny z rozdzielczością 1 mmHg , tryby pracy: ręczny, auto, ciągły ?)

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią zapytania ofertowego**

**Pytanie 14 punkt 64,65,66**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z częstotliwością stymulacji w zakresie 30-180 imp./min, natężenia prądu stymulacji w zakresie 0-200 mA oraz szerokość impulsu 5-40 ms.?

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią zapytania ofertowego**

Dyrektor  
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu  
(-)  
lek. Mirosław Gorbaczewski