

Tarnów, dnia 26.07.2022r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.29 .KK.26.1/21

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę analizatora wraz z systemem do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów metodą spektrometrii masowej z użyciem desorpcji/ionizacji laserowej wspomaganą matrycą z analizatorem czasu przelotu - typu MALDI-TOF, z aktualną biblioteką widm referencyjnych. sprawy: 38/2022

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.07.2022r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Załącznik nr 1B - PARAMETRY WYMAGANE i warunki gwarancji pkt. 13 Czy należy podać nazwy wszystkich analizatorów z którymi jest zapewniona integracja z oferowanym analizatorem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podania nazw wszystkich analizatorów z którymi jest zapewniona integracja z oferowanym analizatorem.

Pytanie 2

Załącznik nr 1B - PARAMETRY WYMAGANE i warunki gwarancji pkt. 13 – Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia parametru 13 minimum 1 pozytywną opinią pochodzącą z polskiego laboratorium diagnostycznego, którą należy dołączyć do oferty dotyczącą możliwości oprogramowania w zakresie integracji spektrometru z automatycznym systemem do oznaczania lekowrażliwości?

Uzasadnienie: Dodatkowe potwierdzenie powyższą opinią pozwoli Zamawiającemu korzystać w przyszłości ze zintegrowanych systemów, które zostały już wcześniej przetestowane i sprawdzone przez innych użytkowników w kraju co przyczyni się do utrzymania i podwyższenia jakości otrzymywanych wyników przy zoptymalizowanym przepływie pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 3

Załącznik nr 1B - PARAMETRY WYMAGANE i warunki gwarancji pkt. 7 oraz Parametry oceniane pkt. 4 – Czy Zamawiający wymaga aby w przypadku potwierdzenia pkt. 4 parametru ocenianego tj. zwalidowane urządzenie do prawidłowego nakładania próbek na płytkę, oferent zapewnił również końcówki jednorazowe do urządzenia do nakładania próbek na płytkę w pakiecie startowym (zgodnie z pkt 7 parametrów wymaganych)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje takie urządzenie to musi ono być kompletne i gotowe do użycia bez dodatkowych zakupów, zgodnie z załącznikiem 1B pkt.7.

Pytanie 4

Załącznik nr 1B. Warunki Gwarancji I Serwisu punkt 4 Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych i faksu – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu komunikacji faksem i wyrazi zgodę na porozumiewanie się drogą mailową?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1B. Warunki Gwarancji I Serwisu punkt 4, który otrzymuje brzmienie:

4 | *Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę –
podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych i adres email.*

Pytanie 5

§1 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego w niżej wskazany sposób: „Wykonawca wraz z dostawą analizatora dostarczy Zamawiającemu w wersji papierowej lub elektronicznej:...”?

Z uwagi na zaangażowanie firmy w ochronę środowisko odstąpiono z korzystania z papierowych wersji tego typu dokumentacji

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z wyjątkiem pkt. e) gdzie podtrzymuje wymóg dostarczenia w formie papierowej wraz z dostawą analizatora.

Pytanie 6

§8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawienie numeracji ustępów zawartych w §8? Uzasadnienie: Wykonawca celem uniknięcia nieporozumień i niejasności na tle wykonywania umowy zwraca się z prośbą o poprawienie numeracji ustępów zawartych w §8 z uwagi na omyłkę pisarską w postaci dwukrotnego powtórzenia ustępu drugiego z jednoczesnym pominięciem ustępu trzeciego niniejszego paragrafu.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje i poprawia numeracje ustępów w Projekcie Umowy.

Pytanie 7

§9 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego w niżej wskazany sposób:

„Usterka lub awaria powstała z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, która nastąpi w okresie gwarancji będzie usunięta przez Wykonawcę bezpłatnie, włącznie z dojazdem serwisu, kosztami transportu do serwisu i do siedziby Zamawiającego, kosztami części zamiennych i robocizny. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:

- 1) mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i wywołane nimi wady;
- 2) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
- 3) czynników zewnętrznych takich jak awarie zasilania lub niewłaściwa temperatura otoczenia;
- 4) zdarzeń losowych tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.).?

Uzasadnienie: Wykonawca nie może odpowiadać za usterki oraz awarie związane z np. negatywnym wpływem czynników zewnętrznych takich jak awarie zasilania, niewłaściwa temperatura otoczenia, zalanie, pożar, mechaniczne uszkodzenia itp. Prosimy o modyfikację zapisu uwzględniając powyższy wniosek.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy w Projekcie Umowy §9 ust. 8, który otrzymuje brzmienie:

8. *Gwarancja traci ważność, gdy Zamawiający przeprowadzi naprawy lub istotne zmiany w sprzęcie bez zgody Wykonawcy lub eksploatuje urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.*

Pytanie 8

§9 ust. 11 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Czas reakcji na zgłoszoną awarię (od przyjęcia zgłoszenia do podjęcia naprawy) max. 48 godzin w dni robocze, w przypadku braku możliwości naprawy zdalnej, przyjazd serwisanta i podjęcie czynności naprawczych do 72h w dni robocze; przy przedłużającej się awarii naprawa do 14 dni” oraz wyrazi zgodę na zmianę zapisów zał. Nr 1B punkt 5?

Odpowiedź:

Nie, zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 9

§11 ust. 3 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej, a tym samym modyfikację postanowienia umownego na: „za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 5 za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad i

usterek do dnia potwierdzających ich wykonanie,“?

Odpowiedź:

Nie, zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 10

§11 ust. 3 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy do 5% wynagrodzenia brutto?

Odpowiedź:

Nie, zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 11

§11 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 3 lit a) – d) umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 30,00 zł. za każdy dzień zwłoki.”?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy w Projekcie Umowy §11 ust. 9, który otrzymuje brzmienie

9. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 3 lit a) – e) umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 30,00 zł. za każdy dzień zwłoki.

Modyfikacja załączników do SWZ zostanie umieszczona na Platformie – pod linkiem postępowania pod nazwą:

- zał nr 1B – modyfikacja
- zał nr 3 – wzór umowy-modyfikacja

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.

Otrzymują:

- 1/ Adresat
- 2/ Platforma zakupowa
- 3/ A/a

Z-GA DYREKTORA
DS. LECZNICTWA
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza
SP ZOZ w Tarnowie

lek. med. Piotr Skrobisz

A. Kuchta
KIEROWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Katarzyna Kuchta

KIEROWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie
mgr Anna Hajnysz

