

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowym na dostawę staplerów i materiałów szewnych dla ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.02.D.2022, odpowiadamy na pytania Wykonawców:

Pytanie 1. Wyjaśnienie treści SWZ: Czy Zamawiający w Zadaniu II pozycja 4 i 5 zamiast produktu wskazanego w SWZ dopuści również: Bezostrzowy trokar 15mm, z przezroczystą kaniulą karbowaną o długości 100mm, trzystopniowy zawór insuflacyjno-desuflacyjny (możliwość desuflacji bez odłączania wężyka CO2). Sterylny, jednorazowy. Trokar posiada zestaw uszczelek pozwalający używać przez niego narzędzia o średnicy 5-15mm bez konieczności użycia dodatkowej redukcji. Trokar kompatybilny z oferowanymi w zadaniu staplerami endoskopowymi i ładunkami do nich.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Z poważaniem