

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia: **Dostawa zestawu rentgen stomatologiczny z radiowizjografią**

2. Ilość:

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość
1	Zestaw rentgen stomatologiczny z radiowizjografią	kpl	1

3. CPV: 33111000-1

4. Oferty częściowe: *NIE DOTYCZY*

5. Wymogi techniczne: *zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.*

6. Usługi dodatkowe: *transport, załadunek, rozładunek, instalacja, uruchomienie urządzenia na koszt Wykonawcy.*

7. Termin realizacji:

*Do 42 dni kalendarzowych od podpisania umowy, nie później niż do dnia 30.10.2022 r.*

8. Miejsca dostawy: *dostawa, wniesienie, instalacja uruchomienie urządzenia:*

**Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Gdyni, ul. Grudzińskiego 4, 81-103 Gdynia**

9. Dodatkowe oświadczenia i dokumenty

a) wymagane na etapie składania oferty:

1. Instrukcja użytkowania i eksploatacji.
2. Oświadczenie, że przedmiot oferty jest fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów,
3. Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski (załączyć autoryzację producenta oraz wykaz punktów serwisowych).
4. Materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty, zawierające jego specyfikację techniczną, wykaz części składowych i potwierdzenie parametrów (minimum w zakresie

wymaganym opisem przedmiotu zamówienia) np. prospekty, karty katalogowe, broszury lub inne dokumenty spełniające powyższe wymagania.

5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów:

- a) Certyfikat CE.
- b) Deklaracja zgodności – jeśli asortyment stanowi wyrób medyczny.

**b) wymagane na etapie dostawy:**

1. Paszport urządzenia w języku polskim dostarczona do każdego urządzenia

2. Karta gwarancyjna zawierająca:

- a) uprawnienia użytkownika z tytułu gwarancji,
- b) wykluczenia gwarancji,
- c) obowiązki użytkownika wynikające z gwarancji, tj. informacje o koniecznych przeglądach stanu technicznego, ich częstotliwości w okresie gwarancji, a także podmiotach, w których przegląd można wykonać (o ile producent/dystrybutor sobie taki zastrzeże).

3. Instrukcja użytkowania i eksploatacji (wersja papierowa i elektroniczna), w języku polskim dostarczona z towarem.

4. Certyfikat CE.

5. Deklaracja zgodności – jeśli asortyment stanowi wyrób medyczny.

**10. Wymagania gwarancyjne oraz wymagania w zakresie serwisowania:**

10.1. Gwarancja minimum 24 miesiące, w okresie gwarancji koszty wymaganych przeglądów serwisowych wliczone w cenę oferty. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostępny w Polsce.

10.2. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii – nie dłuższy niż 72 h. Czas podjęcia diagnozy i naprawy nie dłuższy niż 7 dni. Usunięcie awarii – nie dłużej niż 21 dni roboczych od zdiagnozowania awarii.

10.3. W okresie zaoferowanego terminu gwarancji bezpłatny serwis gwarancyjny i przeglądy okresowe.

**11. Wymagania dot. szkolenia:**

Szkolenie praktyczne personelu potwierdzone protokołami, w terminach uzgodnionych pomiędzy wykonawcą i odbiorcą końcowym. Pomoc techniczna w cenie.

**12. Inne wymagania**

Dostarczany wyrób powinien być oznakowany zgodnie z decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.01.2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie

### **13. Załączniki:**

Załącznik 1 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do OPZ

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
ZESTAW RENTGEN STOMATOLOGICZNY Z  
RADIOWIZJOGRAFIĄ**

**1. Przedmiotem zamówienia jest:** zestaw rentgen stomatologiczny z radiowizjografią

Urządzenie do wykonywania zdjęć stomatologicznych RTG oraz wywoływania obrazu w formie cyfrowej.

**2. Wymagania techniczne:**

- 2.1. Aparat RTG stomatologiczny w formie przenośnej zasilanej bateryjnie lub na wtyczniku z zasilaniem sieciowym 220-240 V.
- 2.2. Czujnik (detektor cyfrowy) wielokrotnego użytku do wywoływania cyfrowych zdjęć, kompatybilny z urządzeniami typu PC, tablet, z podłączeniem poprzez złącze USB.
- 2.3. Wielkość płytki roboczej detektora nie większa niż o wymiarach:  
szer. 6 cm x dł. 6 cm, liczba pikseli min. 840x 600 w czujniku.
- 2.4. Specjalistyczne oprogramowanie do obróbki zdjęć RTG.
- 2.5. Menu w języku polskim.
- 2.6. Całkowicie wodoodporna głowica detektora.
- 2.7. Czas ekspozycji RTG w przedziale od 0,01 do 4 s.

**3. Wymagania dotyczące kodyfikacji:**

NIE DOTYCZY