



WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NIP: 956-19-49-580, REGON: 000316068, BDO: 000014564

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9
skrytka pocztowa 7, www.wsz.z.torun.pl
tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01

Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH tel. 56 654 33 77

Toruń, dnia 05-07-2021 r.

W.Sz.Z: TZ-280-46/21

dotyczy: postępowania na **dostawę akcesoriów do kardiomonitora MR 400, do aparatu do znieczulania Dameca MRI 508, do pompy infuzyjnej MRidium, drenów do podstawowej płynoterapii, akcesoriów do inkubatora Atom V-808.**

W związku z otrzymanym zapytaniem do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie Nr 1, dot. Zadania Nr 4 pkt. 1-2:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł określenie „[...] dodatkowy zacisk ślizgowy na drenie kompatybilny z mechanizmem w pompie [...]”, co sugeruje, że dreny mają być dedykowane do pomp objętościowych. Ze względu na różnice konstrukcyjne mechanizmów tłoczących w pompach objętościowych pomiędzy różnymi producentami prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, do sprzętu jakiego producenta mają pasować wyspecyfikowane przez Zamawiającego dreny?

Odpowiedź:

Dreny muszą być kompatybilne z pompami Infusomat Space, produkcji Braun.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

Anna Wutrych-Krajewska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie