

Nr postępowania ZP/95/008/D/22

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp **pn. Dostawa detektora rozpraszania światła ELSD na potrzeby projektu IDUB.**

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

W dniu 17.05.2022r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści SWZ. Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. –Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z zm.) Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytanie

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie :

- Częstotliwość zbierania danych nie gorsza niż 50 Hz.

Z naszej wiedzy wynika, że detektor o podanym opisie całościowym posiada częstotliwość zbierania danych 10 Hz, w związku z czym zwracamy się do Zamawiającego o zmianę tego parametru w OPZ na 10 Hz.

Odpowiedź

Częstotliwość zbierania danych musi być nie gorsza niż 10Hz.