

Konin, 26.08.2022r.

**WSZ-EP-38/1276/2022**

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/  
strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: "Dostawa aparatury, urządzeń i innych wyrobów medycznych" nr sprawy WSZ-EP-38/2022**

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 4**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. – zwanej dalej „*Ustawą Pzp.*”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „*SWZ*”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące pakietu numer 7:

Pytanie 1

Punkt 15 „Częstotliwość kluczkowania min 100kHz”

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli oferowany generator będzie posiadał częstotliwość równą 50 kHz? Oferowana wartość jest powszechnie uznawana za wysoką częstotliwość i nie powoduje pogorszenia jakości pracy aparatu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SWZ.**

Pytanie 2

Punkt 29 „Aktywny obszar min. 35x42cm”

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie detektora o powierzchni aktywnej mniejszej o 0,5 cm niż wymagana? Proponowana różnica jest marginalna oraz nie wpływa na warunki funkcjonalne sprzętu. Dopuszczenie rozwiązania pozwoli zachować zasadę uczciwej konkurencji.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.7 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.7 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

Pytanie 3

Punkt 30 „Rozdzielczość min. 2500x3000 pikseli”

Czy zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli proponowany detektor będzie posiadał rozdzielczość 3040x2466? Różnica wartości, której oferowany detektor nie spełnia jest zdecydowanie mniejsza niż różnica wartości, którą przewyższa proponowany parametr dlatego prosimy o dopuszczenie proponowanego rozwiązania.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.7 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.7 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

Pytanie 4

Punkt 40 „Rozdzielczość min. 2500x3000 pikseli”

Czy zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli proponowany detektor będzie posiadał rozdzielczość 2536x 2024? Taka różnica w rozdzielczości jest marginalna i nie ma wpływu na wartości diagnostyczne detektora. Dopuszczenie parametru pozwoli na zachowanie zasady uczciwej konkurencji.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SWZ.**

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

Sporządziła: K. Lewandowska