



Znak: IZP.270.52.2021

Otwock-Świerk, dnia 04.11.2021r.

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
05-400 Otwock-Świerk
ul. Andrzeja Sołtana 7

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**Dostawę falowodów do zasilania struktury akceleracyjnej w docelowej lokalizacji**”

I. Na podstawie art. 284 ust. 1 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień na złożone pytania:

Pytanie 1:

Czy w przypadku falowodów elastycznych (poz. 17 i 18) zamawiający dopuszcza ciśnienie gazu izolacyjnego 2 bary ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie falowody.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część dokumentacji postępowania (SWZ) i należy ją uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
na podst. pełnomocnictwa

.....
*(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)*