



Znak: AE/ZP-27-57/20

Tarnów, 2020-09-11

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214.000 EURO na dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, siatek do operacyjnego leczenia przepuklin dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 5, poz. 1: Siatkę z otworem na powrózek, polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, grubość siatki 0,53 mm, gramatura 177 g/m², grubość nici 180 µm, w rozmiarze 4,5 x 10 cm?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 5, poz. 2: Siatkę bez otworu na powrózek, polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, grubość siatki 0,53 mm, gramatura 177 g/m², grubość nici 180 µm, w rozmiarze 4,5 x 10 cm?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, poz. 3: Siatkę z otworem na powrózek, lekką, polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, grubość siatki 0,53 mm, gramatura 88 g/m², grubość nici 120 µm, w rozmiarze 4,5 x 10 cm, wykonaną w technologii quadriaxial?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, poz. 4: Siatkę bez otworu na powrózek, lekką, polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, grubość siatki 0,53 mm, gramatura 88 g/m², grubość nici 120 µm, w rozmiarze 4,5 x 10 cm, wykonaną w technologii quadriaxial?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, poz. 5: Siatkę polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, grubość siatki 0,45 mm, gramatura 112 g/m², grubość nici 180 µm, w rozmiarze 6 x 11 cm?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, poz. 6: Siatkę polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, grubość siatki 0,32 mm, gramatura 30 g/m², grubość nici 80 µm, wytrzymałość >1,8 N/mm, w rozmiarze 15 x 15 cm?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, poz. 7: Siatkę polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, grubość siatki 0,32 mm, gramatura 30 g/m², grubość nici 80 µm, wytrzymałość >1,8 N/mm, w rozmiarze 30 x 30 cm?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 8.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, poz. 8: Siatkę polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, grubość siatki 0,45 mm, gramatura 112 g/m², grubość nici 180 µm, w rozmiarze 15 x 15 cm?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 5.** W przypadku zgody na poszczególne pozycje prosimy o wydzielenie ich i utworzenie osobnego pakietu lub o możliwość startowania na pojedyncze pozycje.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2-4.** Czy Zamawiający dopuści maskę wielorazowego użytku z otwartym mankietem wywinętym do wewnątrz przy pozostałych parametrach bez zmian?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści worek samorozprężalny o objętości worka 280 ml, z zaworem bezpieczeństwa 40 cmH₂O, możliwością założenia zaworu PEEP po zastosowaniu dodatkowej złączki, korpus zaworu wykonany z poliwęglanu, wyposażony w jednorazowy rezerwuuar tlenowy o objętości 1600 ml wykonany z EVA/PP, z przeznaczeniem sterylizacji w autoklawie przez 5 min. w 134°C, z maską twarząwą w rozmiarze 1?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści worek samorozprężalny o objętości worka 600 ml, z zaworem bezpieczeństwa 40 cmH₂O, możliwością założenia zaworu PEEP po zastosowaniu dodatkowej złączki, korpus zaworu wykonany z poliwęglanu, wyposażony w jednorazowy rezerwuuar tlenowy o objętości 1600 ml wykonany z EVA/PP, z przeznaczeniem sterylizacji w autoklawie przez 5 min. w 134°C, z maską twarząwą w rozmiarze 2?

13. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści worek samorozprężalny o objętości worka 1650 ml, z zaworem bezpieczeństwa 60 cmH₂O, możliwością założenia zaworu PEEP po zastosowaniu dodatkowej złączki, korpus zaworu wykonany z poliwęglanu, wyposażony w jednorazowy rezerwuar tlenowy o objętości 2000 ml wykonany z EVA/PP, z przeznaczeniem sterylizacji w autoklawie przez 5 min. w 134°C?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 5-7.** Czy Zamawiający odstąpi od parametru: "worek silikonowy z uchwytem na rękę"?
15. Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?
16. Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „*produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych*”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis? „*Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającym i możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu*”.
17. Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi?
18. Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w **Pakiecie Nr 5 pozycji 1** siatek opisanych w pytaniu.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w **Pakiecie Nr 5 pozycji 2** siatek opisanych w pytaniu.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w **Pakiecie Nr 5 pozycji 3** siatek opisanych w pytaniu.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w **Pakiecie Nr 5 pozycji 4** siatek opisanych w pytaniu.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w **Pakiecie Nr 5 pozycji 5** siatek opisanych w pytaniu.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w **Pakiecie Nr 5 pozycji 6** siatek opisanych w pytaniu.

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w **Pakiecie Nr 5 pozycji 7** siatek opisanych w pytaniu.

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w **Pakiecie Nr 5 pozycji 8** siatek opisanych w pytaniu.

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie jakiejkolwiek pozycji od 1-8 z **Pakietu Nr 5**, jak również nie wyraża zgody na składanie ofert na pojedyncze pozycje w **Pakiecie Nr 5**.

Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 2-4** masek opisanych w pytaniu.

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 5** worka samorozprężalnego o objętości worka 280 ml, z zaworem bezpieczeństwa 40 cmH₂O, z możliwością założenia zaworu PEEP, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 12 Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 6** worka samorozprężalnego o objętości worka 600 ml, z zaworem bezpieczeństwa 40 cmH₂O, z możliwością założenia zaworu PEEP, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.



Ad. 13 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 7** worka samorozprężalnego o objętości worka 1650 ml, z zaworem bezpieczeństwa 60 cmH₂O, z możliwością założenia zaworu PEEP, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 14 Zamawiający podtrzymuje wymóg w **Pakiecie Nr 7 poz. 5-7** „worek silikonowy z uchwytem na rękę”

Ad 15, 17 Zgodnie z pkt XVI.5 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw w odpowiednich opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie dostarczanych towarów przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, itp.

Ad 16 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian do ogólnych warunków umowy - pkt XVI SIWZ o

Ad 18 Zgodnie z pkt XVI.1 SIWZ dostawy przedmiotu zamówienia realizowane mają być loco magazynu Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Ad 19 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 4 poz. 4** do osobnego pakietu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma Zamawiającego
3. a/a

[Handwritten mark]

Zastępca Dyrektora

[Signature]
mgr Danuta Nosek

